

Cyklus EHK: IGIT2/23 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 23.10.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(595) anti-gliadin IgA (deamidovaný)		72			72	72	100
Vzorek A1		72			72	72	100
Všechny výsledky	CVP >>>	72	100	Negativní			
Vzorek B1		72			72	72	100
Všechny výsledky	CVP >>>	72	100	Pozitivní			
(594) anti-gliadin IgG (deamidovaný)		75			75	73	97
Vzorek A1		75			75	75	100
Všechny výsledky	CVP >>>	75	100	Negativní			
Vzorek B1		75			75	73	97
Všechny výsledky		1	1,3	Negativní			
		1	1,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	73	97	Pozitivní			
(421) anti-gliadin IgA (nativní)		16			16	15	94
Vzorek A1		16			16	16	100
Všechny výsledky	CVP >>>	16	100	Negativní			
Vzorek B1		16			16	15	94
Všechny výsledky		1	6,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	15	94	Pozitivní			
(420) anti-gliadin IgG (nativní)		16			16	15	94
Vzorek A1		16			16	16	100
Všechny výsledky	CVP >>>	16	100	Negativní			
Vzorek B1		16			16	15	94
Všechny výsledky		1	6,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	15	94	Pozitivní			
Sada 2							
(424) anti-endomyzium IgA		72			72	71	99
Vzorek A2		72			72	71	99
Všechny výsledky	CVP >>>	71	99	Negativní			
		1	1,4	Pozitivní			
Vzorek B2		72			72	72	100
Všechny výsledky	CVP >>>	72	100	Pozitivní			
(425) anti-transglutamináza IgA		84			84	84	100
Vzorek A2		84			84	84	100
Všechny výsledky	CVP >>>	84	100	Negativní			
Vzorek B2		84			84	84	100
Všechny výsledky	CVP >>>	84	100	Pozitivní			
Sada 3							
(592) anti-Saccharomyces cerevisiae IgA		65			0		
Vzorek A3		65			65	64	98
Všechny výsledky		1	1,5	Negativní			
	CVP >>>	64	98	Pozitivní			
Vzorek B3		65			0		
Všechny výsledky		± 12	18	Negativní			
		± 5	7,7	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		± 48	74	Pozitivní			
(593) anti-Saccharomyces cerevisiae IgG		58			58	54	93
Vzorek A3		58			58	58	100
Všechny výsledky	CVP >>>	58	100	Pozitivní			
Vzorek B3		58			58	54	93
Všechny výsledky	CVP >>>	54	93	Negativní			
		2	3,4	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		2	3,4	Pozitivní			