

Cyklus EHK: IGIT2/23 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 23.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	

Sada 1

(595) anti-gliadin IgA (deamidovaný)		72				72	72	100
Vzorek A1		72				72	72	100
(8) Eurospital	CVP >>>	1	1,4	Negativní				
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,4	Negativní				
(17) Biogema	CVP >>>	7	9,7	Negativní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	12	17	Negativní				
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,4	Negativní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	8,3	Negativní				
(140) TestLine	CVP >>>	23	32	Negativní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,2	Negativní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	5,6	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,4	Negativní				
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	11	15	Negativní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	2,8	Negativní				
Vzorek B1		72				72	72	100
(8) Eurospital	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní				
(17) Biogema	CVP >>>	7	9,7	Pozitivní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	12	17	Pozitivní				
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	8,3	Pozitivní				
(140) TestLine	CVP >>>	23	32	Pozitivní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	3	4,2	Pozitivní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	5,6	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní				
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	11	15	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	2,8	Pozitivní				
(594) anti-gliadin IgG (deamidovaný)		75				75	73	97
Vzorek A1		75				75	75	100
(8) Eurospital	CVP >>>	1	1,3	Negativní				
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,3	Negativní				
(17) Biogema	CVP >>>	7	9,3	Negativní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	13	17	Negativní				
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,3	Negativní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	7	9,3	Negativní				
(140) TestLine	CVP >>>	24	32	Negativní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	2,7	Negativní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	5,3	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,3	Negativní				
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	12	16	Negativní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	2,7	Negativní				
Vzorek B1		75				75	73	97
(8) Eurospital	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní				
(17) Biogema	CVP >>>	1	1,3	Negativní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	6	8	Pozitivní				
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	1,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)				
	CVP >>>	12	16	Pozitivní				
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	7	9,3	Pozitivní				
(140) TestLine	CVP >>>	24	32	Pozitivní				
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	2,7	Pozitivní				
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	5,3	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	1	1,3	Pozitivní				
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	12	16	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	2,7	Pozitivní				
(421) anti-gliadin IgA (nativní)		16				16	15	94
Vzorek A1		16				16	16	100
(17) Biogema	CVP >>>	2	13	Negativní				
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	25	Negativní				
(140) TestLine	CVP >>>	8	50	Negativní				
(191) D-tek	CVP >>>	1	6,3	Negativní				
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	6,3	Negativní				

Cyklus EHK: IGIT2/23 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 23.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Vzorek B1		16			16	15	94
(17) Biogema	CVP >>>	2	13	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	25	Pozitivní			
(140) TestLine		1	6,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	7	44	Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	6,3	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	6,3	Pozitivní			
(420) anti-gliadin IgG (nativní)		16			16	15	94
Vzorek A1		16			16	16	100
(17) Biogema	CVP >>>	2	13	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	25	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	8	50	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	6,3	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	6,3	Negativní			
Vzorek B1		16			16	15	94
(17) Biogema	CVP >>>	2	13	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	4	25	Pozitivní			
(140) TestLine		1	6,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	7	44	Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	6,3	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	6,3	Pozitivní			
Sada 2							
(424) anti-endomyzium IgA		72			72	71	99
Vzorek A2		72			72	71	99
(2) GA Generic Assays		1	1,4	Pozitivní			
(80) DiaMed	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	33	46	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	9	13	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	7	9,7	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	19	26	Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
Vzorek B2		72			72	72	100
(2) GA Generic Assays	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(80) DiaMed	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	33	46	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	9	13	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	7	9,7	Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	19	26	Pozitivní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(425) anti-transglutamináza IgA		84			84	84	100
Vzorek A2		84			84	84	100
(1) Abbott	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(8) Eurospital	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	15	18	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	6	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	9	11	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	16	19	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	4,8	Negativní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	6	7,1	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	4,8	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	2	2,4	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(199) Eurolab Lambda	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	17	20	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
Vzorek B2		84			84	84	100
(1) Abbott	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(8) Eurospital	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	15	18	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	5	6	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	9	11	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	16	19	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	4,8	Pozitivní			
(164) DiaSorin	CVP >>>	6	7,1	Pozitivní			

Cyklus EHK: IGIT2/23 - Imunopatologie GIT

Stop termín: 23.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	Četnosti výsledků		Výsledek	Úspěšnost		
			N _{rel} [%]			N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	4,8		Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	2	2,4		Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,2		Pozitivní			
(199) Eurolab Lambda	CVP >>>	1	1,2		Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	17	20		Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,2		Pozitivní			

Sada 3

(592) anti-Saccharomyces cerevisiae IgA		65				0		
Vzorek A3		65				65	64	98
(17) Biogema	CVP >>>	5	7,7		Pozitivní			
(87) Euroimmun		1	1,5		Negativní			
	CVP >>>	23	35		Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,5		Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	10	15		Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	8	12		Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	3	4,6		Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	5	7,7		Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	5	7,7		Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	3	4,6		Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,5		Pozitivní			
Vzorek B3		65				0		
(17) Biogema	±	5	7,7		Pozitivní			
(87) Euroimmun	±	8	12		Negativní			
	±	5	7,7		Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	±	11	17		Pozitivní			
(115) BioSystems	±	1	1,5		Pozitivní			
(135) OrgenTec	±	3	4,6		Negativní			
	±	7	11		Pozitivní			
(140) TestLine	±	8	12		Pozitivní			
(147) AIDA	±	3	4,6		Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	±	5	7,7		Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	±	5	7,7		Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	±	3	4,6		Pozitivní			
(999) jiný výrobce	±	1	1,5		Negativní			
(593) anti-Saccharomyces cerevisiae IgG		58				58	54	93
Vzorek A3		58				58	58	100
(17) Biogema	CVP >>>	5	8,6		Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	20	34		Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,7		Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	8	14		Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	8	14		Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	3,4		Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	5	8,6		Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	5	8,6		Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	3	5,2		Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7		Pozitivní			
Vzorek B3		58				58	54	93
(17) Biogema	CVP >>>	5	8,6		Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	18	31		Negativní			
		2	3,4		Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(115) BioSystems	CVP >>>	1	1,7		Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	6	10		Negativní			
		2	3,4		Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	8	14		Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	3,4		Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	5	8,6		Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	5	8,6		Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	3	5,2		Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	1,7		Negativní			