

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1							
(595) anti-gliadin IgA (deamidovaný)		17			17	17	100
Vzorek A1		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
Vzorek B1		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Pozitivní			
(594) anti-gliadin IgG (deamidovaný)		19			19	17	89
Vzorek A1		19			19	19	100
Všechny výsledky	CVP >>>	19	100	Negativní			
Vzorek B1		19			19	17	89
Všechny výsledky		1	5,3	Negativní			
		1	5,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	17	89	Pozitivní			
(421) anti-gliadin IgA (nativní)		2			2	2	100
Vzorek A1		2			2	2	100
Všechny výsledky	CVP >>>	2	100	Negativní			
Vzorek B1		2			2	2	100
Všechny výsledky	CVP >>>	2	100	Pozitivní			
(420) anti-gliadin IgG (nativní)		2			2	2	100
Vzorek A1		2			2	2	100
Všechny výsledky	CVP >>>	2	100	Negativní			
Vzorek B1		2			2	2	100
Všechny výsledky	CVP >>>	2	100	Pozitivní			
Sada 2							
(424) anti-endomyzium IgA		13			13	13	100
Vzorek A2		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
Vzorek B2		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(425) anti-transglutamináza IgA		18			18	18	100
Vzorek A2		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Negativní			
Vzorek B2		18			18	18	100
Všechny výsledky	CVP >>>	18	100	Pozitivní			
Sada 3							
(592) anti-Saccharomyces cerevisiae IgA		16			0		
Vzorek A3		16			16	16	100
Všechny výsledky	CVP >>>	16	100	Pozitivní			
Vzorek B3		16			0		
Všechny výsledky		±	2	13	Negativní		
		±	1	6,3	Neprůkazný výsledek (hraniční)		
		±	13	81	Pozitivní		
(593) anti-Saccharomyces cerevisiae IgG		14			14	13	93
Vzorek A3		14			14	14	100
Všechny výsledky	CVP >>>	14	100	Pozitivní			
Vzorek B3		14			14	13	93
Všechny výsledky	CVP >>>	13	93	Negativní			
		1	7,1	Pozitivní			