

## Cyklus EHK: IH2/23 - Imunohematologie

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota

RV = referenční hodnota

&gt;&gt;&gt; ... očekávaný výsledek

&gt; ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>rel</sub> = relativní počet výsledkůN<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledkůS<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>Sada 1 a 2</b>							
(700) <b>AB0 skupina</b>		149			149	149	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>		149			149	149	100
(6) APR	RV >>>	2	1,3	Krevní skupina: A			
(14) Bio-Rad	RV >>>	42	28	Krevní skupina: A			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,7	Krevní skupina: A			
(52) Dynex	RV >>>	1	0,7	Krevní skupina: A			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	7	4,7	Krevní skupina: A			
(80) DiaMed	RV >>>	12	8,1	Krevní skupina: A			
(159) Grifols	RV >>>	45	30	Krevní skupina: A			
(172) Immucor	RV >>>	20	13	Krevní skupina: A			
(173) Sanguin	RV >>>	8	5,4	Krevní skupina: A			
(174) IVT Imuno	RV >>>	7	4,7	Krevní skupina: A			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	0,7	Krevní skupina: A			
(999) jiný výrobce	RV >>>	3	2	Krevní skupina: A			
<b>Vzorky E2 a S2</b>		149			149	149	100
(6) APR	RV >>>	2	1,3	Krevní skupina: 0			
(14) Bio-Rad	RV >>>	42	28	Krevní skupina: 0			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,7	Krevní skupina: 0			
(52) Dynex	RV >>>	1	0,7	Krevní skupina: 0			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	7	4,7	Krevní skupina: 0			
(80) DiaMed	RV >>>	12	8,1	Krevní skupina: 0			
(159) Grifols	RV >>>	45	30	Krevní skupina: 0			
(172) Immucor	RV >>>	20	13	Krevní skupina: 0			
(173) Sanguin	RV >>>	8	5,4	Krevní skupina: 0			
(174) IVT Imuno	RV >>>	7	4,7	Krevní skupina: 0			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	0,7	Krevní skupina: 0			
(999) jiný výrobce	RV >>>	3	2	Krevní skupina: 0			
(703) <b>A podskupina</b>		44			44	42	95
<b>Vzorky E1 a S1</b>		44			44	42	95
(0) neuvedeno		1	2,3	A podskupina A1			
	RV >>>	42	95	A podskupina A2			
		1	2,3	A podskupina A3			
<b>Vzorky E2 a S2</b>		44			44	44	100
(0) neuvedeno	RV >>>	44	100	Neuvedeno			
(705) <b>Rh D antigen (dárce)</b>		83			83	83	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>		83			83	83	100
(6) APR	RV >>>	4	4,8	Pozitivní (RhD+)			
(14) Bio-Rad	RV >>>	20	24	Pozitivní (RhD+)			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	3,6	Pozitivní (RhD+)			
(80) DiaMed	RV >>>	3	3,6	Pozitivní (RhD+)			
(159) Grifols	RV >>>	24	29	Pozitivní (RhD+)			
(172) Immucor	RV >>>	20	24	Pozitivní (RhD+)			
(173) Sanguin	RV >>>	4	4,8	Pozitivní (RhD+)			
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	3,6	Pozitivní (RhD+)			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	1,2	Pozitivní (RhD+)			
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1,2	Pozitivní (RhD+)			
<b>Vzorky E2 a S2</b>		83			83	83	100
(6) APR	RV >>>	4	4,8	Negativní (RhD-)			
(14) Bio-Rad	RV >>>	20	24	Negativní (RhD-)			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	3,6	Negativní (RhD-)			
(80) DiaMed	RV >>>	3	3,6	Negativní (RhD-)			
(159) Grifols	RV >>>	24	29	Negativní (RhD-)			
(172) Immucor	RV >>>	20	24	Negativní (RhD-)			
(173) Sanguin	RV >>>	4	4,8	Negativní (RhD-)			
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	3,6	Negativní (RhD-)			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	1,2	Negativní (RhD-)			
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1,2	Negativní (RhD-)			
(709) <b>Rh D antigen (příjemce/ těhotná/ novorozenec)</b>		140			140	140	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>		140			140	140	100
(6) APR	RV >>>	2	1,4	Pozitivní (RhD+)			
(14) Bio-Rad	RV >>>	40	29	Pozitivní (RhD+)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,7	Pozitivní (RhD+)			

## Cyklus EHK: IH2/23 - Imunohematologie

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost			
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
(50) Merck	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní (RhD+)			
(52) Dynex	RV	>>>	2	1,4	Pozitivní (RhD+)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	6	4,3	Pozitivní (RhD+)			
(80) DiaMed	RV	>>>	10	7,1	Pozitivní (RhD+)			
(159) Grifols	RV	>>>	43	31	Pozitivní (RhD+)			
(172) Immucor	RV	>>>	19	14	Pozitivní (RhD+)			
(173) Sanguin	RV	>>>	5	3,6	Pozitivní (RhD+)			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	6	4,3	Pozitivní (RhD+)			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní (RhD+)			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	4	2,9	Pozitivní (RhD+)			
<b>Vzorky E2 a S2</b>			<b>140</b>			<b>140</b>	<b>140</b>	<b>100</b>
(6) APR	RV	>>>	2	1,4	Negativní (RhD-)			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	40	29	Negativní (RhD-)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,7	Negativní (RhD-)			
(50) Merck	RV	>>>	1	0,7	Negativní (RhD-)			
(52) Dynex	RV	>>>	2	1,4	Negativní (RhD-)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	6	4,3	Negativní (RhD-)			
(80) DiaMed	RV	>>>	10	7,1	Negativní (RhD-)			
(159) Grifols	RV	>>>	43	31	Negativní (RhD-)			
(172) Immucor	RV	>>>	19	14	Negativní (RhD-)			
(173) Sanguin	RV	>>>	5	3,6	Negativní (RhD-)			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	6	4,3	Negativní (RhD-)			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	0,7	Negativní (RhD-)			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	4	2,9	Negativní (RhD-)			
<b>(715) Antigen C</b>			<b>78</b>			<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
<b>Vzorky E1 a S1</b>			<b>78</b>			<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
(6) APR	RV	>>>	1	1,3	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	30	38	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,3	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,3	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	9	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	26	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	12	15	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,6	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	2	2,6	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	2,6	Negativní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>			<b>78</b>			<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
(6) APR	RV	>>>	1	1,3	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	30	38	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,3	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,3	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	9	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	26	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	12	15	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,6	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	2	2,6	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	2,6	Negativní			
<b>(716) Antigen c</b>			<b>78</b>			<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
<b>Vzorky E1 a S1</b>			<b>78</b>			<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
(6) APR	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	30	38	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	9	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	26	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	12	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>			<b>78</b>			<b>78</b>	<b>78</b>	<b>100</b>
(6) APR	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	30	38	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	9	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	26	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	12	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			

## Cyklus EHK: IH2/23 - Imunohematologie

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			
<b>(718) Antigen E</b>			79			79	79	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			79			79	79	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	31	39	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	8,9	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	25	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	12	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,5	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	2	2,5	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	2,5	Pozitivní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>			79			79	79	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,3	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	31	39	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,3	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,3	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	8,9	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	25	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	12	15	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,5	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	2	2,5	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	2,5	Negativní			
<b>(719) Antigen e</b>			78			78	77	99
<b>Vzorky E1 a S1</b>			78			78	77	99
(6) APR	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	29	37	Pozitivní			
(17) Biogema	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	9	Pozitivní			
(159) Grifols			1	1,3	Negativní			
	RV	>>>	19	24	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	12	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>			78			78	77	99
(6) APR	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	29	37	Pozitivní			
(17) Biogema	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	9	Pozitivní			
(159) Grifols			1	1,3	Negativní			
	RV	>>>	19	24	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	12	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	2,6	Pozitivní			
<b>(717) Antigen C<sup>w</sup></b>			65			65	65	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			65			65	65	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,5	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	22	34	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,5	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	3,1	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	3,1	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	19	29	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	12	18	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	3,1	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	2	3,1	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	3,1	Negativní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>			65			65	65	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,5	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	22	34	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,5	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	3,1	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	3,1	Negativní			

## Cyklus EHK: IH2/23 - Imunohematologie

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
(159) Grifols	RV >>>	19	29	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	12	18	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	3,1	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	3,1	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	3,1	Negativní				
<b>(720) Antigen K</b>		<b>84</b>			<b>84</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		<b>84</b>			<b>84</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	
(6) APR	RV >>>	1	1,2	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	29	35	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,2	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	8,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	26	31	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	12	14	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	3,6	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	4	4,8	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	1,2	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		<b>84</b>			<b>84</b>	<b>84</b>	<b>100</b>	
(6) APR	RV >>>	1	1,2	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	29	35	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,2	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	8,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	26	31	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	12	14	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	3,6	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	4	4,8	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	1,2	Negativní				
<b>(721) Antigen k</b>		<b>46</b>			<b>46</b>	<b>45</b>	<b>98</b>	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		<b>46</b>			<b>46</b>	<b>45</b>	<b>98</b>	
(14) Bio-Rad	RV >>>	15	33	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(80) DiaMed		1	2,2	Negativní				
	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	5	11	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	9	20	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,2	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,2	Pozitivní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		<b>46</b>			<b>46</b>	<b>45</b>	<b>98</b>	
(14) Bio-Rad	RV >>>	15	33	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(80) DiaMed		1	2,2	Negativní				
	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	5	11	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	9	20	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,2	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,2	Pozitivní				
<b>(738) Antigen Kp<sup>a</sup></b>		<b>15</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		<b>15</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	
(14) Bio-Rad	RV >>>	6	40	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	6,7	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	13	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	3	20	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	2	13	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	1	6,7	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		<b>15</b>			<b>15</b>	<b>15</b>	<b>100</b>	
(14) Bio-Rad	RV >>>	6	40	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	6,7	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	13	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	3	20	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	2	13	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	1	6,7	Negativní				
<b>(739) Antigen Kp<sup>b</sup></b>		<b>8</b>			<b>8</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		<b>8</b>			<b>8</b>	<b>7</b>	<b>88</b>	
(14) Bio-Rad	RV >>>	3	38	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	13	Pozitivní				
(80) DiaMed		1	13	Negativní				

## Cyklus EHK: IH2/23 - Imunohematologie

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
	RV >>>	1	13	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	1	13	Pozitivní			
(172) Immucor	RV >>>	1	13	Pozitivní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>		8			8	7	88
(14) Bio-Rad	RV >>>	3	38	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	13	Pozitivní			
(80) DiaMed		1	13	Negativní			
	RV >>>	1	13	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	1	13	Pozitivní			
(172) Immucor	RV >>>	1	13	Pozitivní			
<b>(729) Antigen Jk<sup>a</sup></b>		40			40	40	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>		40			40	40	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	14	35	Pozitivní			
(50) Merck	RV >>>	1	2,5	Pozitivní			
(52) Dynex	RV >>>	1	2,5	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,5	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV >>>	2	5	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	7	18	Pozitivní			
(172) Immucor	RV >>>	6	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV >>>	5	13	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,5	Pozitivní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>		40			40	40	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	14	35	Negativní			
(50) Merck	RV >>>	1	2,5	Negativní			
(52) Dynex	RV >>>	1	2,5	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,5	Negativní			
(80) DiaMed	RV >>>	2	5	Negativní			
(159) Grifols	RV >>>	7	18	Negativní			
(172) Immucor	RV >>>	6	15	Negativní			
(173) Sanguin	RV >>>	5	13	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,5	Negativní			
<b>(730) Antigen Jk<sup>b</sup></b>		40			40	38	95
<b>Vzorky E1 a S1</b>		40			40	39	98
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	33	Negativní			
(50) Merck	RV >>>	1	2,5	Negativní			
(52) Dynex	RV >>>	1	2,5	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,5	Negativní			
(80) DiaMed	RV >>>	2	5	Negativní			
(159) Grifols	RV >>>	7	18	Negativní			
(172) Immucor	RV >>>	5	13	Negativní			
		1	2,5	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV >>>	6	15	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,5	Negativní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>		40			40	39	98
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	33	Pozitivní			
(50) Merck	RV >>>	1	2,5	Pozitivní			
(52) Dynex	RV >>>	1	2,5	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,5	Pozitivní			
(80) DiaMed		1	2,5	Negativní			
	RV >>>	1	2,5	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	7	18	Pozitivní			
(172) Immucor	RV >>>	6	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV >>>	6	15	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,5	Pozitivní			
<b>(727) Antigen Fy<sup>a</sup></b>		40			40	40	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>		40			40	40	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	40	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	5	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV >>>	2	5	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	6	15	Pozitivní			
(172) Immucor	RV >>>	8	20	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV >>>	4	10	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	5	Pozitivní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>		40			40	40	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	40	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	5	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV >>>	2	5	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	6	15	Pozitivní			
(172) Immucor	RV >>>	8	20	Pozitivní			

## Cyklus EHK: IH2/23 - Imunohematologie

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
(173) Sanguin	RV >>>	4	10	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	5	Pozitivní				
<b>(728) Antigen Fy<sup>b</sup></b>		40			40	40	100	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		40			40	40	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	40	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	5	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	6	15	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	7	18	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	10	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,5	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		40			40	40	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	40	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	5	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	6	15	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	7	18	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	10	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,5	Negativní				
<b>(722) Antigen M</b>		40			40	40	100	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		40			40	40	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	33	Negativní				
(52) Dynex	RV >>>	1	2,5	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	5	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	4	10	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	12	30	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	5	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,5	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,5	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		40			40	40	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	33	Negativní				
(52) Dynex	RV >>>	1	2,5	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	5	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	4	10	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	12	30	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	5	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,5	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,5	Negativní				
<b>(723) Antigen N</b>		35			35	35	100	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		35			35	35	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	34	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	1	2,9	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,9	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	5,7	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	11	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	9	26	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	5,7	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,9	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	8,6	Pozitivní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		35			35	35	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	34	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	1	2,9	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,9	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	5,7	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	11	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	9	26	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	5,7	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,9	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	8,6	Pozitivní				
<b>(724) Antigen S</b>		40			40	40	100	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		40			40	40	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	33	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,5	Negativní				
(52) Dynex	RV >>>	2	5	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,5	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	6	15	Negativní				

## Cyklus EHK: IH2/23 - Imunohematologie

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N <sub>tot</sub>	Četnosti výsledků		Výsledek	Úspěšnost		
			N <sub>rel</sub> [%]			N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(172) Immucor	RV	>>>	8	20	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	10	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,5	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	5	Negativní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>			40			40	40	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	33	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2,5	Negativní			
(52) Dynex	RV	>>>	2	5	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,5	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	5	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	6	15	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	8	20	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	10	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,5	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	5	Negativní			
<b>(725) Antigen s</b>			39			39	39	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			39			39	39	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	33	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	1	2,6	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	5,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	5,1	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	6	15	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	5	13	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,6	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	7,7	Pozitivní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>			39			39	39	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	33	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	1	2,6	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	5,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	5,1	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	6	15	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	15	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	5	13	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,6	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	7,7	Pozitivní			
<b>(733) Antigen Le<sup>a</sup></b>			30			30	30	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			30			30	30	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	40	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	3,3	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	3,3	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	3	10	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	7	23	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	6,7	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	3,3	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	6,7	Pozitivní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>			30			30	30	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	40	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	3,3	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	3,3	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	3	10	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	7	23	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	6,7	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	3,3	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	6,7	Negativní			
<b>(734) Antigen Le<sup>b</sup></b>			30			30	30	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>			30			30	30	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	40	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	3,3	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	3,3	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	3,3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	3	10	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	7	23	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	6,7	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	3,3	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	6,7	Negativní			

## Cyklus EHK: IH2/23 - Imunohematologie

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
<b>Vzorky E2 a S2</b>		30				30	30	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	40	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	3,3	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	3,3	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	3	10	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	7	23	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	6,7	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	3,3	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	6,7	Pozitivní				
<b>(731) Antigen Lu<sup>a</sup></b>		24				24	24	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>		24				24	24	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	50	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	4	17	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	3	13	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	4,2	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		24				24	24	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	50	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	8,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	4	17	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	3	13	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	4,2	Negativní				
<b>(732) Antigen Lu<sup>b</sup></b>		22				22	22	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>		22				22	22	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	10	45	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	4,5	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	3	14	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	18	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	2	9,1	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	4,5	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	4,5	Pozitivní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		22				22	22	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	10	45	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	4,5	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	3	14	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	18	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	2	9,1	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	4,5	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	4,5	Pozitivní				
<b>(726) Antigen P1</b>		26				26	26	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>		26				26	26	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	8	31	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	7,7	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	6	23	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	19	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	7,7	Pozitivní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		26				26	26	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	8	31	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	7,7	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	6	23	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	19	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	7,7	Pozitivní				
<b>(740) Antigen Wr<sup>a</sup></b>		8				8	8	100
<b>Vzorky E1 a S1</b>		8				8	8	100
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	13	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	2	25	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	2	25	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	38	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		8				8	8	100
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	13	Negativní				



Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
(159) Grifols	RV >>>	2	25	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	2	25	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	38	Negativní				
<b>(737) Přímý Coombsův test</b>		122			122	122	100	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		122			122	122	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	51	42	Negativní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,8	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	1,6	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	23	19	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	44	36	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	0,8	Negativní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		122			122	122	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	51	42	Negativní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,8	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	1,6	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	23	19	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	44	36	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	0,8	Negativní				
<b>(741) Screening protilátek (NAT, dárce)</b>		78			78	78	100	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		78			78	78	100	
(6) APR	RV >>>	4	5,1	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	26	33	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	1,3	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	11	14	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	23	29	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	13	17	Pozitivní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		78			78	78	100	
(6) APR	RV >>>	4	5,1	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	26	33	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	1,3	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	11	14	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	23	29	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	13	17	Pozitivní				
<b>(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)</b>		133			133	133	100	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		133			133	133	100	
(6) APR	RV >>>	1	0,8	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	55	41	Pozitivní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,8	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	23	17	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	48	36	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	5	3,8	Pozitivní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		133			133	133	100	
(6) APR	RV >>>	1	0,8	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	55	41	Pozitivní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,8	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	23	17	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	48	36	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	5	3,8	Pozitivní				
<b>(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)</b>		107			107	107	100	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		107			107	107	100	
(6) APR	RV >>>	1	0,9	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	44	41	Pozitivní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,9	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	0,9	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	16	15	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	40	37	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	3,7	Pozitivní				
<b>Vzorky E2 a S2</b>		107			107	107	100	
(6) APR	RV >>>	1	0,9	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	44	41	Pozitivní				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,9	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	0,9	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	16	15	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	40	37	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	3,7	Pozitivní				
<b>(747) Screening protilátek (enzymový test)</b>		103			103	102	99	
<b>Vzorky E1 a S1</b>		103			103	103	100	
(14) Bio-Rad		>	13	13	Negativní			
	RV >>>	33	32	Pozitivní				

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(40) Ortho Clinical Diagnostics	>	1	1	Negativní			
(80) DiaMed	>	1	1	Negativní			
	RV >>>	17	17	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	37	36	Pozitivní			
(172) Immucor	RV >>>	1	1	Pozitivní			
<b>Vzorky E2 a S2</b>		103			103	102	99
(14) Bio-Rad		1	1	Negativní			
	RV >>>	45	44	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV >>>	18	17	Pozitivní			
(159) Grifols	RV >>>	37	36	Pozitivní			
(172) Immucor	RV >>>	1	1	Pozitivní			
<b>(750) Identifikace protilátek</b>		50			50	48	96
<b>Vzorky E1 a S1</b>		50			50	50	100
(0) neuvedeno	RV >>>	50	100	anti-K			
<b>Vzorky E2 a S2</b>		50			50	48	96
(0) neuvedeno		1	2	Neuvedeno			
	RV >>>	48	96	anti-D; anti-M			
		1	2	anti-M; anti-C; anti-E			
<b>(752) Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka</b>		33			0		
<b>Vzorky E1 a S1</b>		33			0		
(0) neuvedeno	±	3	9,1	titr 8			
	±	12	36	titr 16			
	±	15	45	titr 32			
	±	1	3	titr 64			
	±	2	6,1	titr 128			
<b>(756) Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka</b>		32			0		
<b>Vzorky E2 a S2</b>		32			0		
(0) neuvedeno	±	1	3,1	titr 16			
	±	7	22	titr 32			
	±	10	31	titr 64			
	±	10	31	titr 128			
	±	2	6,3	titr 256			
	±	1	3,1	titr 512			
	±	1	3,1	titr 2000			
<b>(757) Titrace protilátek, Vzorek 2: 2. protilátka</b>		33			0		
<b>Vzorky E2 a S2</b>		33			0		
(0) neuvedeno	±	2	6,1	titr 32			
	±	5	15	titr 64			
	±	9	27	titr 128			
	±	4	12	titr 256			
	±	8	24	titr 512			
	±	4	12	titr 1000			
	±	1	3	titr 4000			
<b>Sada 3</b>							
<b>(760) Zkouška kompatibility</b>		120			120	120	100
<b>Vzorek S1</b>		120			120	120	100
Všechny výsledky	RV >>>	120	100	Zkouška kompatibility provedena úspěšně			
<b>Vzorek S2</b>		120			120	120	100
Všechny výsledky	RV >>>	120	100	Zkouška kompatibility provedena úspěšně			
<b>(761) Zkouška kompatibility (segment K1)</b>		120			120	120	100
<b>Vzorek S1</b>		120			120	120	100
(0) neuvedeno	RV >>>	120	100	Pozitivní zkouška			
<b>Vzorek S2</b>		120			120	120	100
(0) neuvedeno	RV >>>	120	100	Pozitivní zkouška			
<b>(762) Podat transfuzní přípravek? (segment K1)</b>		120			0		
<b>(transfuze v neurgentním režimu)</b>							
<b>Vzorek S1</b>		120			0		
(0) neuvedeno	±	119	99	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	1	0,8	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
<b>Vzorek S2</b>		120			0		
(0) neuvedeno	±	119	99	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	1	0,8	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
<b>(764) Zkouška kompatibility (segment K2)</b>		120			120	120	100
<b>Vzorek S1</b>		120			120	120	100
(0) neuvedeno	RV >>>	120	100	Negativní zkouška			

## Cyklus EHK: IH2/23 - Imunohematologie

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>Vzorek S2</b>		120			120	120	100
(0) neuvedeno	RV >>>	120	100	Pozitivní zkouška			
<b>(765) Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)</b>		120					0
<b>Vzorek S1</b>		120					0
(0) neuvedeno	±	63	53	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
	±	21	18	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
	±	36	30	Lze podat			
<b>Vzorek S2</b>		120					0
(0) neuvedeno	±	118	98	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	2	1,7	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			