

Cyklus EHK: IH2/23 - Imunohematologie

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota
 RV = referenční hodnota
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1 a 2							
(700) AB0 skupina		26			26	26	100
Vzorky E1 a S1		26			26	26	100
Všechny výsledky	RV >>>	26	100	Krevní skupina: A			
Vzorky E2 a S2		26			26	26	100
Všechny výsledky	RV >>>	26	100	Krevní skupina: 0			
(703) A podskupina		5			5	5	100
Vzorky E1 a S1		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	A podskupina A2			
Vzorky E2 a S2		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Neuvedeno			
(705) Rh D antigen (dárce)		18			18	18	100
Vzorky E1 a S1		18			18	18	100
Všechny výsledky	RV >>>	18	100	Pozitivní (RhD+)			
Vzorky E2 a S2		18			18	18	100
Všechny výsledky	RV >>>	18	100	Negativní (RhD-)			
(709) Rh D antigen (příjemce/ těhotná/ novorozенец)		25			25	25	100
Vzorky E1 a S1		25			25	25	100
Všechny výsledky	RV >>>	25	100	Pozitivní (RhD+)			
Vzorky E2 a S2		25			25	25	100
Všechny výsledky	RV >>>	25	100	Negativní (RhD-)			
(715) Antigen C		19			19	19	100
Vzorky E1 a S1		19			19	19	100
Všechny výsledky	RV >>>	19	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		19			19	19	100
Všechny výsledky	RV >>>	19	100	Negativní			
(716) Antigen c		19			19	19	100
Vzorky E1 a S1		19			19	19	100
Všechny výsledky	RV >>>	19	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		19			19	19	100
Všechny výsledky	RV >>>	19	100	Pozitivní			
(718) Antigen E		20			20	20	100
Vzorky E1 a S1		20			20	20	100
Všechny výsledky	RV >>>	20	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		20			20	20	100
Všechny výsledky	RV >>>	20	100	Negativní			
(719) Antigen e		19			19	19	100
Vzorky E1 a S1		19			19	19	100
Všechny výsledky	RV >>>	19	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		19			19	19	100
Všechny výsledky	RV >>>	19	100	Pozitivní			
(717) Antigen C^w		11			11	11	100
Vzorky E1 a S1		11			11	11	100
Všechny výsledky	RV >>>	11	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		11			11	11	100
Všechny výsledky	RV >>>	11	100	Negativní			
(720) Antigen K		20			20	20	100
Vzorky E1 a S1		20			20	20	100
Všechny výsledky	RV >>>	20	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		20			20	20	100
Všechny výsledky	RV >>>	20	100	Negativní			
(721) Antigen k		6			6	5	83
Vzorky E1 a S1		6			6	5	83
Všechny výsledky		1	17	Negativní			
	RV >>>	5	83	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		6			6	5	83
Všechny výsledky		1	17	Negativní			
	RV >>>	5	83	Pozitivní			
(738) Antigen Kp^a		3			3	3	100
Vzorky E1 a S1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(739) Antigen Kp ^b		2			2	1	50
Vzorky E1 a S1		2			2	1	50
Všechny výsledky		1	50	Negativní			
	RV >>>	1	50	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		2			2	1	50
Všechny výsledky		1	50	Negativní			
	RV >>>	1	50	Pozitivní			
(729) Antigen Jk ^a		5			5	5	100
Vzorky E1 a S1		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Negativní			
(730) Antigen Jk ^b		5			5	3	60
Vzorky E1 a S1		5			5	4	80
Všechny výsledky	RV >>>	4	80	Negativní			
		1	20	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		5			5	4	80
Všechny výsledky	RV >>>	1	20	Negativní			
		4	80	Pozitivní			
(727) Antigen Fy ^a		5			5	5	100
Vzorky E1 a S1		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
(728) Antigen Fy ^b		5			5	5	100
Vzorky E1 a S1		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Negativní			
(722) Antigen M		7			7	7	100
Vzorky E1 a S1		7			7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		7			7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Negativní			
(723) Antigen N		5			5	5	100
Vzorky E1 a S1		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
(724) Antigen S		6			6	6	100
Vzorky E1 a S1		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Negativní			
(725) Antigen s		5			5	5	100
Vzorky E1 a S1		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
(733) Antigen Le ^a		4			4	4	100
Vzorky E1 a S1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(734) Antigen Le ^b		4			4	4	100
Vzorky E1 a S1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
(731) Antigen Lu ^a		4			4	4	100
Vzorky E1 a S1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(732) Antigen Lu ^b		4			4	4	100
Vzorky E1 a S1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(726) Antigen P1		4				4	4	100
Vzorky E1 a S1		4				4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		4				4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní				
(740) Antigen Wr^a		1				1	1	100
Vzorky E1 a S1		1				1	1	100
Všechny výsledky	RV >>>	1	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		1				1	1	100
Všechny výsledky	RV >>>	1	100	Negativní				
(737) Přímý Coombsův test		24				24	24	100
Vzorky E1 a S1		24				24	24	100
Všechny výsledky	RV >>>	24	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		24				24	24	100
Všechny výsledky	RV >>>	24	100	Negativní				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)		18				18	18	100
Vzorky E1 a S1		18				18	18	100
Všechny výsledky	RV >>>	18	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		18				18	18	100
Všechny výsledky	RV >>>	18	100	Pozitivní				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)		26				26	26	100
Vzorky E1 a S1		26				26	26	100
Všechny výsledky	RV >>>	26	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		26				26	26	100
Všechny výsledky	RV >>>	26	100	Pozitivní				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)		20				20	20	100
Vzorky E1 a S1		20				20	20	100
Všechny výsledky	RV >>>	20	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		20				20	20	100
Všechny výsledky	RV >>>	20	100	Pozitivní				
(747) Screening protilátek (enzymový test)		8				8	8	100
Vzorky E1 a S1		8				8	8	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	38	Negativní				
		5	63	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		8				8	8	100
Všechny výsledky	RV >>>	8	100	Pozitivní				
(750) Identifikace protilátek		6				6	5	83
Vzorky E1 a S1		6				6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	anti-K				
Vzorky E2 a S2		6				6	5	83
Všechny výsledky	RV >>>	5	83	anti-D; anti-M				
		1	17	anti-M; anti-C; anti-E				
(752) Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka		4				0		
Vzorky E1 a S1		4				0		
Všechny výsledky	±	2	50	titr 16				
	±	1	25	titr 32				
	±	1	25	titr 64				
(756) Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka		3				0		
Vzorky E2 a S2		3				0		
Všechny výsledky	±	1	33	titr 16				
	±	1	33	titr 64				
	±	1	33	titr 128				
(757) Titrace protilátek, Vzorek 2: 2. protilátka		4				0		
Vzorky E2 a S2		4				0		
Všechny výsledky	±	1	25	titr 128				
	±	2	50	titr 512				
	±	1	25	titr 1000				
Sada 3								
(760) Zkouška kompatibility		22				22	22	100
Vzorek S1		22				22	22	100
Všechny výsledky	RV >>>	22	100	Zkouška kompatibility provedena úspěšně				
Vzorek S2		22				22	22	100
Všechny výsledky	RV >>>	22	100	Zkouška kompatibility provedena úspěšně				
(761) Zkouška kompatibility (segment K1)		22				22	22	100
Vzorek S1		22				22	22	100
Všechny výsledky	RV >>>	22	100	Pozitivní zkouška				
Vzorek S2		22				22	22	100
Všechny výsledky	RV >>>	22	100	Pozitivní zkouška				

Cyklus EHK: IH2/23 - Imunohematologie

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(762) Podat transfuzní přípravek? (segment K1) (transfuze v neurgentním režimu)		22		0			
Vzorek S1		22		0			
Všechny výsledky	±	22	100	Nelze podat, riziko hemolýzy			
Vzorek S2		22		0			
Všechny výsledky	±	22	100	Nelze podat, riziko hemolýzy			
(764) Zkouška kompatibility (segment K2)		22		22 22 100			
Vzorek S1		22		22 22 100			
Všechny výsledky	RV	>>>	22	100	Negativní zkouška		
Vzorek S2		22		22 22 100			
Všechny výsledky	RV	>>>	22	100	Pozitivní zkouška		
(765) Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)		22		0			
Vzorek S1		22		0			
Všechny výsledky	±	13	59	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
	±	5	23	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
	±	4	18	Lze podat			
Vzorek S2		22		0			
Všechny výsledky	±	21	95	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±	1	4,5	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			