

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 RV = referenční hodnota
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1 a 2							
(700) AB0 skupina		167			167	167	100
Vzorky E1 a S1		167			167	167	100
Všechny výsledky	RV >>>	167	100	Krevní skupina: A			
Vzorky E2 a S2		167			167	167	100
Všechny výsledky	RV >>>	167	100	Krevní skupina: 0			
(703) A podskupina		53			53	53	100
Vzorky E1 a S1		53			53	53	100
Všechny výsledky	RV >>>	53	100	A podskupina A1			
Vzorky E2 a S2		53			53	53	100
Všechny výsledky	RV >>>	53	100	Neuvedeno			
(705) Rh D antigen (dárce)		95			95	95	100
Vzorky E1 a S1		95			95	95	100
Všechny výsledky	RV >>>	95	100	Pozitivní (RhD+)			
Vzorky E2 a S2		95			95	95	100
Všechny výsledky	RV >>>	95	100	Pozitivní (RhD+)			
(709) Rh D antigen (příjemce/ těhotná/ novorozeneček)		159			159	159	100
Vzorky E1 a S1		159			159	159	100
Všechny výsledky	RV >>>	159	100	Pozitivní (RhD+)			
Vzorky E2 a S2		159			159	159	100
Všechny výsledky	RV >>>	159	100	Pozitivní (RhD+)			
(715) Antigen C		88			88	88	100
Vzorky E1 a S1		88			88	88	100
Všechny výsledky	RV >>>	88	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		88			88	88	100
Všechny výsledky	RV >>>	88	100	Pozitivní			
(716) Antigen c		88			88	87	99
Vzorky E1 a S1		88			88	87	99
Všechny výsledky	RV >>>	87	99	Negativní			
		1	1,1	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		88			88	88	100
Všechny výsledky	RV >>>	88	100	Negativní			
(718) Antigen E		89			89	89	100
Vzorky E1 a S1		89			89	89	100
Všechny výsledky	RV >>>	89	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		89			89	89	100
Všechny výsledky	RV >>>	89	100	Negativní			
(719) Antigen e		88			88	88	100
Vzorky E1 a S1		88			88	88	100
Všechny výsledky	RV >>>	88	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		88			88	88	100
Všechny výsledky	RV >>>	88	100	Pozitivní			
(717) Antigen C^w		74			74	73	99
Vzorky E1 a S1		74			74	74	100
Všechny výsledky	RV >>>	74	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		74			74	73	99
Všechny výsledky	RV >>>	1	1,4	Neuvedeno			
		73	99	Negativní			
(720) Antigen K		95			95	94	99
Vzorky E1 a S1		95			95	94	99
Všechny výsledky	RV >>>	94	99	Negativní			
		1	1,1	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		95			95	95	100
Všechny výsledky	RV >>>	95	100	Negativní			
(721) Antigen k		46			46	46	100
Vzorky E1 a S1		46			46	46	100
Všechny výsledky	RV >>>	46	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		46			46	46	100
Všechny výsledky	RV >>>	46	100	Pozitivní			
(738) Antigen Kp^a		16			16	16	100
Vzorky E1 a S1		16			16	16	100
Všechny výsledky	RV >>>	16	100	Negativní			

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
Vzorky E2 a S2		16				16	16	100
Všechny výsledky	RV >>>	16	100	Negativní				
(739) Antigen Kp^b		9				9	9	100
Vzorky E1 a S1		9				9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		9				9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Pozitivní				
(729) Antigen Jk^a		42				42	42	100
Vzorky E1 a S1		42				42	42	100
Všechny výsledky	RV >>>	42	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		42				42	42	100
Všechny výsledky	RV >>>	42	100	Pozitivní				
(730) Antigen Jk^b		42				42	41	98
Vzorky E1 a S1		42				42	41	98
Všechny výsledky		1	2,4	Negativní				
	RV >>>	41	98	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		42				42	41	98
Všechny výsledky		1	2,4	Negativní				
	RV >>>	41	98	Pozitivní				
(727) Antigen Fy^a		43				43	43	100
Vzorky E1 a S1		43				43	43	100
Všechny výsledky	RV >>>	43	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		43				43	43	100
Všechny výsledky	RV >>>	43	100	Negativní				
(728) Antigen Fy^b		43				43	43	100
Vzorky E1 a S1		43				43	43	100
Všechny výsledky	RV >>>	43	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		43				43	43	100
Všechny výsledky	RV >>>	43	100	Pozitivní				
(722) Antigen M		42				42	42	100
Vzorky E1 a S1		42				42	42	100
Všechny výsledky	RV >>>	42	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		42				42	42	100
Všechny výsledky	RV >>>	42	100	Pozitivní				
(723) Antigen N		37				37	37	100
Vzorky E1 a S1		37				37	37	100
Všechny výsledky	RV >>>	37	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		37				37	37	100
Všechny výsledky	RV >>>	37	100	Pozitivní				
(724) Antigen S		43				43	43	100
Vzorky E1 a S1		43				43	43	100
Všechny výsledky	RV >>>	43	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		43				43	43	100
Všechny výsledky	RV >>>	43	100	Negativní				
(725) Antigen s		41				41	41	100
Vzorky E1 a S1		41				41	41	100
Všechny výsledky	RV >>>	41	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		41				41	41	100
Všechny výsledky	RV >>>	41	100	Pozitivní				
(733) Antigen Le^a		35				35	35	100
Vzorky E1 a S1		35				35	35	100
Všechny výsledky	RV >>>	35	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		35				35	35	100
Všechny výsledky	RV >>>	35	100	Pozitivní				
(734) Antigen Le^b		35				35	31	89
Vzorky E1 a S1		35				35	31	89
Všechny výsledky		4	11	Negativní				
	RV >>>	31	89	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		35				35	35	100
Všechny výsledky	RV >>>	35	100	Negativní				
(731) Antigen Lu^a		26				26	26	100
Vzorky E1 a S1		26				26	26	100
Všechny výsledky	RV >>>	26	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		26				26	26	100
Všechny výsledky	RV >>>	26	100	Negativní				
(732) Antigen Lu^b		25				25	25	100
Vzorky E1 a S1		25				25	25	100
Všechny výsledky	RV >>>	25	100	Pozitivní				

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
Vzorky E2 a S2		25				25	25	100
Všechny výsledky	RV >>>	25	100	Pozitivní				
(726) Antigen P1		29				29	29	100
Vzorky E1 a S1		29				29	29	100
Všechny výsledky	RV >>>	29	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		29				29	29	100
Všechny výsledky	RV >>>	29	100	Pozitivní				
(740) Antigen Wr^a		7				7	7	100
Vzorky E1 a S1		7				7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		7				7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Negativní				
(737) Přímý Coombsův test		140				140	140	100
Vzorky E1 a S1		140				140	140	100
Všechny výsledky	RV >>>	140	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		140				140	140	100
Všechny výsledky	RV >>>	140	100	Negativní				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)		87				87	87	100
Vzorky E1 a S1		87				87	87	100
Všechny výsledky	RV >>>	87	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		87				87	87	100
Všechny výsledky	RV >>>	87	100	Pozitivní				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)		151				151	150	99
Vzorky E1 a S1		151				151	151	100
Všechny výsledky	RV >>>	151	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		151				151	150	99
Všechny výsledky	RV >>>	150	0,7 99	Neuvedeno Pozitivní				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)		121				121	121	100
Vzorky E1 a S1		121				121	121	100
Všechny výsledky	RV >>>	121	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		121				121	121	100
Všechny výsledky	RV >>>	121	100	Pozitivní				
(747) Screening protilátek (enzymový test)		113				113	113	100
Vzorky E1 a S1		113				113	113	100
Všechny výsledky	RV >>>	113	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		113				113	113	100
Všechny výsledky	RV >>>	113	100	Pozitivní				
(750) Identifikace protilátek		52				52	50	96
Vzorky E1 a S1		52				52	51	98
Všechny výsledky	RV >>>	51	98 1,9	anti-E; anti-K; anti-S anti-E; anti-S; anti-Fyb				
Vzorky E2 a S2		52				52	51	98
Všechny výsledky	RV >>>	51	98 1,9	anti-c anti-c; anti-E; anti-Lua				
(752) Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka		35				0		
Vzorky E1 a S1		35				0		
Všechny výsledky		± 2	5,7	titr 4				
		± 1	2,9	titr 8				
		± 9	26	titr 16				
		± 12	34	titr 32				
		± 8	23	titr 64				
		± 3	8,6	titr 128				
(753) Titrace protilátek, Vzorek 1: 2. protilátka		33				0		
Vzorky E1 a S1		33				0		
Všechny výsledky		± 1	3	titr 4				
		± 1	3	titr 8				
		± 13	39	titr 16				
		± 13	39	titr 32				
		± 4	12	titr 64				
		± 1	3	titr 128				
(754) Titrace protilátek, Vzorek 1: 3. protilátka		35				0		
Vzorky E1 a S1		35				0		
Všechny výsledky		± 3	8,6	titr 4				
		± 9	26	titr 8				
		± 15	43	titr 16				
		± 4	11	titr 32				
		± 4	11	titr 64				

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost			
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(756) Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka		35				0		
Vzorky E2 a S2		35				0		
Všechny výsledky	±	2	5,7	titr 1				
	±	7	20	titr 2				
	±	11	31	titr 4				
	±	11	31	titr 8				
	±	3	8,6	titr 16				
	±	1	2,9	titr 64				
Sada 3								
(760) Zkouška kompatibility		134				134	133	99
Vzorek S1		134				134	134	100
Všechny výsledky	RV >>>	134	100	Zkouška kompatibility provedena úspěšně				
Vzorek S2		134				134	133	99
Všechny výsledky		1	0,7	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně				
	RV >>>	133	99	Zkouška kompatibility provedena úspěšně				
(761) Zkouška kompatibility (segment K1)		134				134	133	99
Vzorek S1		134				134	134	100
Všechny výsledky	RV >>>	134	100	Pozitivní zkouška				
Vzorek S2		134				134	133	99
Všechny výsledky		1	0,7	Neuvedeno				
	>	1	0,7	Negativní zkouška				
	RV >>>	132	99	Pozitivní zkouška				
(762) Podat transfuzní přípravek? (segment K1) (transfuze v neurgentním režimu)		134				0		
Vzorek S1		134				0		
Všechny výsledky	±	133	99	Nelze podat, riziko hemolýzy				
	±	1	0,7	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí				
Vzorek S2		134				0		
Všechny výsledky	±	133	99	Nelze podat, riziko hemolýzy				
	±	1	0,7	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí				
(764) Zkouška kompatibility (segment K2)		134				134	134	100
Vzorek S1		134				134	134	100
Všechny výsledky	RV >>>	134	100	Pozitivní zkouška				
Vzorek S2		134				134	134	100
Všechny výsledky	RV >>>	134	100	Negativní zkouška				
(765) Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)		134				0		
Vzorek S1		134				0		
Všechny výsledky	±	132	99	Nelze podat, riziko hemolýzy				
	±	2	1,5	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí				
Vzorek S2		134				0		
Všechny výsledky	±	78	58	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí				
	±	4	3	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky				
	±	52	39	Lze podat				