

Cyklus EHK: IH4/23 - Imunohematologie

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

AV = vztažná hodnota

RV = referenční hodnota

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{rel} = relativní počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]

Sada 1 a 2

(700) AB0 skupina			167			167	167	100
Vzorky E1 a S1			167			167	167	100
(6) APR	RV >>>	2	1,2	Krevní skupina: A				
(14) Bio-Rad	RV >>>	51	31	Krevní skupina: A				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,6	Krevní skupina: A				
(52) Dynex	RV >>>	1	0,6	Krevní skupina: A				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	9	5,4	Krevní skupina: A				
(80) DiaMed	RV >>>	13	7,8	Krevní skupina: A				
(159) Grifols	RV >>>	48	29	Krevní skupina: A				
(172) Immucor	RV >>>	23	14	Krevní skupina: A				
(173) Sanguin	RV >>>	8	4,8	Krevní skupina: A				
(174) IVT Imuno	RV >>>	6	3,6	Krevní skupina: A				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	1,2	Krevní skupina: A				
(999) jiný výrobce	RV >>>	3	1,8	Krevní skupina: A				
Vzorky E2 a S2			167			167	167	100
(6) APR	RV >>>	2	1,2	Krevní skupina: 0				
(14) Bio-Rad	RV >>>	51	31	Krevní skupina: 0				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,6	Krevní skupina: 0				
(52) Dynex	RV >>>	1	0,6	Krevní skupina: 0				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	9	5,4	Krevní skupina: 0				
(80) DiaMed	RV >>>	13	7,8	Krevní skupina: 0				
(159) Grifols	RV >>>	48	29	Krevní skupina: 0				
(172) Immucor	RV >>>	23	14	Krevní skupina: 0				
(173) Sanguin	RV >>>	8	4,8	Krevní skupina: 0				
(174) IVT Imuno	RV >>>	6	3,6	Krevní skupina: 0				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	1,2	Krevní skupina: 0				
(999) jiný výrobce	RV >>>	3	1,8	Krevní skupina: 0				
(703) A podskupina			53			53	53	100
Vzorky E1 a S1			53			53	53	100
(0) neuvedeno	RV >>>	53	100	A podskupina A1				
Vzorky E2 a S2			53			53	53	100
(0) neuvedeno	RV >>>	53	100	Neuvedeno				
(705) Rh D antigen (dárce)			95			95	95	100
Vzorky E1 a S1			95			95	95	100
(6) APR	RV >>>	4	4,2	Pozitivní (RhD+)				
(14) Bio-Rad	RV >>>	28	29	Pozitivní (RhD+)				
(52) Dynex	RV >>>	1	1,1	Pozitivní (RhD+)				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	4	4,2	Pozitivní (RhD+)				
(80) DiaMed	RV >>>	3	3,2	Pozitivní (RhD+)				
(159) Grifols	RV >>>	24	25	Pozitivní (RhD+)				
(172) Immucor	RV >>>	22	23	Pozitivní (RhD+)				
(173) Sanguin	RV >>>	3	3,2	Pozitivní (RhD+)				
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	3,2	Pozitivní (RhD+)				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	2,1	Pozitivní (RhD+)				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1,1	Pozitivní (RhD+)				
Vzorky E2 a S2			95			95	95	100
(6) APR	RV >>>	4	4,2	Pozitivní (RhD+)				
(14) Bio-Rad	RV >>>	28	29	Pozitivní (RhD+)				
(52) Dynex	RV >>>	1	1,1	Pozitivní (RhD+)				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	4	4,2	Pozitivní (RhD+)				
(80) DiaMed	RV >>>	3	3,2	Pozitivní (RhD+)				
(159) Grifols	RV >>>	24	25	Pozitivní (RhD+)				
(172) Immucor	RV >>>	22	23	Pozitivní (RhD+)				
(173) Sanguin	RV >>>	3	3,2	Pozitivní (RhD+)				
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	3,2	Pozitivní (RhD+)				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	2,1	Pozitivní (RhD+)				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	1,1	Pozitivní (RhD+)				
(709) Rh D antigen (příjemce/ těhotná/ novorozenec)			159			159	159	100
Vzorky E1 a S1			159			159	159	100
(6) APR	RV >>>	2	1,3	Pozitivní (RhD+)				
(14) Bio-Rad	RV >>>	50	31	Pozitivní (RhD+)				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	1	0,6	Pozitivní (RhD+)				

Cyklus EHK: IH4/23 - Imunohematologie

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(50) Merck	RV	>>>	1	0,6	Pozitivní (RhD+)			
(52) Dynex	RV	>>>	1	0,6	Pozitivní (RhD+)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	9	5,7	Pozitivní (RhD+)			
(80) DiaMed	RV	>>>	10	6,3	Pozitivní (RhD+)			
(159) Grifols	RV	>>>	46	29	Pozitivní (RhD+)			
(172) Immucor	RV	>>>	24	15	Pozitivní (RhD+)			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	2,5	Pozitivní (RhD+)			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	6	3,8	Pozitivní (RhD+)			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	1,3	Pozitivní (RhD+)			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	3	1,9	Pozitivní (RhD+)			
Vzorky E2 a S2			159			159	159	100
(6) APR	RV	>>>	2	1,3	Pozitivní (RhD+)			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	50	31	Pozitivní (RhD+)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,6	Pozitivní (RhD+)			
(50) Merck	RV	>>>	1	0,6	Pozitivní (RhD+)			
(52) Dynex	RV	>>>	1	0,6	Pozitivní (RhD+)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	9	5,7	Pozitivní (RhD+)			
(80) DiaMed	RV	>>>	10	6,3	Pozitivní (RhD+)			
(159) Grifols	RV	>>>	46	29	Pozitivní (RhD+)			
(172) Immucor	RV	>>>	24	15	Pozitivní (RhD+)			
(173) Sanguin	RV	>>>	4	2,5	Pozitivní (RhD+)			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	6	3,8	Pozitivní (RhD+)			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	1,3	Pozitivní (RhD+)			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	3	1,9	Pozitivní (RhD+)			
(715) Antigen C			88			88	88	100
Vzorky E1 a S1			88			88	88	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	35	40	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	8	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	21	24	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	14	16	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,3	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	3	3,4	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	3,4	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			88			88	88	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	35	40	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	8	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	21	24	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	14	16	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,3	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	3	3,4	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	3,4	Pozitivní			
(716) Antigen c			88			88	87	99
Vzorky E1 a S1			88			88	87	99
(6) APR	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	34	39	Negativní			
			1	1,1	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	8	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	21	24	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	14	16	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,3	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	3	3,4	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	3	3,4	Negativní			
Vzorky E2 a S2			88			88	88	100
(6) APR	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	35	40	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,1	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	7	8	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	21	24	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	14	16	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	2,3	Negativní			

Cyklus EHK: IH4/23 - Imunohematologie

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	3,4	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	3,4	Negativní				
(718) Antigen E		89			89	89	100	
Vzorky E1 a S1		89			89	89	100	
(6) APR	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	35	39	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	7,9	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	22	25	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	14	16	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	2,2	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	3,4	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	3,4	Negativní				
Vzorky E2 a S2		89			89	89	100	
(6) APR	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	35	39	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	7,9	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	22	25	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	14	16	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	2,2	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	3,4	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	3,4	Negativní				
(719) Antigen e		88			88	88	100	
Vzorky E1 a S1		88			88	88	100	
(6) APR	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	34	39	Pozitivní				
(17) Biogema	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	8	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	21	24	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	14	16	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	2,3	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	3,4	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	3,4	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		88			88	88	100	
(6) APR	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	34	39	Pozitivní				
(17) Biogema	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	1,1	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	8	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	21	24	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	14	16	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	2,3	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	3,4	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	3,4	Pozitivní				
(717) Antigen C^w		74			74	73	99	
Vzorky E1 a S1		74			74	74	100	
(6) APR	RV >>>	1	1,4	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	25	34	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,4	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	2,7	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	2,7	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	21	28	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	14	19	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	4,1	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	4,1	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	2,7	Negativní				
Vzorky E2 a S2		74			74	73	99	
(6) APR	RV >>>	1	1,4	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	25	34	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,4	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	2,7	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	2,7	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	1	1,4	Neuvedeno				

Cyklus EHK: IH4/23 - Imunohematologie

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
	RV >>>	20	27	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	14	19	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	4,1	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	4,1	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	2,7	Negativní				
(720) Antigen K		95			95	94	99	
Vzorky E1 a S1		95			95	94	99	
(6) APR	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	32	34	Negativní				
		1	1,1	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	7,4	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	29	31	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	14	15	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	3,2	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	5	5,3	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	2,1	Negativní				
Vzorky E2 a S2		95			95	95	100	
(6) APR	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	33	35	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,1	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	7,4	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	29	31	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	14	15	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	3,2	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	5	5,3	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	2,1	Negativní				
(721) Antigen k		46			46	46	100	
Vzorky E1 a S1		46			46	46	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	15	33	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	11	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	9	20	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,2	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		46			46	46	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	15	33	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	11	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	9	20	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	4	8,7	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,2	Pozitivní				
(738) Antigen Kp^a		16			16	16	100	
Vzorky E1 a S1		16			16	16	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	6	38	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	6,3	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	6,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	31	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	2	13	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	1	6,3	Negativní				
Vzorky E2 a S2		16			16	16	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	6	38	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	6,3	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	6,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	31	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	2	13	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	1	6,3	Negativní				
(739) Antigen Kp^b		9			9	9	100	
Vzorky E1 a S1		9			9	9	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	4	44	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	11	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	11	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	2	22	Pozitivní				

Cyklus EHK: IH4/23 - Imunohematologie

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(172) Immucor	RV	>>>	1	11	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			9			9	9	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	4	44	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	11	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	11	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	2	22	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	1	11	Pozitivní			
(729) Antigen Jk^a			42			42	42	100
Vzorky E1 a S1			42			42	42	100
(6) APR	RV	>>>	1	2,4	Negativní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	14	33	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2,4	Negativní			
(52) Dynex	RV	>>>	2	4,8	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,4	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,4	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	5	12	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	24	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	5	12	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,8	Negativní			
Vzorky E2 a S2			42			42	42	100
(6) APR	RV	>>>	1	2,4	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	14	33	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2,4	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	2	4,8	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,4	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,4	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	5	12	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	24	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	5	12	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,8	Pozitivní			
(730) Antigen Jk^b			42			42	41	98
Vzorky E1 a S1			42			42	41	98
(6) APR	RV	>>>	1	2,4	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	31	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2,4	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	2	4,8	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,4	Pozitivní			
(80) DiaMed			1	2,4	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	5	12	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	24	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	14	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,8	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			42			42	41	98
(6) APR	RV	>>>	1	2,4	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	13	31	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2,4	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	2	4,8	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	2,4	Pozitivní			
(80) DiaMed			1	2,4	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	5	12	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	24	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	14	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,8	Pozitivní			
(727) Antigen Fy^a			43			43	43	100
Vzorky E1 a S1			43			43	43	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	16	37	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	7	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	5	12	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	23	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	5	12	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	2,3	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	4,7	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			43			43	43	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	16	37	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	7	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2,3	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	5	12	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	10	23	Negativní			

Cyklus EHK: IH4/23 - Imunohematologie

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(173) Sanguin	RV >>>	5	12	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	4,7	Negativní				
(728) Antigen Fy^b		43			43	43	100	
Vzorky E1 a S1		43			43	43	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	37	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	7	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	12	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	9	21	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	12	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7	Negativní				
Vzorky E2 a S2		43			43	43	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	37	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	7	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	12	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	9	21	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	12	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,3	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7	Pozitivní				
(722) Antigen M		42			42	42	100	
Vzorky E1 a S1		42			42	42	100	
(6) APR	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	29	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	4,8	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	9,5	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	15	36	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,8	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,1	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		42			42	42	100	
(6) APR	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	29	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	4,8	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	9,5	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	15	36	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,8	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,1	Pozitivní				
(723) Antigen N		37			37	37	100	
Vzorky E1 a S1		37			37	37	100	
(6) APR	RV >>>	1	2,7	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	32	Negativní				
(52) Dynex	RV >>>	1	2,7	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,7	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,7	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	4	11	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	11	30	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	5,4	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,7	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	8,1	Negativní				
Vzorky E2 a S2		37			37	37	100	
(6) APR	RV >>>	1	2,7	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	32	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	1	2,7	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	2,7	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,7	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	11	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	11	30	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	5,4	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,7	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	8,1	Pozitivní				

Cyklus EHK: IH4/23 - Imunohematologie

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(724) Antigen S		43				43	43	100
Vzorky E1 a S1		43				43	43	100
(6) APR	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	30	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(52) Dynex	RV >>>	2	4,7	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	7	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	12	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	10	23	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	7	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	4,7	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	4,7	Negativní				
Vzorky E2 a S2		43				43	43	100
(6) APR	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	30	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(52) Dynex	RV >>>	2	4,7	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	7	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	12	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	10	23	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	7	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	4,7	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	4,7	Negativní				
(725) Antigen s		41				41	41	100
Vzorky E1 a S1		41				41	41	100
(6) APR	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	32	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	7,3	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	12	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	7	17	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	12	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	4,9	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,3	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		41				41	41	100
(6) APR	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	32	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	7,3	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,4	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	12	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	7	17	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	12	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	4,9	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	3	7,3	Pozitivní				
(733) Antigen Le^a		35				35	35	100
Vzorky E1 a S1		35				35	35	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	34	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,9	Negativní				
(52) Dynex	RV >>>	2	5,7	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	4	11	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	10	29	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	5,7	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	5,7	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	5,7	Negativní				
Vzorky E2 a S2		35				35	35	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	34	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,9	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	2	5,7	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	11	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	10	29	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	5,7	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	5,7	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	5,7	Pozitivní				

Cyklus EHK: IH4/23 - Imunohematologie

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(734) Antigen Le^b		35				35	31	89
Vzorky E1 a S1		35				35	31	89
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	34	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,9	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	2	5,7	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	4	11	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	2	5,7	Negativní				
		8	23	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	5,7	Pozitivní				
(174) IVT Imuno		2	5,7	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	5,7	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		35				35	35	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	34	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,9	Negativní				
(52) Dynex	RV >>>	2	5,7	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	4	11	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	10	29	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	5,7	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	5,7	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	5,7	Negativní				
(731) Antigen Lu^a		26				26	26	100
Vzorky E1 a S1		26				26	26	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	14	54	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	3,8	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,8	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	19	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	3	12	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	1	3,8	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	3,8	Negativní				
Vzorky E2 a S2		26				26	26	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	14	54	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	3,8	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,8	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	19	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	3	12	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	1	3,8	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	3,8	Negativní				
(732) Antigen Lu^b		25				25	25	100
Vzorky E1 a S1		25				25	25	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	11	44	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	4	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	8	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	20	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	3	12	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	1	4	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	4	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	4	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		25				25	25	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	11	44	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	4	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	8	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	20	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	3	12	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	1	4	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	4	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	4	Pozitivní				
(726) Antigen P1		29				29	29	100
Vzorky E1 a S1		29				29	29	100
(6) APR	RV >>>	1	3,4	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	9	31	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	6,9	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	1	3,4	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	8	28	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	17	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	3,4	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	6,9	Negativní				
Vzorky E2 a S2		29				29	29	100
(6) APR	RV >>>	1	3,4	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	9	31	Pozitivní				

Cyklus EHK: IH4/23 - Imunohematologie

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	6,9	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	1	3,4	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	8	28	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	5	17	Pozitivní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	3,4	Pozitivní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	2	6,9	Pozitivní			
(740) Antigen Wr^a			7			7	7	100
Vzorky E1 a S1			7			7	7	100
(159) Grifols	RV	>>>	2	29	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	2	29	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	43	Negativní			
Vzorky E2 a S2			7			7	7	100
(159) Grifols	RV	>>>	2	29	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	2	29	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	43	Negativní			
(737) Přímý Coombsův test			140			140	140	100
Vzorky E1 a S1			140			140	140	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	63	45	Negativní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,7	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	1,4	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	24	17	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	48	34	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	0,7	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	0,7	Negativní			
Vzorky E2 a S2			140			140	140	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	63	45	Negativní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,7	Negativní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	2	1,4	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	24	17	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	48	34	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	0,7	Negativní			
(203) ANTITOXIN	RV	>>>	1	0,7	Negativní			
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)			87			87	87	100
Vzorky E1 a S1			87			87	87	100
(6) APR	RV	>>>	4	4,6	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	32	37	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	12	14	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	24	28	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	14	16	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			87			87	87	100
(6) APR	RV	>>>	4	4,6	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	32	37	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,1	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	12	14	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	24	28	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	14	16	Pozitivní			
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)			151			151	150	99
Vzorky E1 a S1			151			151	151	100
(6) APR	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	67	44	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	25	17	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	51	34	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	4	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			151			151	150	99
(6) APR	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	67	44	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,7	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	25	17	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	1	0,7	Neuvedeno			
(172) Immucor	RV	>>>	50	33	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	6	4	Pozitivní			
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)			121			121	121	100
Vzorky E1 a S1			121			121	121	100
(6) APR	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	53	44	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní			

Cyklus EHK: IH4/23 - Imunohematologie

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(80) DiaMed	RV	>>>	18	15	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	42	35	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	4,1	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			121			121	121	100
(6) APR	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	RV	>>>	53	44	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	0,8	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	18	15	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	42	35	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	5	4,1	Pozitivní			
(747) Screening protilátek (enzymový test)			113			113	113	100
Vzorky E1 a S1			113			113	113	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	50	44	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,9	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	20	18	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	41	36	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	1	0,9	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2			113			113	113	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	50	44	Pozitivní			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	1	0,9	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	20	18	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	41	36	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	1	0,9	Pozitivní			
(750) Identifikace protilátek			52			52	50	96
Vzorky E1 a S1			52			52	51	98
(0) neuvedeno	RV	>>>	51	98	anti-E; anti-K; anti-S			
			1	1,9	anti-E; anti-S; anti-Fyb			
Vzorky E2 a S2			52			52	51	98
(0) neuvedeno	RV	>>>	51	98	anti-c			
			1	1,9	anti-c; anti-E; anti-Lua			
(752) Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka			35			0		
Vzorky E1 a S1			35			0		
(0) neuvedeno		±	2	5,7	titr 4			
		±	1	2,9	titr 8			
		±	9	26	titr 16			
		±	12	34	titr 32			
		±	8	23	titr 64			
		±	3	8,6	titr 128			
(753) Titrace protilátek, Vzorek 1: 2. protilátka			33			0		
Vzorky E1 a S1			33			0		
(0) neuvedeno		±	1	3	titr 4			
		±	1	3	titr 8			
		±	13	39	titr 16			
		±	13	39	titr 32			
		±	4	12	titr 64			
		±	1	3	titr 128			
(754) Titrace protilátek, Vzorek 1: 3. protilátka			35			0		
Vzorky E1 a S1			35			0		
(0) neuvedeno		±	3	8,6	titr 4			
		±	9	26	titr 8			
		±	15	43	titr 16			
		±	4	11	titr 32			
		±	4	11	titr 64			
(756) Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka			35			0		
Vzorky E2 a S2			35			0		
(0) neuvedeno		±	2	5,7	titr 1			
		±	7	20	titr 2			
		±	11	31	titr 4			
		±	11	31	titr 8			
		±	3	8,6	titr 16			
		±	1	2,9	titr 64			
Sada 3								
(760) Zkouška kompatibility			134			134	133	99
Vzorek S1			134			134	134	100
Všechny výsledky	RV	>>>	134	100	Zkouška kompatibility provedena úspěšně			
Vzorek S2			134			134	133	99
Všechny výsledky			1	0,7	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně			

Cyklus EHK: IH4/23 - Imunohematologie

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost			
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
	RV	>>>	133	99	Zkouška kompatibility provedena úspěšně			
(761) Zkouška kompatibility (segment K1)			134			134	133	99
Vzorek S1			134			134	134	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	134	100	Pozitivní zkouška			
Vzorek S2			134			134	133	99
(0) neuvedeno			1	0,7	Neuvedeno			
		>	1	0,7	Negativní zkouška			
	RV	>>>	132	99	Pozitivní zkouška			
(762) Podat transfuzní přípravek? (segment K1) (transfuze v neurgentním režimu)			134			0		
Vzorek S1			134			0		
(0) neuvedeno	±		133	99	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±		1	0,7	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
Vzorek S2			134			0		
(0) neuvedeno	±		133	99	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±		1	0,7	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
(764) Zkouška kompatibility (segment K2)			134			134	134	100
Vzorek S1			134			134	134	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	134	100	Pozitivní zkouška			
Vzorek S2			134			134	134	100
(0) neuvedeno	RV	>>>	134	100	Negativní zkouška			
(765) Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)			134			0		
Vzorek S1			134			0		
(0) neuvedeno	±		132	99	Nelze podat, riziko hemolýzy			
	±		2	1,5	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
Vzorek S2			134			0		
(0) neuvedeno	±		78	58	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
	±		4	3	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravky			
	±		52	39	Lze podat			