

AV = vztažná hodnota
RV = referenční hodnota
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Sada 1 a 2							
(700) AB0 skupina		32			32	32	100
Vzorky E1 a S1		32			32	32	100
Všechny výsledky	RV >>>	32	100	Krevní skupina: A			
Vzorky E2 a S2		32			32	32	100
Všechny výsledky	RV >>>	32	100	Krevní skupina: 0			
(703) A podskupina		9			9	9	100
Vzorky E1 a S1		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	A podskupina A1			
Vzorky E2 a S2		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Neuvedeno			
(705) Rh D antigen (dárce)		22			22	22	100
Vzorky E1 a S1		22			22	22	100
Všechny výsledky	RV >>>	22	100	Pozitivní (RhD+)			
Vzorky E2 a S2		22			22	22	100
Všechny výsledky	RV >>>	22	100	Pozitivní (RhD+)			
(709) Rh D antigen (příjemce/ těhotná/ novorozенец)		31			31	31	100
Vzorky E1 a S1		31			31	31	100
Všechny výsledky	RV >>>	31	100	Pozitivní (RhD+)			
Vzorky E2 a S2		31			31	31	100
Všechny výsledky	RV >>>	31	100	Pozitivní (RhD+)			
(715) Antigen C		23			23	23	100
Vzorky E1 a S1		23			23	23	100
Všechny výsledky	RV >>>	23	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		23			23	23	100
Všechny výsledky	RV >>>	23	100	Pozitivní			
(716) Antigen c		23			23	23	100
Vzorky E1 a S1		23			23	23	100
Všechny výsledky	RV >>>	23	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		23			23	23	100
Všechny výsledky	RV >>>	23	100	Negativní			
(718) Antigen E		24			24	24	100
Vzorky E1 a S1		24			24	24	100
Všechny výsledky	RV >>>	24	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		24			24	24	100
Všechny výsledky	RV >>>	24	100	Negativní			
(719) Antigen e		23			23	23	100
Vzorky E1 a S1		23			23	23	100
Všechny výsledky	RV >>>	23	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		23			23	23	100
Všechny výsledky	RV >>>	23	100	Pozitivní			
(717) Antigen C^w		15			15	14	93
Vzorky E1 a S1		15			15	15	100
Všechny výsledky	RV >>>	15	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		15			15	14	93
Všechny výsledky	RV >>>	14	6,7 93	Neuvedeno Negativní			
(720) Antigen K		24			24	24	100
Vzorky E1 a S1		24			24	24	100
Všechny výsledky	RV >>>	24	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		24			24	24	100
Všechny výsledky	RV >>>	24	100	Negativní			
(721) Antigen k		6			6	6	100
Vzorky E1 a S1		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Pozitivní			
(738) Antigen Kp^a		3			3	3	100
Vzorky E1 a S1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(739) Antigen Kp ^b		2			2	2	100
Vzorky E1 a S1		2			2	2	100
Všechny výsledky	RV >>>	2	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		2			2	2	100
Všechny výsledky	RV >>>	2	100	Pozitivní			
(729) Antigen Jk ^a		7			7	7	100
Vzorky E1 a S1		7			7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		7			7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Pozitivní			
(730) Antigen Jk ^b		7			7	6	86
Vzorky E1 a S1		7			7	6	86
Všechny výsledky	RV >>>	1	14	Negativní			
		6	86	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		7			7	6	86
Všechny výsledky	RV >>>	1	14	Negativní			
		6	86	Pozitivní			
(727) Antigen Fy ^a		7			7	7	100
Vzorky E1 a S1		7			7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		7			7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Negativní			
(728) Antigen Fy ^b		7			7	7	100
Vzorky E1 a S1		7			7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		7			7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Pozitivní			
(722) Antigen M		8			8	8	100
Vzorky E1 a S1		8			8	8	100
Všechny výsledky	RV >>>	8	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		8			8	8	100
Všechny výsledky	RV >>>	8	100	Pozitivní			
(723) Antigen N		6			6	6	100
Vzorky E1 a S1		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Pozitivní			
(724) Antigen S		8			8	8	100
Vzorky E1 a S1		8			8	8	100
Všechny výsledky	RV >>>	8	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		8			8	8	100
Všechny výsledky	RV >>>	8	100	Negativní			
(725) Antigen s		6			6	6	100
Vzorky E1 a S1		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Pozitivní			
(733) Antigen Le ^a		6			6	6	100
Vzorky E1 a S1		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Pozitivní			
(734) Antigen Le ^b		6			6	5	83
Vzorky E1 a S1		6			6	5	83
Všechny výsledky	RV >>>	1	17	Negativní			
		5	83	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Negativní			
(731) Antigen Lu ^a		4			4	4	100
Vzorky E1 a S1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorky E2 a S2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(732) Antigen Lu ^b		4			4	4	100
Vzorky E1 a S1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
Vzorky E2 a S2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(726) Antigen P1		5				5	5	100
Vzorky E1 a S1		5				5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		5				5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní				
(740) Antigen Wr^a		1				1	1	100
Vzorky E1 a S1		1				1	1	100
Všechny výsledky	RV >>>	1	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		1				1	1	100
Všechny výsledky	RV >>>	1	100	Negativní				
(737) Přímý Coombsův test		31				31	31	100
Vzorky E1 a S1		31				31	31	100
Všechny výsledky	RV >>>	31	100	Negativní				
Vzorky E2 a S2		31				31	31	100
Všechny výsledky	RV >>>	31	100	Negativní				
(741) Screening protilátek (NAT, dárce)		22				22	22	100
Vzorky E1 a S1		22				22	22	100
Všechny výsledky	RV >>>	22	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		22				22	22	100
Všechny výsledky	RV >>>	22	100	Pozitivní				
(743) Screening protilátek (NAT, příjemce)		32				32	32	100
Vzorky E1 a S1		32				32	32	100
Všechny výsledky	RV >>>	32	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		32				32	32	100
Všechny výsledky	RV >>>	32	100	Pozitivní				
(745) Screening protilátek (NAT, těhotná)		25				25	25	100
Vzorky E1 a S1		25				25	25	100
Všechny výsledky	RV >>>	25	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		25				25	25	100
Všechny výsledky	RV >>>	25	100	Pozitivní				
(747) Screening protilátek (enzymový test)		11				11	11	100
Vzorky E1 a S1		11				11	11	100
Všechny výsledky	RV >>>	11	100	Pozitivní				
Vzorky E2 a S2		11				11	11	100
Všechny výsledky	RV >>>	11	100	Pozitivní				
(750) Identifikace protilátek		7				7	5	71
Vzorky E1 a S1		7				7	6	86
Všechny výsledky	RV >>>	6	86	anti-E; anti-K; anti-S				
		1	14	anti-E; anti-S; anti-Fyb				
Vzorky E2 a S2		7				7	6	86
Všechny výsledky	RV >>>	6	86	anti-c				
		1	14	anti-c; anti-E; anti-Lua				
(752) Titrace protilátek, Vzorek 1: 1. protilátka		5				0		
Vzorky E1 a S1		5				0		
Všechny výsledky	±	1	20	titr 4				
	±	2	40	titr 16				
	±	2	40	titr 32				
(753) Titrace protilátek, Vzorek 1: 2. protilátka		5				0		
Vzorky E1 a S1		5				0		
Všechny výsledky	±	2	40	titr 16				
	±	2	40	titr 32				
	±	1	20	titr 64				
(754) Titrace protilátek, Vzorek 1: 3. protilátka		5				0		
Vzorky E1 a S1		5				0		
Všechny výsledky	±	1	20	titr 4				
	±	2	40	titr 8				
	±	2	40	titr 16				
(756) Titrace protilátek, Vzorek 2: 1. protilátka		5				0		
Vzorky E2 a S2		5				0		
Všechny výsledky	±	1	20	titr 4				
	±	3	60	titr 8				
	±	1	20	titr 64				

Sada 3

(760) Zkouška kompatibility		27				27	26	96
Vzorek S1		27				27	27	100
Všechny výsledky	RV >>>	27	100	Zkouška kompatibility provedena úspěšně				
Vzorek S2		27				27	26	96
Všechny výsledky		1	3,7	Zkouška kompatibility provedena neúspěšně				

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Četnosti výsledků Výsledek	Úspěšnost			
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
	RV	>>>	26	96	Zkouška kompatibility provedena úspěšně			
(761) Zkouška kompatibility (segment K1)			27			27	26	96
Vzorek S1			27			27	27	100
Všechny výsledky	RV	>>>	27	100	Pozitivní zkouška			
Vzorek S2			27			27	26	96
Všechny výsledky			1	3,7	Neuvedeno			
	RV	>>>	26	96	Pozitivní zkouška			
(762) Podat transfuzní přípravek? (segment K1) (transfuze v neurgentním režimu)			27			0		
Vzorek S1			27			0		
Všechny výsledky		±	27	100	Nelze podat, riziko hemolýzy			
Vzorek S2			27			0		
Všechny výsledky		±	27	100	Nelze podat, riziko hemolýzy			
(764) Zkouška kompatibility (segment K2)			27			27	27	100
Vzorek S1			27			27	27	100
Všechny výsledky	RV	>>>	27	100	Pozitivní zkouška			
Vzorek S2			27			27	27	100
Všechny výsledky	RV	>>>	27	100	Negativní zkouška			
(765) Podat transfuzní přípravek? (segment K2) (transfuze v neurgentním režimu)			27			0		
Vzorek S1			27			0		
Všechny výsledky		±	26	96	Nelze podat, riziko hemolýzy			
		±	1	3,7	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
Vzorek S2			27			0		
Všechny výsledky		±	18	67	Podmíněně výsledky dalších vyšetření, která naše laboratoř neprovádí			
		±	1	3,7	Pouze pokud nebudou k dispozici vhodnější přípravy			
		±	8	30	Lze podat			