

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota  
 CVE = konsenzus expertů  
 >>> ... očekávaný výsledek  
 > ... akceptovatelný výsledek  
 ± ... nehodnocený výsledek

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledků  
 N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledků

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků  
 N<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků  
 S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(601) A1 exprese HER-2/neu</b>		13			13	10	77
<b>Sklo</b>		13			13	10	77
Všechny výsledky		3	23	Negativní (1+)			
	CVE >>>	10	77	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(602) A2 exprese HER-2/neu</b>		13			13	12	92
<b>Sklo</b>		13			13	12	92
Všechny výsledky	CVE >>>	2	15	Negativní (0)			
	CVE >>>	10	77	Negativní (1+)			
		1	7,7	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(603) A3 exprese HER-2/neu</b>		10			0		
<b>Sklo</b>		10			0		
Všechny výsledky	±	2	20	Negativní (0)			
	±	5	50	Negativní (1+)			
	±	3	30	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(606) B1 exprese HER-2/neu</b>		13			13	13	100
<b>Sklo</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	>	3	23	Slabě pozitivní (2+)			
	CVE >>>	10	77	Silně pozitivní (3+)			
<b>(607) B2 exprese HER-2/neu</b>		13			13	13	100
<b>Sklo</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVE >>>	12	92	Negativní (0)			
	>	1	7,7	Negativní (1+)			
<b>(608) B3 exprese HER-2/neu</b>		13			13	13	100
<b>Sklo</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVE >>>	13	100	Negativní (0)			
<b>(611) C1 exprese HER-2/neu</b>		13			13	13	100
<b>Sklo</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVE >>>	13	100	Silně pozitivní (3+)			
<b>(612) C2 exprese HER-2/neu</b>		13			13	13	100
<b>Sklo</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVE >>>	13	100	Silně pozitivní (3+)			
<b>(613) C3 exprese HER-2/neu</b>		13			13	13	100
<b>Sklo</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVE >>>	13	100	Silně pozitivní (3+)			
<b>(616) D1 exprese HER-2/neu</b>		13			13	12	92
<b>Sklo</b>		13			13	12	92
Všechny výsledky		1	7,7	Negativní (1+)			
	CVE >>>	11	85	Slabě pozitivní (2+)			
	>	1	7,7	Silně pozitivní (3+)			
<b>(617) D2 exprese HER-2/neu</b>		13			13	12	92
<b>Sklo</b>		13			13	12	92
Všechny výsledky		1	7,7	Negativní (1+)			
	CVE >>>	11	85	Slabě pozitivní (2+)			
	>	1	7,7	Silně pozitivní (3+)			
<b>(618) D3 exprese HER-2/neu</b>		13			13	11	85
<b>Sklo</b>		13			13	11	85
Všechny výsledky		2	15	Negativní (1+)			
	CVE >>>	10	77	Slabě pozitivní (2+)			
	>	1	7,7	Silně pozitivní (3+)			
<b>(621) E1 exprese HER-2/neu</b>		13			13	9	69
<b>Sklo</b>		13			13	9	69
Všechny výsledky	>	2	15	Negativní (0)			
	CVE >>>	7	54	Negativní (1+)			
		4	31	Slabě pozitivní (2+)			
<b>(622) E2 exprese HER-2/neu</b>		13			13	13	100
<b>Sklo</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	>	6	46	Negativní (0)			
	CVE >>>	7	54	Negativní (1+)			
<b>(623) E3 exprese HER-2/neu</b>		12			12	11	92
<b>Sklo</b>		12			12	11	92
Všechny výsledky	CVE >>>	8	67	Negativní (0)			
	CVE >>>	3	25	Negativní (1+)			
		1	8,3	Slabě pozitivní (2+)			