

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

CVE = konsenzus expertů

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{rel} = relativní počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(601) A1 exprese HER-2/neu		49			49	49	100
Sklo		49			49	49	100
Všechny výsledky	CVE >>>	49	100	Silně pozitivní (3+)			
(602) A2 exprese HER-2/neu		49			49	48	98
Sklo		49			49	48	98
Všechny výsledky	CVE >>>	44	90	Negativní (0)			
	>	4	8,2	Negativní (1+)			
		1	2	Slabě pozitivní (2+)			
(603) A3 exprese HER-2/neu		49			49	40	82
Sklo		49			49	40	82
Všechny výsledky		9	18	Negativní (1+)			
	CVE >>>	35	71	Slabě pozitivní (2+)			
	>	5	10	Silně pozitivní (3+)			
(606) B1 exprese HER-2/neu		49			0		
Sklo		49			0		
Všechny výsledky	±	24	49	Negativní (1+)			
	±	25	51	Slabě pozitivní (2+)			
(607) B2 exprese HER-2/neu		49			49	49	100
Sklo		49			49	49	100
Všechny výsledky	CVE >>>	33	67	Slabě pozitivní (2+)			
	>	16	33	Silně pozitivní (3+)			
(608) B3 exprese HER-2/neu		49			0		
Sklo		49			0		
Všechny výsledky	±	20	41	Negativní (1+)			
	±	29	59	Slabě pozitivní (2+)			
(611) C1 exprese HER-2/neu		49			0		
Sklo		49			0		
Všechny výsledky	±	28	57	Negativní (1+)			
	±	20	41	Slabě pozitivní (2+)			
	±	1	2	Silně pozitivní (3+)			
(612) C2 exprese HER-2/neu		49			49	44	90
Sklo		49			49	44	90
Všechny výsledky	CVE >>>	24	49	Negativní (0)			
	CVE >>>	20	41	Negativní (1+)			
		5	10	Slabě pozitivní (2+)			
(613) C3 exprese HER-2/neu		49			49	49	100
Sklo		49			49	49	100
Všechny výsledky	CVE >>>	45	92	Slabě pozitivní (2+)			
	>	4	8,2	Silně pozitivní (3+)			
(616) D1 exprese HER-2/neu		48			48	46	96
Sklo		48			48	46	96
Všechny výsledky	CVE >>>	25	52	Negativní (0)			
	CVE >>>	21	44	Negativní (1+)			
		2	4,2	Slabě pozitivní (2+)			
(617) D2 exprese HER-2/neu		49			0		
Sklo		49			0		
Všechny výsledky	±	17	35	Negativní (1+)			
	±	31	63	Slabě pozitivní (2+)			
	±	1	2	Silně pozitivní (3+)			
(618) D3 exprese HER-2/neu		49			0		
Sklo		49			0		
Všechny výsledky	±	9	18	Negativní (1+)			
	±	39	80	Slabě pozitivní (2+)			
	±	1	2	Silně pozitivní (3+)			
(621) E1 exprese HER-2/neu		49			49	48	98
Sklo		49			49	48	98
Všechny výsledky	CVE >>>	25	51	Negativní (0)			
	CVE >>>	23	47	Negativní (1+)			
		1	2	Slabě pozitivní (2+)			
(622) E2 exprese HER-2/neu		49			49	49	100
Sklo		49			49	49	100
Všechny výsledky	CVE >>>	31	63	Negativní (0)			
	CVE >>>	18	37	Negativní (1+)			

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(623) E3 exprese HER-2/neu		48			48	48	100
Sklo		48			48	48	100
Všechny výsledky	CVE >>>	48	100	Negativní (0)			