

Cyklus EHK: INRP2/23 - Měření INR systémy POCT

Stop termín: 9.6.2023

Nastavení: všechna data

RoM = robustní průměr
 SD = směrodatná odchylka
 CV = variační koeficient
 N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

D_{max} = přijatelný rozdíl
 LL = dolní mez
 UL = horní mez
 N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost							
Vzorek		RoM	SD	CV	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]
(536) Protrombinový test (CoaguChek)	[-]				90							90	84	93
Vzorek A1												90	84	93
Všechny výsledky		4,04	0,19	4,6	90	0	CVP	4,04	0,048	20%	3,23	4,85	90	
Vzorek B1												90	88	98
Všechny výsledky		2,35	0,11	4,5	90	0	CVP	2,35	0,027	20%	1,88	2,82	90	