Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

Cyklus EHK: KD2/23 - Glykovaný hemoglobin

Stop termín: 7.4.2023

Nastavení: skupiny - princip měření; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr
SD = směrodatná odchylka
CV = variační koeficient
N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem
AV = vztažná hodnota
CVP = konsenzus všech účastníků
U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)
D_{max} = přijatelný rozdíl
LL = dolní mez
UL = horní mez
N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška / Vzorek / Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N_{tot}	N_{out}	Srovnatelnost	AV	U_{AV}	D_{max}	LL	UL	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
(220) **Hemoglobin A_{1c}**	[mmol/mol]				139								139	138	99
Vzorek A		58,5	2,5	4,3	139		CVP	58,5	0,53	12%	51,4	65,6	139	139	100
(1) HPLC, LC		58,1	2,4	4	122	0							122		
(4) Imunochemické metody		61,2	1,8	2,9	14	0							14		
Ostatní					3	0							3		
							3x 99								
Vzorek B		41,7	2	4,8	139		CVP	41,7	0,41	12%	36,6	46,8	139	138	99
(1) HPLC, LC		41,4	1,9	4,7	122	0							122		
(4) Imunochemické metody		43,5	1,1	2,5	14	0							14		
Ostatní					3	0							3		
							3x 99								