

Cyklus EHK: LMWH1/23 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 31.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce přístroje; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

| Zkouška | | | | | | | Srovnatelnost | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|-----|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----|-------|------------------|------------------|------------------|----|
| Vzorek | | RoM | SD | CV | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} | |
| Skupina | [jednotka] | | | [%] | | | | | | | | | | [%] | |
| (103) Nízkomolekulární heparin | [IU/mL] | | | | 138 | | | | | | | 138 | 129 | 93 | |
| Vzorek A | | 0,468 | 0,062 | 13 | 138 | | CVP | 0,468 | 0,013 | 25% | 0,351 | 0,585 | 138 | 132 | 96 |
| (38) IL | | 0,41 | 0,031 | 7,6 | 33 | 0 | | | | | | | 33 | | |
| (63) Sysmex | | 0,499 | 0,038 | 7,7 | 78 | 0 | | | | | | | 78 | | |
| (94) Stago | | 0,427 | 0,06 | 14 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | | |
| (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) | | 0,51 | 0,074 | 15 | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| Ostatní | | | | | 4 | 0 | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | 1x 12, 1x 162, 1x 175, 1x 179 | | | | | | | | |
| Vzorek B | | 0,252 | 0,046 | 18 | 138 | | CVP | 0,252 | 0,01 | 36% | 0,161 | 0,343 | 138 | 130 | 94 |
| (38) IL | | 0,221 | 0,024 | 11 | 33 | 0 | | | | | | | 33 | | |
| (63) Sysmex | | 0,275 | 0,031 | 11 | 78 | 0 | | | | | | | 78 | | |
| (94) Stago | | 0,207 | 0,052 | 25 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | | |
| (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) | | 0,27 | 0,045 | 16 | 7 | 0 | | | | | | | 7 | | |
| Ostatní | | | | | 4 | 0 | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | 1x 12, 1x 162, 1x 175, 1x 179 | | | | | | | | |