

Cyklus EHK: LMWH1/23 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 31.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů; Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška		Srovnatelnost												
Vzorek		RoM	SD	CV	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]
(103) Nízkomolekulární heparin	[IU/mL]				17							17	16	94
Vzorek A												17	16	94
Ostatní					17	0						17		
							1x 12, 4x 38, 2x 94, 4x 149, 4x 179, 2x 193							
Vzorek B												17	17	100
Ostatní					17	0						17		
							1x 12, 4x 38, 2x 94, 4x 149, 4x 179, 2x 193							