

Cyklus EHK: LMWH2/23 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 15.9.2023

Nastavení: skupiny - výrobce přístroje; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

| Zkouška | | | | | | | Srovnatelnost | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|-----|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----|-------|------------------|------------------|------------------|-----|
| Vzorek | | RoM | SD | CV | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} | |
| Skupina | [jednotka] | | | [%] | | | | | | | | | | [%] | |
| (103) Nízkomolekulární heparin | [IU/mL] | | | | 138 | | | | | | | 138 | 137 | 99 | |
| Vzorek A | | 1,38 | 0,14 | 10 | 138 | | CVP | 1,38 | 0,03 | 25% | 1,03 | 1,73 | 138 | 138 | 100 |
| (38) IL | | 1,21 | 0,047 | 3,9 | 33 | 0 | | | | | | | 33 | | |
| (63) Sysmex | | 1,46 | 0,055 | 3,7 | 79 | 0 | | | | | | | 79 | | |
| (94) Stago | | 1,29 | 0,12 | 9,2 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | | |
| (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) | | 1,42 | 0,052 | 3,7 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | | |
| Ostatní | | | | | 4 | 0 | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | 1x 12, 1x 162, 1x 175, 1x 179 | | | | | | | | |
| Vzorek B | | 0,763 | 0,097 | 13 | 138 | | CVP | 0,763 | 0,02 | 25% | 0,572 | 0,954 | 138 | 137 | 99 |
| (38) IL | | 0,676 | 0,039 | 5,7 | 33 | 0 | | | | | | | 33 | | |
| (63) Sysmex | | 0,816 | 0,053 | 6,5 | 79 | 0 | | | | | | | 79 | | |
| (94) Stago | | 0,655 | 0,054 | 8,3 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | | |
| (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) | | 0,77 | 0,059 | 7,7 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | | |
| Ostatní | | | | | 4 | 0 | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | 1x 12, 1x 162, 1x 175, 1x 179 | | | | | | | | |