

## Cyklus EHK: LMWH2/23 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 15.9.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U<sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D<sub>max</sub> = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledkůS<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek		RoM	SD	CV	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]	
(103) Nízkomolekulární heparin	[IU/mL]				138							138	137	99	
<b>Vzorek A</b>		1,38	0,14	10	138		CVP	1,38	0,03	25%	1,03	1,73	138	138	100
(38) IL		1,21	0,047	3,9	33	0							33		
(94) Stago		1,25	0,077	6,1	15	0							15		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,45	0,05	3,5	67	0							67		
(193) HYPHEN BioMed		1,49	0,068	4,5	17	0							17		
Ostatní					6	0							6		
							1x 12, 1x 63, 4x 179								
<b>Vzorek B</b>		0,763	0,097	13	138		CVP	0,763	0,02	25%	0,572	0,954	138	137	99
(38) IL		0,676	0,039	5,7	33	0							33		
(94) Stago		0,636	0,029	4,6	15	0							15		
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,802	0,041	5,1	67	0							67		
(193) HYPHEN BioMed		0,873	0,045	5,1	17	0							17		
Ostatní					6	0							6		
							1x 12, 1x 63, 4x 179								