

Cyklus EHK: LMWH2/23 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 15.9.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů; Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek		RoM	SD	CV	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]	
(103) Nízkomolekulární heparin	[IU/mL]				16							16	16	100	
Vzorek A		1,37	0,16	12	16		CVP	1,38	0,03	25%	1,03	1,73	16	16	100
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,49	0,067	4,5	6	0							6		
Ostatní					10	0							10		
Vzorek B		0,747	0,11	15	16		CVP	0,763	0,02	25%	0,572	0,954	16	16	100
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,815	0,022	2,7	6	0							6		
Ostatní					10	0							10		