

Cyklus EHK: PAT1/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota
RV = referenční hodnota
>>> ... očekávaný výsledek
> ... akceptovatelný výsledek
± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
N_{suc} = počet úspěšných výsledků
S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1001) PAT (přímý Coombsův test)		11			11	10	91
Vzorek 1		11			11	11	100
Všechny výsledky	RV >>>	11	100	Pozitivní (4+)			
Vzorek 2		11			11	10	91
Všechny výsledky	RV >>>	1	9,1	Negativní			
	>	9	82	Pozitivní (1+)			
	>	1	9,1	Pozitivní (2+)			
(1002) Typ senzibilizace anti-IgG		5			5	5	100
Vzorek 1		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	1	20	Pozitivní (3+)			
	>	4	80	Pozitivní (4+)			
Vzorek 2		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	80	Pozitivní (1+)			
	>	1	20	Pozitivní (2+)			
(1003) Typ senzibilizace anti-IgA		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(1004) Typ senzibilizace anti-IgM		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(1005) Typ senzibilizace anti-C3c		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(1006) Typ senzibilizace anti-C3d		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	2	50	Pozitivní (2+)			
	>	2	50	Pozitivní (3+)			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(1008) SI. aglut: Kvantifikace IgG-PAT		3			3	2	67
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	1:100			
Vzorek 2		3			3	2	67
Všechny výsledky	RV >>>	2	67	Negativní			
	>	1	33	1:10			
(1009) SI. aglut: Podtřída IgG1 1:1		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
(1010) SI. aglut: Podtřída IgG1 1:100		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
(1011) SI. aglut: Podtřída IgG3 1:1		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní (4+)			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
(1012) SI. aglut: Podtřída IgG3 1:100		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní (3+)			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
(1019) ABO skupina		9			9	9	100
Vzorek 1		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Krevní skupina: B			

Cyklus EHK: PAT1/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
Vzorek 2		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Krevní skupina: 0			
(1020) Rh D antigen		9			9	9	100
Vzorek 1		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Pozitivní (RhD+)			
Vzorek 2		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Pozitivní (RhD+)			
(1021) Antigen C		5			5	5	100
Vzorek 1		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
Vzorek 2		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Negativní			
(1022) Antigen c		5			5	5	100
Vzorek 1		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
Vzorek 2		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
(1024) Antigen E		6			6	6	100
Vzorek 1		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Negativní			
Vzorek 2		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Pozitivní			
(1025) Antigen e		5			5	5	100
Vzorek 1		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
Vzorek 2		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
(1023) Antigen C^w		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(1026) Antigen K		7			7	7	100
Vzorek 1		7			7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Negativní			
Vzorek 2		7			7	7	100
Všechny výsledky	RV >>>	7	100	Negativní			
(1027) Antigen k		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
(1039) Antigen Kp^a		2			2	1	50
Vzorek 1		2			2	1	50
Všechny výsledky		1	50	Neuvedeno			
	RV >>>	1	50	Negativní			
Vzorek 2		2			2	2	100
Všechny výsledky	RV >>>	2	100	Negativní			
(1040) Antigen Kp^b		2			2	1	50
Vzorek 1		2			2	1	50
Všechny výsledky		1	50	Neuvedeno			
	RV >>>	1	50	Pozitivní			
Vzorek 2		2			2	2	100
Všechny výsledky	RV >>>	2	100	Pozitivní			
(1033) Antigen Jk^a		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
(1034) Antigen Jk^b		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
(1028) Antigen M		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			

Cyklus EHK: PAT1/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 2.6.2023

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1029) Antigen N		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
(1030) Antigen S		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
(1031) Antigen s		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
(1035) Antigen Le^a		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
(1036) Antigen Le^b		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
(1032) Antigen P1		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			