

## Cyklus EHK: PAT2/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota  
RV = referenční hodnota  
>>> ... očekávaný výsledek  
> ... akceptovatelný výsledek  
± ... nehodnocený výsledek

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledků  
N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledků

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků  
N<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků  
S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(1001) PAT (přímý Coombsův test)</b>		11			11	10	91
<b>Vzorek 1</b>		11			11	10	91
Všechny výsledky		1	9,1	Negativní			
	RV >>>	8	73	Pozitivní (3+)			
	>	2	18	Pozitivní (4+)			
<b>Vzorek 2</b>		11			11	10	91
Všechny výsledky		1	9,1	Negativní			
	RV >>>	6	55	Pozitivní (3+)			
	>	4	36	Pozitivní (4+)			
<b>(1002) Typ senzibilizace anti-IgG</b>		5			5	5	100
<b>Vzorek 1</b>		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	80	Pozitivní (3+)			
	>	1	20	Pozitivní (4+)			
<b>Vzorek 2</b>		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	60	Pozitivní (3+)			
	>	2	40	Pozitivní (4+)			
<b>(1003) Typ senzibilizace anti-IgA</b>		4			4	4	100
<b>Vzorek 1</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
<b>(1004) Typ senzibilizace anti-IgM</b>		4			4	4	100
<b>Vzorek 1</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
<b>(1005) Typ senzibilizace anti-C3c</b>		4			4	4	100
<b>Vzorek 1</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
<b>(1006) Typ senzibilizace anti-C3d</b>		4			4	4	100
<b>Vzorek 1</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
<b>(1008) Sl. aglut: Kvantifikace IgG-PAT</b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	1:30			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	1:100			
<b>(1009) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:1</b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	2	67	Negativní			
	>	1	33	Pozitivní (1+)			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	>	2	67	Pozitivní (1+)			
	RV >>>	1	33	Pozitivní (2+)			
<b>(1010) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:100</b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
<b>(1011) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:1</b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
<b>(1012) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:100</b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			

## Cyklus EHK: PAT2/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(1019) ABO skupina</b>		9			9	9	100
<b>Vzorek 1</b>		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Krevní skupina: A			
<b>Vzorek 2</b>		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Krevní skupina: A			
<b>(1020) Rh D antigen</b>		9			9	9	100
<b>Vzorek 1</b>		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Pozitivní (RhD+)			
<b>Vzorek 2</b>		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Pozitivní (RhD+)			
<b>(1021) Antigen C</b>		5			5	5	100
<b>Vzorek 1</b>		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
<b>Vzorek 2</b>		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
<b>(1022) Antigen c</b>		5			5	5	100
<b>Vzorek 1</b>		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
<b>(1024) Antigen E</b>		6			6	6	100
<b>Vzorek 1</b>		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Negativní			
<b>(1025) Antigen e</b>		5			5	5	100
<b>Vzorek 1</b>		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
<b>Vzorek 2</b>		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Pozitivní			
<b>(1023) Antigen C<sup>w</sup></b>		4			4	4	100
<b>Vzorek 1</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
<b>(1026) Antigen K</b>		7			7	6	86
<b>Vzorek 1</b>		7			7	6	86
Všechny výsledky	RV >>>	6	86	Negativní			
		1	14	Pozitivní			
<b>Vzorek 2</b>		7			7	6	86
Všechny výsledky	RV >>>	6	86	Negativní			
		1	14	Pozitivní			
<b>(1027) Antigen k</b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
<b>(1039) Antigen Kp<sup>a</sup></b>		1			1	1	100
<b>Vzorek 1</b>		1			1	1	100
Všechny výsledky	RV >>>	1	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		1			1	1	100
Všechny výsledky	RV >>>	1	100	Negativní			
<b>(1040) Antigen Kp<sup>b</sup></b>		1			1	1	100
<b>Vzorek 1</b>		1			1	1	100
Všechny výsledky	RV >>>	1	100	Pozitivní			
<b>Vzorek 2</b>		1			1	1	100
Všechny výsledky	RV >>>	1	100	Pozitivní			
<b>(1033) Antigen Jk<sup>a</sup></b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
<b>(1034) Antigen Jk<sup>b</sup></b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			

## Cyklus EHK: PAT2/23 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 17.11.2023

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(1028) <b>Antigen M</b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
(1029) <b>Antigen N</b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
(1030) <b>Antigen S</b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
(1031) <b>Antigen s</b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
(1035) <b>Antigen Le<sup>a</sup></b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Negativní			
(1036) <b>Antigen Le<sup>b</sup></b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
(1032) <b>Antigen P1</b>		3			3	3	100
<b>Vzorek 1</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
<b>Vzorek 2</b>		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			