

## Cyklus EHK: PDL11/23 - Programmed Death Ligand 1

Stop termín: 30.5.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota  
 CVP = konsenzus všech účastníků  
 >>> ... očekávaný výsledek  
 > ... akceptovatelný výsledek  
 ± ... nehodnocený výsledek

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledků  
 N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledků

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků  
 N<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků  
 S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>1: TNBC</b>							
(604) <b>Fyzické sklo (TNBC SP142)</b>		17			17	15	88
<b>A1</b>		17			17	13	76
Všechny výsledky		1	5,9	Neuvedeno			
		3	18	Negativní			
	CVP >>>	13	76	Pozitivní			
<b>B1</b>		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
<b>C1</b>		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
<b>D1</b>		17			17	15	88
Všechny výsledky		2	12	Negativní			
	CVP >>>	15	88	Pozitivní			
(624) <b>Fyzické sklo (TNBC 22C3)</b>		17			17	11	65
<b>A1</b>		17			17	14	82
Všechny výsledky		3	18	Negativní			
	CVP >>>	14	82	Pozitivní			
<b>B1</b>		17			0		
Všechny výsledky	±	8	47	Negativní			
	±	1	5,9	Neprůkazný výsledek			
	±	8	47	Pozitivní			
<b>C1</b>		17			17	15	88
Všechny výsledky	CVP >>>	15	88	Negativní			
		2	12	Pozitivní			
<b>D1</b>		17			17	16	94
Všechny výsledky		1	5,9	Negativní			
	CVP >>>	16	94	Pozitivní			
(605) <b>Virtuální sklo (TNBC)</b>		31			31	30	97
<b>E1</b>		31			0		
Všechny výsledky	±	18	58	Negativní			
	±	13	42	Pozitivní			
<b>F1</b>		31			31	30	97
Všechny výsledky	CVP >>>	30	97	Negativní			
		1	3,2	Neprůkazný výsledek			
<b>G1</b>		31			31	30	97
Všechny výsledky	CVP >>>	30	97	Negativní			
		1	3,2	Neprůkazný výsledek			
<b>H1</b>		31			0		
Všechny výsledky	±	9	29	Negativní			
	±	1	3,2	Neprůkazný výsledek			
	±	21	68	Pozitivní			
<b>2: NSCLC</b>							
(609) <b>Fyzické sklo (NSCLC)</b>		50			50	49	98
<b>A2</b>		50			50	41	82
Všechny výsledky		9	18	Negativní (TPS < 1)			
	CVP >>>	37	74	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	>	4	8	Pozitivní (TPS ≥ 50)			
<b>B2</b>		50			50	49	98
Všechny výsledky		1	2	Negativní (TPS < 1)			
	CVP >>>	19	38	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	30	60	Pozitivní (TPS ≥ 50)			
<b>C2</b>		50			50	49	98
Všechny výsledky		1	2	Neprůkazný výsledek			
	CVP >>>	49	98	Pozitivní (TPS ≥ 50)			
<b>D2</b>		50			50	47	94
Všechny výsledky	CVP >>>	47	94	Negativní (TPS < 1)			
		3	6	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
(610) <b>Virtuální sklo (NSCLC)</b>		50			50	48	96
<b>E2</b>		50			0		
Všechny výsledky	±	21	42	Negativní (TPS < 1)			
	±	1	2	Neprůkazný výsledek			
	±	27	54	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	±	1	2	Pozitivní (TPS ≥ 50)			

## Cyklus EHK: PDL11/23 - Programmed Death Ligand 1

Stop termín: 30.5.2023

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	Úspěšnost		
					N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>F2</b>		50			50	50	100
Všechny výsledky	>	1	2	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	49	98	Pozitivní (TPS >= 50)			
<b>G2</b>		50			50	50	100
Všechny výsledky	CVP >>>	50	100	Pozitivní (TPS >= 50)			
<b>H2</b>		50			50	48	96
Všechny výsledky		2	4	Negativní (TPS < 1)			
	CVP >>>	43	86	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	>	5	10	Pozitivní (TPS >= 50)			
<b>3: UC</b>							
<b>(614) Fyzické sklo (UC)</b>		39			39	32	82
<b>A3</b>		39			0		
Všechny výsledky	±	7	18	Negativní			
	±	1	2,6	Neprůkazný výsledek			
	±	31	79	Pozitivní			
<b>B3</b>		39			39	38	97
Všechny výsledky	CVP >>>	38	97	Negativní			
		1	2,6	Neprůkazný výsledek			
<b>C3</b>		39			39	32	82
Všechny výsledky		6	15	Negativní			
		1	2,6	Neprůkazný výsledek			
	CVP >>>	32	82	Pozitivní			
<b>D3</b>		39			39	38	97
Všechny výsledky	CVP >>>	38	97	Negativní			
		1	2,6	Neprůkazný výsledek			
<b>(615) Virtuální sklo (UC)</b>		39			39	39	100
<b>E3</b>		39			0		
Všechny výsledky	±	9	23	Negativní			
	±	2	5,1	Neprůkazný výsledek			
	±	28	72	Pozitivní			
<b>F3</b>		39			39	39	100
Všechny výsledky	CVP >>>	39	100	Negativní			
<b>G3</b>		39			39	39	100
Všechny výsledky	CVP >>>	39	100	Pozitivní			
<b>H3</b>		39			0		
Všechny výsledky	±	31	79	Negativní			
	±	2	5,1	Neprůkazný výsledek			
	±	6	15	Pozitivní			
<b>4: HNSCC</b>							
<b>(619) Fyzické sklo (HNSCC)</b>		35			35	35	100
<b>A4</b>		35			35	35	100
Všechny výsledky	CVP >>>	35	100	Pozitivní			
<b>B4</b>		35			35	35	100
Všechny výsledky	CVP >>>	35	100	Negativní			
<b>C4</b>		35			35	35	100
Všechny výsledky	CVP >>>	35	100	Pozitivní			
<b>D4</b>		35			35	35	100
Všechny výsledky	CVP >>>	35	100	Pozitivní			
<b>(620) Virtuální sklo (HNSCC)</b>		35			35	35	100
<b>E4</b>		35			35	35	100
Všechny výsledky	CVP >>>	35	100	Pozitivní			
<b>F4</b>		35			35	29	83
Všechny výsledky		6	17	Negativní			
	CVP >>>	29	83	Pozitivní			
<b>G4</b>		35			35	35	100
Všechny výsledky	CVP >>>	35	100	Negativní			
<b>H4</b>		35			35	35	100
Všechny výsledky	CVP >>>	35	100	Pozitivní			