

Cyklus EHK: RET2/23 - Retikulocyty mikroskopicky

Stop termín: 15.9.2023

Nastavení: všechna data

RoM = robustní průměr
 SD = směrodatná odchylka
 CV = variační koeficient
 N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

D_{max} = přijatelný rozdíl
 LL = dolní mez
 UL = horní mez
 N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška		Srovnatelnost												
Vzorek	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(211) Retikulocyty	[·10 ⁹ /L]				55							55	44	80
Vzorek A												55	51	93
Všechny výsledky		51,1	13	25	55	0	CVP	51,1	4,2	45%	28,1	74,1	55	
Vzorek B												55	46	84
Všechny výsledky		51,9	17	32	55	0	CVP	51,9	5,5	45%	28,5	75,3	55	