

## Cyklus EHK: RF1/23 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 17.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota  
 CVP = konsenzus všech účastníků  
 >>> ... očekávaný výsledek  
 > ... akceptovatelný výsledek  
 ± ... nehodnocený výsledek

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledků  
 N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledků

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků  
 N<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků  
 S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(277) anti-CCP IgG</b>		83			83	83	100
<b>Vzorek A1</b>		83			83	83	100
(1) Abbott	CVP >>>	20	24	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	5	6	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	12	14	Pozitivní			
(66) DRG	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	9	11	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	3,6	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	9	11	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	2,4	Pozitivní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	3	3,6	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	7	8,4	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	5	6	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	3,6	Pozitivní			
<b>Vzorek B1</b>		83			83	83	100
(1) Abbott	CVP >>>	20	24	Negativní			
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	5	6	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	12	14	Negativní			
(66) DRG	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	9	11	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	3,6	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	9	11	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	2,4	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	3	3,6	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	7	8,4	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	5	6	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	3,6	Negativní			
<b>(282) anti-MCV</b>		23			23	23	100
<b>Vzorek A1</b>		23			23	23	100
(135) OrgenTec	CVP >>>	22	96	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	4,3	Pozitivní			
<b>Vzorek B1</b>		23			23	23	100
(135) OrgenTec	CVP >>>	22	96	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	4,3	Negativní			
<b>(231) RF (screening)</b>		173			173	173	100
<b>Vzorek A1</b>		173			173	173	100
(1) Abbott	CVP >>>	39	23	Pozitivní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	5	2,9	Pozitivní			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	26	15	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	50	29	Pozitivní			
(70) Wako	CVP >>>	1	0,6	Pozitivní			
(91) Binding Site	CVP >>>	3	1,7	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	3	1,7	Pozitivní			
(116) Sentinel Diagnostics	CVP >>>	2	1,2	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	1,2	Pozitivní			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	CVP >>>	11	6,4	Pozitivní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	13	7,5	Pozitivní			
(177) Mindray	CVP >>>	5	2,9	Pozitivní			
(178) DiaSys	CVP >>>	3	1,7	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	9	5,2	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,6	Pozitivní			
<b>Vzorek B1</b>		173			173	173	100
(1) Abbott	CVP >>>	39	23	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	5	2,9	Negativní			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	26	15	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	50	29	Negativní			

## Cyklus EHK: RF1/23 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 17.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N <sub>tot</sub>	Četnosti výsledků		Úspěšnost		
			N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(70) Wako	CVP >>>	1	0,6	Negativní			
(91) Binding Site	CVP >>>	3	1,7	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	3	1,7	Negativní			
(116) Sentinel Diagnostics	CVP >>>	2	1,2	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	1,2	Negativní			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	CVP >>>	11	6,4	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	13	7,5	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	5	2,9	Negativní			
(178) DiaSys	CVP >>>	3	1,7	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	9	5,2	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,6	Negativní			
<b>(234) Revmat. faktor IgA</b>		<b>47</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100</b>
<b>Vzorek A1</b>		<b>47</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100</b>
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	26	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	45	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,5	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní			
<b>Vzorek B1</b>		<b>47</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100</b>
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,1	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	26	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	45	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,5	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,1	Negativní			
<b>(233) Revmat. faktor IgG</b>		<b>49</b>			<b>49</b>	<b>45</b>	<b>92</b>
<b>Vzorek A1</b>		<b>49</b>			<b>49</b>	<b>45</b>	<b>92</b>
(1) Abbott	CVP >>>	1	2	Pozitivní			
(5) Dialab	CVP >>>	1	2	Pozitivní			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	1	2	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	24	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	43	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,1	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,2	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	4	8,2	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	2	4,1	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2	Pozitivní			
<b>Vzorek B1</b>		<b>49</b>			<b>49</b>	<b>49</b>	<b>100</b>
(1) Abbott	CVP >>>	1	2	Negativní			
(5) Dialab	CVP >>>	1	2	Negativní			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	1	2	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	24	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	43	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,1	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,2	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	12	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2	Negativní			
<b>(235) Revmat. faktor IgM</b>		<b>47</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100</b>
<b>Vzorek A1</b>		<b>47</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100</b>
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	26	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	45	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,5	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní			
<b>Vzorek B1</b>		<b>47</b>			<b>47</b>	<b>47</b>	<b>100</b>
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,1	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	26	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	21	45	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,5	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,1	Negativní			