

## Cyklus EHK: RF2/23 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 29.9.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota  
 CVP = konsenzus všech účastníků  
 >>> ... očekávaný výsledek  
 > ... akceptovatelný výsledek  
 ± ... nehodnocený výsledek

$N_{tot}$  = celkový počet výsledků  
 $N_{rel}$  = relativní počet výsledků

$N_{eva}$  = počet hodnocených výsledků  
 $N_{suc}$  = počet úspěšných výsledků  
 $S_{rel}$  = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	$N_{tot}$	$N_{rel}$ [%]	Výsledek	$N_{eva}$	$N_{suc}$	$S_{rel}$ [%]
<b>(277) anti-CCP IgG</b>		82			82	82	100
<b>Vzorek A1</b>		82			82	82	100
Všechny výsledky	CVP >>>	82	100	Negativní			
<b>Vzorek B1</b>		82			82	82	100
Všechny výsledky	CVP >>>	82	100	Pozitivní			
<b>(282) anti-MCV</b>		23			23	23	100
<b>Vzorek A1</b>		23			23	23	100
Všechny výsledky	CVP >>>	23	100	Negativní			
<b>Vzorek B1</b>		23			23	23	100
Všechny výsledky	CVP >>>	23	100	Pozitivní			
<b>(231) RF (screening)</b>		169			169	167	99
<b>Vzorek A1</b>		169			169	167	99
Všechny výsledky	CVP >>>	167	99	Negativní			
		1	0,6	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		1	0,6	Pozitivní			
<b>Vzorek B1</b>		169			169	169	100
Všechny výsledky	CVP >>>	169	100	Pozitivní			
<b>(234) Revmat. faktor IgA</b>		47			47	47	100
<b>Vzorek A1</b>		47			47	47	100
Všechny výsledky	CVP >>>	47	100	Negativní			
<b>Vzorek B1</b>		47			47	47	100
Všechny výsledky	CVP >>>	47	100	Pozitivní			
<b>(233) Revmat. faktor IgG</b>		48			48	45	94
<b>Vzorek A1</b>		48			48	48	100
Všechny výsledky	CVP >>>	48	100	Negativní			
<b>Vzorek B1</b>		48			48	45	94
Všechny výsledky	CVP >>>	3	6,3	Negativní			
		45	94	Pozitivní			
<b>(235) Revmat. faktor IgM</b>		47			47	47	100
<b>Vzorek A1</b>		47			47	47	100
Všechny výsledky	CVP >>>	47	100	Negativní			
<b>Vzorek B1</b>		47			47	47	100
Všechny výsledky	CVP >>>	47	100	Pozitivní			