

Cyklus EHK: RF2/23 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 29.9.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(277) anti-CCP IgG		82			82	82	100
Vzorek A1		82			82	82	100
(1) Abbott	CVP >>>	20	24	Negativní			
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(29) Siemens (Immulin)	CVP >>>	5	6,1	Negativní			
(60) Roche	CVP >>>	12	15	Negativní			
(66) DRG	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	8	9,8	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	3,7	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	9	11	Negativní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	2,4	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	3	3,7	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	7	8,5	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	1,2	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	5	6,1	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	3,7	Negativní			
Vzorek B1		82			82	82	100
(1) Abbott	CVP >>>	20	24	Pozitivní			
(14) Bio-Rad	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(29) Siemens (Immulin)	CVP >>>	5	6,1	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	12	15	Pozitivní			
(66) DRG	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(73) Snibe	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	8	9,8	Pozitivní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	3	3,7	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	9	11	Pozitivní			
(147) AIDA	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	2,4	Pozitivní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	3	3,7	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	7	8,5	Pozitivní			
(179) Siemens	CVP >>>	1	1,2	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	5	6,1	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	3	3,7	Pozitivní			
(282) anti-MCV		23			23	23	100
Vzorek A1		23			23	23	100
(135) OrgenTec	CVP >>>	22	96	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	4,3	Negativní			
Vzorek B1		23			23	23	100
(135) OrgenTec	CVP >>>	22	96	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	1	4,3	Pozitivní			
(231) RF (screening)		169			169	167	99
Vzorek A1		169			169	167	99
(1) Abbott	CVP >>>	38	22	Negativní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	5	3	Negativní			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	25	15	Negativní			
		1	0,6	Pozitivní			
(60) Roche	CVP >>>	49	29	Negativní			
(70) Wako	CVP >>>	1	0,6	Negativní			
(91) Binding Site	CVP >>>	3	1,8	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	3	1,8	Negativní			
(116) Sentinel Diagnostics	CVP >>>	2	1,2	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	1,2	Negativní			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	CVP >>>	10	5,9	Negativní			
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	13	7,7	Negativní			
(177) Mindray	CVP >>>	5	3	Negativní			
(178) DiaSys	CVP >>>	2	1,2	Negativní			
		1	0,6	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(179) Siemens	CVP >>>	8	4,7	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,6	Negativní			
Vzorek B1		169			169	169	100
(1) Abbott	CVP >>>	38	22	Pozitivní			
(12) Beckman Coulter	CVP >>>	5	3	Pozitivní			

Cyklus EHK: RF2/23 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 29.9.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagentů

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	Četnosti výsledků			Úspěšnost		
					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]			
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	26	15	Pozitivní						
(60) Roche	CVP >>>	49	29	Pozitivní						
(70) Wako	CVP >>>	1	0,6	Pozitivní						
(91) Binding Site	CVP >>>	3	1,8	Pozitivní						
(115) BioSystems	CVP >>>	3	1,8	Pozitivní						
(116) Sentinel Diagnostics	CVP >>>	2	1,2	Pozitivní						
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	2	1,2	Pozitivní						
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	CVP >>>	10	5,9	Pozitivní						
(162) Siemens (Atellica)	CVP >>>	13	7,7	Pozitivní						
(177) Mindray	CVP >>>	5	3	Pozitivní						
(178) DiaSys	CVP >>>	3	1,8	Pozitivní						
(179) Siemens	CVP >>>	8	4,7	Pozitivní						
(999) jiný výrobce	CVP >>>	1	0,6	Pozitivní						
(234) Revmat. faktor IgA		47						47	47	100
Vzorek A1		47						47	47	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,1	Negativní						
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	26	Negativní						
(140) TestLine	CVP >>>	21	45	Negativní						
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Negativní						
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,5	Negativní						
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Negativní						
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,1	Negativní						
Vzorek B1		47						47	47	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní						
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	26	Pozitivní						
(140) TestLine	CVP >>>	21	45	Pozitivní						
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Pozitivní						
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,5	Pozitivní						
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Pozitivní						
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní						
(233) Revmat. faktor IgG		48						48	45	94
Vzorek A1		48						48	48	100
(1) Abbott	CVP >>>	1	2,1	Negativní						
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,1	Negativní						
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	1	2,1	Negativní						
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	25	Negativní						
(140) TestLine	CVP >>>	21	44	Negativní						
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,2	Negativní						
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,3	Negativní						
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	5	10	Negativní						
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,1	Negativní						
Vzorek B1		48						48	45	94
(1) Abbott	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní						
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní						
(58) Beckman Coulter (AU)	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní						
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	25	Pozitivní						
(140) TestLine	CVP >>>	21	44	Pozitivní						
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,2	Pozitivní						
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,3	Pozitivní						
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	3	6,3	Negativní						
	CVP >>>	2	4,2	Pozitivní						
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní						
(235) Revmat. faktor IgM		47						47	47	100
Vzorek A1		47						47	47	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,1	Negativní						
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	26	Negativní						
(140) TestLine	CVP >>>	21	45	Negativní						
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Negativní						
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,5	Negativní						
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Negativní						
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,1	Negativní						
Vzorek B1		47						47	47	100
(5) Dialab	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní						
(135) OrgenTec	CVP >>>	12	26	Pozitivní						
(140) TestLine	CVP >>>	21	45	Pozitivní						
(147) AIDA	CVP >>>	2	4,3	Pozitivní						
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	8,5	Pozitivní						
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	13	Pozitivní						
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	1	2,1	Pozitivní						