

## Cyklus EHK: SED1/23 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 31.3.2023

Nastavení: skupiny - výrobce přístroje; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U<sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D<sub>max</sub> = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledkůS<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek		RoM	SD	CV	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]	
<b>(541) Sedimentace erytrocytů za 1 h</b>		[mm/1hod]			146							146	140	96	
<b>Vzorek A</b>		6,06	1,3	22	146		CVP	6,06	0,26	asym.	1	11	146	145	99
(0) neuvedeno		6,13	1,4	23	28	0							28		
(5) Dialab		5,5	0,74	13	6	0							6		
(88) Becton Dickinson		5,96	0,86	14	21	0							21		
(121) Greiner		5,4	0,69	13	34	0							34		
(123) Sarstedt		6,89	1,1	15	27	0							27		
(999) jiný výrobce		6,11	1,5	24	28	0							28		
Ostatní					2	0							2		
							2x 998								
<b>Vzorek B</b>		56,5	9,4	17	146		CVP	56,5	1,9	asym.	28	85	146	141	97
(0) neuvedeno		54,1	8,1	15	28	0							28		
(5) Dialab		56	13	24	6	0							6		
(88) Becton Dickinson		56,2	10	18	21	0							21		
(121) Greiner		52,1	7,2	14	34	1							34		
(123) Sarstedt		65,1	4,2	6,5	27	0							27		
(999) jiný výrobce		55,2	9	16	28	0							28		
Ostatní					2	0							2		
							2x 998								
<b>(542) Sedimentace erytrocytů za 2 h</b>		[mm/2hod]			140							140	131	94	
<b>Vzorek A</b>		13,1	2,4	18	140		CVP	13,1	0,49	asym.	6	20	140	132	94
(0) neuvedeno		13	1,9	15	27	0							27		
(5) Dialab		12	3	25	5	0							5		
(88) Becton Dickinson		13	1,9	14	21	0							21		
(121) Greiner		12,2	2,2	18	34	0							34		
(123) Sarstedt		14,2	2,1	15	25	0							25		
(999) jiný výrobce		13,5	2,9	21	26	0							26		
Ostatní					2	0							2		
							2x 998								
<b>Vzorek B</b>		113	19	17	140		CVP	113	3,9	asym.	56	170	140	139	99
(0) neuvedeno		108	16	15	27	0							27		
(5) Dialab		99,5	6,7	6,7	5	0							5		
(88) Becton Dickinson		109	15	14	21	0							21		
(121) Greiner		106	13	12	34	0							34		
(123) Sarstedt		136	17	13	25	0							25		
(999) jiný výrobce		107	12	11	26	0							26		
Ostatní					2	0							2		
							2x 998								