

Cyklus EHK: SED2/23 - Sedimentační rychlost erytrocytů

Stop termín: 15.9.2023

Nastavení: skupiny - výrobce přístroje; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

| Zkouška | | | | | | | Srovnatelnost | | | | | | | | |
|--|------------|------|------|-----|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-------|----|------------------|------------------|------------------|----|
| Vzorek | | RoM | SD | CV | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} | |
| Skupina | [jednotka] | | | [%] | | | | | | | | | | [%] | |
| (541) Sedimentace erytrocytů za 1 h | | | | | | | 80 | | | | | | 80 | 73 | 91 |
| Vzorek A | | 56,7 | 16 | 27 | 80 | | CVP | 56,7 | 4,3 | asym. | 28 | 86 | 80 | 74 | 93 |
| (0) neuvedeno | | 58,3 | 10 | 18 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (88) Becton Dickinson | | 56,9 | 8,7 | 15 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | | |
| (121) Greiner | | 53,7 | 13 | 25 | 19 | 0 | | | | | | | 19 | | |
| (123) Sarstedt | | 72,6 | 6,4 | 8,9 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | | |
| (999) jiný výrobce | | 36,7 | 26 | 71 | 15 | 0 | | | | | | | 15 | | |
| Ostatní | | | | | 4 | 0 | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | 2x 5, 2x 998 | | | | | | | | |
| Vzorek B | | 1,95 | 0,82 | 42 | 80 | | CVP | 1,95 | 0,22 | asym. | 0 | 5 | 80 | 78 | 98 |
| (0) neuvedeno | | 1,92 | 0,72 | 37 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (88) Becton Dickinson | | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | | |
| (121) Greiner | | 1,62 | 0,59 | 36 | 19 | 0 | | | | | | | 19 | | |
| (123) Sarstedt | | 2,76 | 1,2 | 44 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | | |
| (999) jiný výrobce | | 2,15 | 1,3 | 61 | 15 | 0 | | | | | | | 15 | | |
| Ostatní | | | | | 4 | 0 | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | 2x 5, 2x 998 | | | | | | | | |
| (542) Sedimentace erytrocytů za 2 h | | | | | | | 79 | | | | | | 79 | 72 | 91 |
| Vzorek A | | 93,1 | 21 | 23 | 79 | | CVP | 93,1 | 5,8 | asym. | 46 | 140 | 79 | 73 | 92 |
| (0) neuvedeno | | 89,5 | 20 | 22 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (88) Becton Dickinson | | 98 | 15 | 16 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | | |
| (121) Greiner | | 88,4 | 12 | 13 | 18 | 0 | | | | | | | 18 | | |
| (123) Sarstedt | | 116 | 6,6 | 5,7 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | | |
| (999) jiný výrobce | | 65,2 | 45 | 68 | 15 | 0 | | | | | | | 15 | | |
| Ostatní | | | | | 4 | 0 | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | 2x 5, 2x 998 | | | | | | | | |
| Vzorek B | | 3,83 | 1,2 | 32 | 79 | | CVP | 3,83 | 0,33 | asym. | 0 | 7 | 79 | 76 | 96 |
| (0) neuvedeno | | 3,78 | 0,78 | 21 | 14 | 0 | | | | | | | 14 | | |
| (88) Becton Dickinson | | 4,15 | 1,1 | 27 | 12 | 0 | | | | | | | 12 | | |
| (121) Greiner | | 3,31 | 0,98 | 30 | 18 | 0 | | | | | | | 18 | | |
| (123) Sarstedt | | 4,4 | 0,76 | 17 | 16 | 0 | | | | | | | 16 | | |
| (999) jiný výrobce | | 4,11 | 2,2 | 53 | 15 | 0 | | | | | | | 15 | | |
| Ostatní | | | | | 4 | 0 | | | | | | | 4 | | |
| | | | | | | | 2x 5, 2x 998 | | | | | | | | |