

## Cyklus EHK: T04/23 - Specifické IgE (studie)

Stop termín: 12.5.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensů

AV = vztažná hodnota  
 CVP = konsenzus všech účastníků  
 >>> ... očekávaný výsledek  
 > ... akceptovatelný výsledek  
 ± ... nehodnocený výsledek

$N_{tot}$  = celkový počet výsledků  
 $N_{rel}$  = relativní počet výsledků

$N_{eva}$  = počet hodnocených výsledků  
 $N_{suc}$  = počet úspěšných výsledků  
 $S_{rel}$  = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	$N_{tot}$	$N_{rel}$ [%]	Výsledek	$N_{eva}$	$N_{suc}$	$S_{rel}$ [%]
<b>(285) Amoxicilin</b>		29			29	18	62
<b>Vzorek A</b>		29			29	29	100
(29) Siemens (Immulite)	CVP >>>	8	28	RAST 0			
(87) Euroimmun	CVP >>>	1	3,4	RAST 0			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	18	62	RAST 0			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	6,9	RAST 0			
<b>Vzorek B</b>		29			29	18	62
(29) Siemens (Immulite)		8	28	RAST 0			
(87) Euroimmun		1	3,4	RAST 0			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	18	62	RAST 2			
(999) jiný výrobce		2	6,9	RAST 0			
<b>(286) Ampicilin</b>		26			26	17	65
<b>Vzorek A</b>		26			26	18	69
(29) Siemens (Immulite)		6	23	RAST 0			
(87) Euroimmun		1	3,8	RAST 0			
(166) Thermo Fisher	>	4	15	RAST 1			
	CVP >>>	13	50	RAST 2			
(999) jiný výrobce		1	3,8	RAST 0			
	>	1	3,8	RAST 1			
<b>Vzorek B</b>		26			26	17	65
(29) Siemens (Immulite)		6	23	RAST 0			
(87) Euroimmun		1	3,8	RAST 0			
(166) Thermo Fisher		1	3,8	RAST 0			
	>	1	3,8	RAST 1			
	CVP >>>	15	58	RAST 2			
(999) jiný výrobce		1	3,8	RAST 0			
	>	1	3,8	RAST 1			
<b>(283) Penicilloyl G</b>		32			32	22	69
<b>Vzorek A</b>		32			32	22	69
(29) Siemens (Immulite)		8	25	RAST 0			
(87) Euroimmun		1	3,1	RAST 0			
(166) Thermo Fisher	>	10	31	RAST 2			
	CVP >>>	11	34	RAST 3			
	>	1	3,1	RAST 4			
(999) jiný výrobce		1	3,1	RAST 0			
<b>Vzorek B</b>		32			32	22	69
(29) Siemens (Immulite)		8	25	RAST 0			
(87) Euroimmun		1	3,1	RAST 0			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	22	69	RAST 2			
(999) jiný výrobce		1	3,1	RAST 0			
<b>(284) Penicilloyl V</b>		32			32	22	69
<b>Vzorek A</b>		32			32	31	97
(29) Siemens (Immulite)		1	3,1	RAST 0			
	>	7	22	RAST 2			
(87) Euroimmun		1	3,1	RAST 2			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	21	66	RAST 3			
	>	1	3,1	RAST 4			
(999) jiný výrobce		1	3,1	RAST 2			
<b>Vzorek B</b>		32			32	22	69
(29) Siemens (Immulite)		8	25	RAST 0			
(87) Euroimmun		1	3,1	RAST 0			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	21	66	RAST 2			
	>	1	3,1	RAST 3			
(999) jiný výrobce		1	3,1	RAST 0			