

Cyklus EHK: T23/23 - Protilátky IgG anti EM a anti tTG (studie)

Stop termín: 23.10.2023

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(437) anti-endomyzium IgG		51			51	45	88
Vzorek A		51			51	49	96
Všechny výsledky	CVP >>>	49	96	Negativní			
		1	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		1	2	Pozitivní			
Vzorek B		51			51	47	92
Všechny výsledky		2	3,9	Negativní			
		2	3,9	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	47	92	Pozitivní			
(438) anti-transglutamináza IgG		74			74	73	99
Vzorek A		74			74	73	99
Všechny výsledky	CVP >>>	73	99	Negativní			
		1	1,4	Pozitivní			
Vzorek B		74			74	73	99
Všechny výsledky		1	1,4	Negativní			
	CVP >>>	73	99	Pozitivní			