

## Cyklus EHK: T23/23 - Protilátky IgG anti EM a anti tTG (studie)

Stop termín: 23.10.2023

Nastavení: skupiny - princip měření

AV = vztažná hodnota

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků

&gt;&gt;&gt; ... očekávaný výsledek

S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

&gt; ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(437) anti-endomyzium IgG</b>		51			51	45	88
<b>Vzorek A</b>		51			51	49	96
(0) Neuvedeno	CVP >>>	6	12	Negativní			
		1	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
(1) Fluorescenční metody	CVP >>>	43	84	Negativní			
		1	2	Pozitivní			
<b>Vzorek B</b>		51			51	47	92
(0) Neuvedeno	CVP >>>	7	14	Pozitivní			
(1) Fluorescenční metody		2	3,9	Negativní			
		2	3,9	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	40	78	Pozitivní			
<b>(438) anti-transglutamináza IgG</b>		74			74	73	99
<b>Vzorek A</b>		74			74	73	99
(0) Neuvedeno	CVP >>>	7	9,5	Negativní			
(1) Fluorescenční metody	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(2) EIA metody	CVP >>>	51	69	Negativní			
		1	1,4	Pozitivní			
(5) LIA, ILMA	CVP >>>	11	15	Negativní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	3	4,1	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		74			74	73	99
(0) Neuvedeno	CVP >>>	7	9,5	Pozitivní			
(1) Fluorescenční metody	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(2) EIA metody		1	1,4	Negativní			
	CVP >>>	51	69	Pozitivní			
(5) LIA, ILMA	CVP >>>	11	15	Pozitivní			
(99) Jiný princip měření	CVP >>>	3	4,1	Pozitivní			