

## Cyklus EHK: T23/23 - Protilátky IgG anti EM a anti tTG (studie)

Stop termín: 23.10.2023

Nastavení: skupiny - výrobce reagensí

AV = vztažná hodnota  
 CVP = konsenzus všech účastníků  
 >>> ... očekávaný výsledek  
 > ... akceptovatelný výsledek  
 ± ... nehodnocený výsledek

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledků  
 N<sub>rel</sub> = relativní počet výsledků

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků  
 N<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků  
 S<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>(437) anti-endomyzium IgG</b>		51			51	45	88
<b>Vzorek A</b>		51			51	49	96
(0) neuvedeno	CVP >>>	6	12	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	16	31	Negativní			
		1	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
		1	2	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	6	12	Negativní			
(140) TestLine	CVP >>>	1	2	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	7,8	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	29	Negativní			
(998) vlastní výroba	CVP >>>	1	2	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		51			51	47	92
(0) neuvedeno	CVP >>>	6	12	Pozitivní			
(87) Euroimmun		2	3,9	Negativní			
		1	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
	CVP >>>	15	29	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	6	12	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	1	2	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	7,8	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	15	29	Pozitivní			
(998) vlastní výroba		1	2	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
<b>(438) anti-transglutamináza IgG</b>		74			74	73	99
<b>Vzorek A</b>		74			74	73	99
(0) neuvedeno	CVP >>>	7	9,5	Negativní			
(8) Eurospital	CVP >>>	2	2,7	Negativní			
(51) Technoclone	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	6	8,1	Negativní			
(115) BioSystems	CVP >>>	3	4,1	Negativní			
(135) OrgenTec	CVP >>>	7	9,5	Negativní			
		1	1,4	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	16	22	Negativní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	5,4	Negativní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	8,1	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	2	2,7	Negativní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(199) Eurolab Lambda	CVP >>>	1	1,4	Negativní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	14	19	Negativní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	2,7	Negativní			
<b>Vzorek B</b>		74			74	73	99
(0) neuvedeno	CVP >>>	7	9,5	Pozitivní			
(8) Eurospital	CVP >>>	2	2,7	Pozitivní			
(51) Technoclone	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(52) Dynex	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(87) Euroimmun	CVP >>>	6	8,1	Pozitivní			
(115) BioSystems	CVP >>>	3	4,1	Pozitivní			
(135) OrgenTec		1	1,4	Negativní			
	CVP >>>	7	9,5	Pozitivní			
(140) TestLine	CVP >>>	16	22	Pozitivní			
(148) Aesku.lab Diagnostika	CVP >>>	4	5,4	Pozitivní			
(166) Thermo Fisher	CVP >>>	6	8,1	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	CVP >>>	2	2,7	Pozitivní			
(191) D-tek	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(199) Eurolab Lambda	CVP >>>	1	1,4	Pozitivní			
(211) INOVA Diagnostics	CVP >>>	14	19	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	CVP >>>	2	2,7	Pozitivní			