

## Cyklus EHK: AIM2/24 - Autoimunita

Stop termín: 27.9.2024

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota	N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků	N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
CVP = konsenzus všech účastníků	N <sub>rel</sub> = relativní počet výsledků	N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>Sada 1</b>							
(560) ANA screening (protilátky proti jádru buňky) - průkaz		17			17	17	100
<b>Vzorek A1</b>		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Pozitivní			
<b>Vzorek B1</b>		17			17	17	100
Všechny výsledky	CVP >>>	17	100	Negativní			
(572) ANA screening (protilátky proti jádru buňky) - semikvantita		10			0		
<b>Vzorek A1</b>		10			0		
Všechny výsledky	±	1	10	titr 40			
	±	6	60	titr 1280			
	±	3	30	titr 2560			
<b>Vzorek B1</b>		10			0		
Všechny výsledky	±	1	10	Neuvedeno			
	±	3	30	titr 0 (neměřitelný)			
	±	3	30	titr 40			
	±	2	20	titr 80			
	±	1	10	titr 2560			
(561) ANA - typ fluorescence jádra		13			13	11	85
<b>Vzorek A1</b>		13			13	11	85
Všechny výsledky		1	7,7	DFS 70 (AC-2); Jemně nebo hrubě zrnitá nebo nukleární matrix (AC-4/AC-5)			
	CVP >>>	11	85	Jemně nebo hrubě zrnitá nebo nukleární matrix (AC-4/AC-5)			
		1	7,7	Jemně nebo hrubě zrnitá nebo nukleární matrix (AC-4/AC-5); Žádná fluorescence (AC-0)			
<b>Vzorek B1</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Žádná fluorescence (AC-0)			
(563) ANA screening (protilátky proti cytoplazmě) - průkaz		13			13	13	100
<b>Vzorek A1</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	92	Negativní			
	>	1	7,7	Neprůkazný výsledek (hraniční)			
<b>Vzorek B1</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
(573) ANA screening (protilátky proti cytoplazmě) - semikvantita		9			0		
<b>Vzorek A1</b>		9			0		
Všechny výsledky	±	3	33	titr 0 (neměřitelný)			
	±	3	33	titr 40			
	±	2	22	titr 80			
	±	1	11	titr 2560			
<b>Vzorek B1</b>		9			0		
Všechny výsledky	±	3	33	titr 0 (neměřitelný)			
	±	3	33	titr 40			
	±	2	22	titr 80			
	±	1	11	titr 2560			
(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy		12			12	12	100
<b>Vzorek A1</b>		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	11	92	Žádná fluorescence (AC-0)			
	>	1	8,3	Denzní nebo jemně zrnitá cytoplazma (AC-19/AC-20)			
<b>Vzorek B1</b>		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Žádná fluorescence (AC-0)			
<b>Sada 2</b>							
(565) ANCA imunofluorescence - průkaz		9			9	9	100
<b>Vzorek A2</b>		9			9	9	100
Všechny výsledky	CVP >>>	9	100	Negativní			
<b>Vzorek B2</b>		9			9	9	100
Všechny výsledky	CVP >>>	9	100	Pozitivní			
(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita		5			0		
<b>Vzorek A2</b>		5			0		
Všechny výsledky	±	1	20	titr 0 (neměřitelný)			

## Cyklus EHK: AIM2/24 - Autoimunita

Stop termín: 27.9.2024

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost			
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
	±	3	60	titr 20				
	±	1	20	titr 40				
<b>Vzorek B2</b>		5					0	
Všechny výsledky	±	2	40	titr 20				
	±	1	20	titr 40				
	±	2	40	titr 640				
<b>(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita</b>		5					0	
<b>Vzorek A2</b>		5					0	
Všechny výsledky	±	1	20	titr 0 (neměřitelný)				
	±	3	60	titr 20				
	±	1	20	titr 40				
<b>Vzorek B2</b>		5					0	
Všechny výsledky	±	2	40	titr 20				
	±	1	20	titr 40				
	±	1	20	titr 80				
	±	1	20	titr 320				
<b>(566) ANCA - typ fluorescence</b>		8				8	7	88
<b>Vzorek A2</b>		8				8	8	100
Všechny výsledky	CVP >>>	8	100	Fluorescence ANCA není přítomna				
<b>Vzorek B2</b>		8				8	7	88
Všechny výsledky	CVP >>>	7	88	pANCA (perinukleární)				
		1	13	cANCA (cytoplazmatická)				
<b>(569) anti-myeloperoxidáza</b>		16				16	15	94
<b>Vzorek A2</b>		16				16	16	100
Všechny výsledky	CVP >>>	16	100	Negativní				
<b>Vzorek B2</b>		16				16	15	94
Všechny výsledky	CVP >>>	1	6,3	Negativní				
		15	94	Pozitivní				
<b>(570) anti-proteináza III</b>		16				16	15	94
<b>Vzorek A2</b>		16				16	16	100
Všechny výsledky	CVP >>>	16	100	Negativní				
<b>Vzorek B2</b>		16				16	15	94
Všechny výsledky	CVP >>>	15	94	Negativní				
		1	6,3	Pozitivní				
<b>Sada 3</b>								
<b>(585) anti-centromery</b>		14				14	14	100
<b>Vzorek A3</b>		14				14	14	100
Všechny výsledky	CVP >>>	14	100	Negativní				
<b>Vzorek B3</b>		14				14	14	100
Všechny výsledky	CVP >>>	14	100	Negativní				
<b>(584) anti-ENA, antigen Jo-1</b>		15				15	15	100
<b>Vzorek A3</b>		15				15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Negativní				
<b>Vzorek B3</b>		15				15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Negativní				
<b>(583) anti-ENA, antigen RNP</b>		15				15	15	100
<b>Vzorek A3</b>		15				15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Pozitivní				
<b>Vzorek B3</b>		15				15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Negativní				
<b>(582) anti-ENA, antigen Scl-70</b>		15				15	15	100
<b>Vzorek A3</b>		15				15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Negativní				
<b>Vzorek B3</b>		15				15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Negativní				
<b>(580) anti-ENA, antigen SS-A/Ro-60</b>		15				15	15	100
<b>Vzorek A3</b>		15				15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Pozitivní				
<b>Vzorek B3</b>		15				15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Negativní				
<b>(581) anti-ENA, antigen SS-B/La</b>		15				15	15	100
<b>Vzorek A3</b>		15				15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Pozitivní				
<b>Vzorek B3</b>		15				15	15	100
Všechny výsledky	CVP >>>	15	100	Negativní				

## Cyklus EHK: AIM2/24 - Autoimunita

Stop termín: 27.9.2024

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
<b>Sada 4</b>							
(588) anti-dsDNA imunofluorescence - průkaz		7			7	7	100
<b>Vzorek A4</b>		7			7	7	100
Všechny výsledky	CVP >>>	7	100	Negativní			
<b>Vzorek B4</b>		7			7	7	100
Všechny výsledky	CVP >>>	7	100	Pozitivní			
(577) anti-dsDNA imunofluorescence - semikvantita		6			0		
<b>Vzorek A4</b>		6			0		
Všechny výsledky		± 2	33	titr 0 (neměřitelný)			
		± 4	67	titr 10			
<b>Vzorek B4</b>		6			0		
Všechny výsledky		± 2	33	titr 10			
		± 2	33	titr 320			
		± 2	33	titr 640			
(589) anti-dsDNA jiné metody		13			13	13	100
<b>Vzorek A4</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
<b>Vzorek B4</b>		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
<b>Sada 5</b>							
(591) anti-nukleosomy IgG		12			12	11	92
<b>Vzorek A5</b>		12			12	12	100
Všechny výsledky	CVP >>>	12	100	Negativní			
<b>Vzorek B5</b>		12			12	11	92
Všechny výsledky		1	8,3	Negativní			
	CVP >>>	11	92	Pozitivní			