

Cyklus EHK: AKS3/24 - Analyty krevního séra

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagencií); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	D _{max} = přijatelný rozdíl
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	CVP = konsenzus všech účastníků	UL = horní mez
N _{tot} = celkový počet výsledků	CVPG = konsenzus skupin účastníků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
N _{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
		S _{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					Návaznost							
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL
(22) α-amyláza	[μkat/L]				150							0					148	144	97
Vzorek A		5,93	0,42	7	150							0					148	146	99
(1) Abbott		6,28	0,13	2,1	30	0							CRV	5,98	0,16	15%	5,08	6,88	30
(46) Erba Lachema		6,07	0,11	1,8	9	0							CRV	5,98	0,16	15%	5,08	6,88	9
(58) Beckman Coulter (AU)		6,01	0,22	3,6	22	0							CRV	5,98	0,16	15%	5,08	6,88	22
(60) Roche		5,57	0,1	1,9	62	0							CRV	5,98	0,16	15%	5,08	6,88	62
(162) Siemens (Atellica)		6,39	0,096	1,5	15	0							CRV	5,98	0,16	15%	5,08	6,88	15
Ostatní					12	0						0							10
							2x 149							1x 12, 1x 49, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179					
Vzorek B		4,85	0,36	7,4	150							0					148	144	97
(1) Abbott		5,19	0,11	2,2	30	0							CRV	4,72	0,14	15%	4,01	5,43	30
(46) Erba Lachema		4,95	0,16	3,1	9	0							CRV	4,72	0,14	15%	4,01	5,43	9
(58) Beckman Coulter (AU)		4,88	0,15	3	22	0							CRV	4,72	0,14	15%	4,01	5,43	22
(60) Roche		4,53	0,081	1,8	62	0							CRV	4,72	0,14	15%	4,01	5,43	62
(162) Siemens (Atellica)		5,23	0,083	1,6	15	0							CRV	4,72	0,14	15%	4,01	5,43	15
Ostatní					12	0						0							10
							2x 149							1x 12, 1x 49, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179					
(35) α-amyláza pankreatická	[μkat/L]				67							67	66	99					0
Vzorek A		5,01	0,25	5	67		CVP	5,01	0,074	18%	4,1	5,92	67	66	99				0
(1) Abbott		4,87	0,2	4,1	15	0							15						
(46) Erba Lachema		5,25	0,27	5,1	8	0							8						
(60) Roche		4,91	0,14	2,8	27	0							27						
(162) Siemens (Atellica)		5,66	0,052	0,92	7	0							7						
Ostatní					10	0							10						
							3x 58, 4x 116, 1x 178, 2x 179												
Vzorek B		4,13	0,18	4,3	67		CVP	4,13	0,053	18%	3,38	4,88	67	66	99				0
(1) Abbott		4,03	0,16	4,1	15	0							15						
(46) Erba Lachema		4,32	0,22	5	8	0							8						
(60) Roche		4,06	0,11	2,6	27	0							27						
(162) Siemens (Atellica)		4,69	0,045	0,95	7	0							7						
Ostatní					10	0							10						
							3x 58, 4x 116, 1x 178, 2x 179												
(32) γ-globulin (elfo)	[-]				35								35	35	100				0
Vzorek A		0,127	0,014	11	35		CVP	0,127	0,006	30%	0,088	0,166	35	35	100				0
(34) Sebia		0,124	0,013	10	29	0							29						
(213) Interlab Srl		0,139	0,013	9,1	5	0							5						
Ostatní					1	0							1						
							1x 0												
Vzorek B		0,123	0,012	9,8	35		CVP	0,123	0,005	30%	0,086	0,16	35	35	100				0
(34) Sebia		0,123	0,012	10	29	0							29						

Cyklus EHK: AKS3/24 - Analyty krevního séra

Stop termín: 26.7.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů); minimální četnost skupin n = 5

Zkouška		Srovnatelnost										Návaznost											
Vzorek	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]		
Skupina	[jednotka]																						
(213) Interlab Srl	0,119	0,004	3,7	5	0						5												
Ostatní				1	0						1												
						1x 0																	
(10) Albumin	[g/L]				145						145	140	97									0	
Vzorek A		44,4	1,4	3,1	145		CVP	44,4	0,28	10%	39,9	48,9	145	144	99							0	
(1) Abbott		44,5	0,92	2,1	31	0					31												
(46) Erba Lachema		44,9	0,67	1,5	6	0					6												
(58) Beckman Coulter (AU)		42,8	1,2	2,9	22	0					22												
(60) Roche		44,8	1	2,3	58	0					58												
(162) Siemens (Atellica)		44,5	1,8	3,9	16	0					16												
(179) Siemens		44,6	0,67	1,5	5	0					5												
Ostatní					7	0					7												
							1x 12, 1x 85, 2x 149, 1x 166, 2x 177																
Vzorek B		32,2	1,5	4,8	145		CVP	32,2	0,31	10%	28,9	35,5	145	140	97							0	
(1) Abbott		31,3	0,55	1,7	31	0					31												
(46) Erba Lachema		33,2	1,8	5,4	6	0					6												
(58) Beckman Coulter (AU)		31	0,95	3,1	22	0					22												
(60) Roche		33,4	1,1	3,3	58	0					58												
(162) Siemens (Atellica)		31,8	1,8	5,8	16	0					16												
(179) Siemens		31,5	0,74	2,4	5	0					5												
Ostatní					7	0					7												
							1x 12, 1x 85, 2x 149, 1x 166, 2x 177																
(31) Albumin (elfo)	[-]				35						35	35	100									0	
Vzorek A		0,631	0,045	7,1	35		CVP	0,631	0,019	15%	0,536	0,726	35	35	100							0	
(34) Sebia		0,645	0,033	5,1	29	0					29												
(213) Interlab Srl		0,566	0,006	1	5	0					5												
Ostatní					1	0					1												
							1x 0																
Vzorek B		0,644	0,03	4,6	35		CVP	0,644	0,012	15%	0,547	0,741	35	35	100							0	
(34) Sebia		0,65	0,026	4	29	0					29												
(213) Interlab Srl		0,614	0,021	3,4	5	0					5												
Ostatní					1	0					1												
							1x 0																
(21) ALP	[μkat/L]				152						141	131	93								152	127	84
Vzorek A		0,784	0,061	7,8	152						141	134	95	CRV	0,828	0,035	18%	0,678	0,978		152	148	97
(1) Abbott		0,831	0,05	6	34	0	CVPG	0,831	0,021	14%	0,714	0,948									34		
(46) Erba Lachema		0,76	0,059	7,8	7	0	CVPG	0,76	0,058	14%	0,653	0,867									7		
(58) Beckman Coulter (AU)		0,734	0,046	6,2	22	0	CVPG	0,734	0,024	14%	0,631	0,837									22		
(60) Roche		0,776	0,048	6,1	60	0	CVPG	0,776	0,015	14%	0,667	0,885									60		
(162) Siemens (Atellica)		0,794	0,039	4,9	18	0	CVPG	0,794	0,022	14%	0,682	0,906									18		
Ostatní					11	0					0											11	
							1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179									1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179							
Vzorek B		0,747	0,058	7,7	152						141	133	94	CRV	0,691	0,019	18%	0,566	0,816		152	130	86
(1) Abbott		0,794	0,045	5,7	34	0	CVPG	0,794	0,019	14%	0,682	0,906									34		
(46) Erba Lachema		0,74	0,089	12	7	0	CVPG	0,74	0,086	14%	0,636	0,844									7		
(58) Beckman Coulter (AU)		0,759	0,047	6,2	22	0	CVPG	0,759	0,025	14%	0,652	0,866									22		

Cyklus EHK: AKS3/24 - Analyty krevního séra

Stop termín: 26.7.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů); minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	Návaznost					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL				AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL			
(60) Roche		0,726	0,052	7,1	60	0	CVPG	0,726	0,016	14%	0,624	0,828	60				60					
(162) Siemens (Atellica)		0,728	0,038	5,3	18	0	CVPG	0,728	0,022	14%	0,626	0,83	18				18					
Ostatní					11	0							0				11					
							1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179								1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179							
(24) ALT	[μkat/L]				152								0				152	145	95			
Vzorek A		1,7	0,092	5,4	152								0	CRV	1,702	0,045	15%	1,44	1,96	152	150	99
(1) Abbott		1,73	0,058	3,4	34	0														34		
(46) Erba Lachema		1,8	0,007	0,41	6	0														6		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,7	0,051	3	21	0														21		
(60) Roche		1,63	0,049	3	62	0														62		
(162) Siemens (Atellica)		1,77	0,037	2,1	18	0														18		
Ostatní					11	0														11		
							1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179								1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179							
Vzorek B		1,2	0,068	5,7	152								0	CRV	1,164	0,031	15%	0,989	1,34	152	145	95
(1) Abbott		1,19	0,053	4,5	34	0														34		
(46) Erba Lachema		1,27	0,03	2,3	6	0														6		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,21	0,048	4	21	0														21		
(60) Roche		1,16	0,033	2,9	62	0														62		
(162) Siemens (Atellica)		1,28	0,036	2,8	18	0														18		
Ostatní					11	0														11		
							1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179								1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179							
(23) AST	[μkat/L]				152								0							152	149	98
Vzorek A		1,48	0,069	4,6	152								0	CRV	1,473	0,044	15%	1,25	1,7	152	149	98
(1) Abbott		1,52	0,039	2,6	34	0														34		
(46) Erba Lachema		1,45	0,045	3,1	6	0														6		
(58) Beckman Coulter (AU)		1,55	0,061	3,9	21	0														21		
(60) Roche		1,44	0,055	3,8	62	0														62		
(162) Siemens (Atellica)		1,49	0,038	2,5	18	0														18		
Ostatní					11	0														11		
							1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179								1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179							
Vzorek B		2,03	0,082	4	152								0	CRV	2,017	0,044	15%	1,71	2,32	152	151	99
(1) Abbott		2,04	0,047	2,3	34	0														34		
(46) Erba Lachema		1,99	0,037	1,9	6	0														6		
(58) Beckman Coulter (AU)		2,13	0,087	4,1	21	0														21		
(60) Roche		1,98	0,065	3,3	62	0														62		
(162) Siemens (Atellica)		2,07	0,033	1,6	18	0														18		
Ostatní					11	0														11		
							1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179								1x 12, 1x 85, 2x 149, 4x 177, 3x 179							
(13) Bilirubin celkový	[μmol/L]				152								0							152	152	100
Vzorek A		21,7	2,3	11	152								0	CRV	21,42	0,57	26%	15,8	27	152	152	100
(1) Abbott		22,6	1,4	6,1	34	0														34		
(46) Erba Lachema		23,3	0,22	0,96	5	0														5		
(58) Beckman Coulter (AU)		24,2	0,65	2,7	19	0														19		
(60) Roche		19,6	0,74	3,7	62	0														62		
(162) Siemens (Atellica)		23,4	1,4	5,9	18	0														18		

