

## Cyklus EHK: AP2/24 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 13.9.2024

Nastavení: skupiny - P (výrobce přístroje); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N<sub>tot</sub> = celkový počet výsledkůN<sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U<sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D<sub>max</sub> = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N<sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledkůN<sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledkůS<sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]	
<b>Sada 1</b>															
(108) Apixaban	[µg/L]				46										
<b>Vzorek A1</b>		446	25	5,7	46		CVP	446	9,3	25%	334	558	46	46	
(38) Werfen (IL)		458	9	2	13	0							13	100	
(63) Sysmex		424	57	13	23	0							23		
(94) Stago		451	13	2,8	7	0							7		
Ostatní					3	1							3		
							1x 149, 1x 162, 1x 179								
<b>Vzorek B1</b>		222	12	5,4	46		CVP	222	4,3	25%	166	278	46	46	
(38) Werfen (IL)		223	6,2	2,8	13	0							13	100	
(63) Sysmex		223	17	7,8	23	0							23		
(94) Stago		217	9,6	4,5	7	0							7		
Ostatní					3	0							3		
							1x 149, 1x 162, 1x 179								
<b>Sada 2</b>															
(109) Dabigatran	[µg/L]				38										
<b>Vzorek A2</b>		231	21	9,2	38		CVP	231	8,4	30%	161	301	38	37	
(38) Werfen (IL)		227	31	13	12	0							12	97	
(63) Sysmex		227	12	5,2	17	0							17		
(94) Stago		268	19	6,9	5	0							5		
Ostatní					4	0							4		
							2x 149, 1x 162, 1x 179								
<b>Vzorek B2</b>		95	10	11	38		CVP	95	4,1	30%	66,5	124	38	38	
(38) Werfen (IL)		95,8	8,4	8,7	12	0							12	100	
(63) Sysmex		90,6	6,4	7,1	17	0							17		
(94) Stago		116	6,7	5,8	5	0							5		
Ostatní					4	0							4		
							2x 149, 1x 162, 1x 179								
<b>Sada 3</b>															
(110) Rivaroxaban	[µg/L]				51										
<b>Vzorek A3</b>		288	16	5,7	51		CVP	288	5,6	25%	216	360	51	50	
(38) Werfen (IL)		279	11	4	14	0							14	98	
(63) Sysmex		295	19	6,4	26	0							26		
(94) Stago		287	24	8,3	7	0							7		
Ostatní					4	0							4		
							2x 149, 1x 162, 1x 179								
<b>Vzorek B3</b>		90,5	5,8	6,4	51		CVP	90,5	2	25%	67,8	114	51	50	
(38) Werfen (IL)		92,5	5,7	6,1	14	0							14	98	
(63) Sysmex		91,6	4,8	5,3	26	0							26		
(94) Stago		80,5	5,2	6,4	7	0							7		
Ostatní					4	0							4		
							2x 149, 1x 162, 1x 179								