

APLA1/24: Antifosfolipidové protilátky

Tento cyklus akreditovaného programu byl realizován v souladu s dokumentem *Plán EHK 2024*.

Vzorky

Vzorky pro tento cyklus byly připraveny na pracovišti subdodavatele.

Komentář supervizora

Cyklu se zúčastnilo 68 pracovišť, z toho 14 ze Slovenska.

Vztažné hodnoty jsou v tomto programu určovány jako konsenzus účastníků. V případě kvalitativních výsledků dochází ke konsenzu tehdy, jestliže se shodne alespoň 80 % všech účastníků.

Konsenzu bylo dosaženo u všech zkoušek.

Téměř u všech zkoušek byla celková úspěšnost výborná (u řady zkoušek dokonce 100 %).

Jedinou výjimkou byl průkaz **anti-kardiolipinu IgG** ve **vzorku B**. Zde bylo dosaženo konsenzu, když se 84 % účastníků shodlo na výsledku *pozitivní*. Odlišné výsledky jsme zaznamenali ve 2 skupinách reagensí: Euroimmun (3x negativní a 3x pozitivní) a Thermo Fisher (6x negativní, 1x neprůkazný, 1x pozitivní). Všechny ostatní výsledky, získané soupravami 11 výrobců, byly pozitivní (vše viz statistika na webu). Avšak vzhledem k tomu, že již v rámci měření vzorků při procesu jejich přípravy byly naměřeny kvantitativní výsledky v blízkosti rozhodovací meze a s ohledem na to, že nastavení souprav jednotlivých výrobců se může lišit, akceptovali jsme nad rámec konsenzu i *negativní a neprůkazné* výsledky.

Dlouhodobá úspěšnost

V následující tabulce je uveden přehled celkové úspěšnosti účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky. V záhlaví sloupců jsou uvedena jednotlivá pásma úspěšnosti (procento zkoušek, u kterých účastník uvedl správný výsledek). Na dalších 2 řádcích je pak absolutní a relativní počet účastníků, kteří příslušné úspěšnosti dosáhli.

| <i>Úspěšnost</i> | | <i>0 %</i> | <i>1 - 74 %</i> | <i>75 - 79 %</i> | <i>80 - 89 %</i> | <i>90 - 94 %</i> | <i>95 - 99 %</i> | <i>100 %</i> |
|------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| Úspěšnost slovy | | nevyhovující | | přijatelná | dobrá | velmi dobrá | výborná | |
| Počet | absolutní | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 56 |
| | relativní | - | - | 1,5 % | 2,9 % | 13 % | - | 82 % |

Poznámka: Svou vlastní celkovou úspěšnost za poslední 2 roky naleznete ve svém výsledkovém listu.

Celková úspěšnost většiny účastníků tohoto cyklu za poslední 2 roky je 90 % nebo vyšší.

Úspěšnost nižší než 90 % je třeba považovat za impuls ke zlepšení.

Odborná supervize: Ing. Ivana Stiborová, Ph.D.
Krajská zdravotní, a.s.
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Biomedicínské centrum
e-mail: ivana.stiborova@kzcr.eu

Přílohy

Jako přílohu této zprávy jednotliví účastníci cyklu dále dostávají:

| <i>Název přílohy</i> | <i>Poznámka</i> |
|----------------------|---|
| Osvědčení o účasti | Dostávají účastníci, kteří splnili podmínky pro jeho vystavení. |
| Výsledkový list | Dostávají účastníci, kteří uvedli výsledky. |

Přílohy jsou identifikovány svým názvem, označením cyklu a kódem účastníka a jsou určeny pouze pro potřebu tohoto účastníka.

Další informace

Závěrečná zpráva s výjimkou příloh je veřejná. Jak účastníkům, tak ostatním odborníkům, jsou na adrese www.sekk.cz volně k dispozici další informace, zejména:

- Souhrnný přehled výsledků tohoto cyklu včetně této závěrečné zprávy.
- Dokument *Plán EHK* (obsahuje informace, které se týkají jak tohoto cyklu, tak EHK obecně).
- Vysvětlení obsahu jednotlivých výše uvedených příloh.
- Kontakt na poskytovatele EHK a na koordinátora EHK a seznam všech supervizorů včetně kontaktů.