

Cyklus EHK: CC2/24 - Cystatin C

Stop termín: 23.8.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

AV = vztažná hodnota

D_{max} = přijatelný rozdíl

SD = směrodatná odchylka

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

LL = dolní mez

CV = variační koeficient

UL = horní mez

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtemN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška		Srovnatelnost												
Vzorek	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(106) Cystatin C	[mg/L]				11							11	9	82
Vzorek A												11	10	91
Ostatní					11	1						11		
							2x 3, 2x 46, 1x 58, 3x 60, 1x 91, 1x 162, 1x 179							
Vzorek B												11	9	82
Ostatní					11	0						11		
							2x 3, 2x 46, 1x 58, 3x 60, 1x 91, 1x 162, 1x 179							