

Cyklus EHK: CRP2/24 - Stanovení CRP

Stop termín: 3.5.2024

Nastavení: skupiny - M (princip měření); Slovensko; minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška							Srovnatelnost								
Vzorek		RoM	SD	CV	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
Skupina	[jednotka]			[%]										[%]	
(100) C-reaktivní protein	[mg/L]				41							41	41	100	
Vzorek A		39,7	1,8	4,6	41		CVP	39	0,36	24%	29,6	48,4	41	41	100
(2) Imunoturbidimetrie		39,7	1,8	4,4	38	0						38			
Ostatní					3	0						3			
							2x 0, 1x 3								
Vzorek B		46,2	2,5	5,3	41		CVP	45,2	0,44	24%	34,3	56,1	41	41	100
(2) Imunoturbidimetrie		46,1	2,5	5,4	38	0						38			
Ostatní					3	0						3			
							2x 0, 1x 3								