

Cyklus EHK: CRP3/24 - Stanovení CRP

Stop termín: 23.8.2024

Nastavení: skupiny - M (princip měření); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

| Zkouška | | | | | | | Srovnatelnost | | | | | | | | |
|---------------------------|------------|------|------|--------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----|------|------------------|------------------|----------------------|----|
| Vzorek | [jednotka] | RoM | SD | CV [%] | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} [%] | |
| (100) C-reaktivní protein | [mg/L] | | | | 246 | | | | | | | 246 | 242 | 98 | |
| Vzorek A | | 29,9 | 1,9 | 6,4 | 246 | | CVP | 29,9 | 0,3 | 24% | 22,7 | 37,1 | 246 | 244 | 99 |
| (2) Imunoturbidimetrie | | 30 | 1,9 | 6,3 | 234 | 0 | | | | | | 234 | | | |
| (3) Imunonefelometrie | | 27,9 | 1,5 | 5,3 | 11 | 0 | | | | | | 11 | | | |
| Ostatní | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | 1x | 99 | | | | | | | |
| Vzorek B | | 9,02 | 0,69 | 7,6 | 246 | | CVP | 9,02 | 0,11 | 24% | 6,85 | 11,2 | 246 | 244 | 99 |
| (2) Imunoturbidimetrie | | 9,03 | 0,7 | 7,7 | 234 | 0 | | | | | | 234 | | | |
| (3) Imunonefelometrie | | 8,74 | 0,56 | 6,4 | 11 | 0 | | | | | | 11 | | | |
| Ostatní | | | | | 1 | 0 | | | | | | 1 | | | |
| | | | | | | | 1x | 99 | | | | | | | |