

Cyklus EHK: DGP1/24 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 16.2.2024

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(268) Bilirubin		291			291	289	99
Vzorek A		291			291	289	99
Všechny výsledky	CVP >>>	289	99	Negativní			
		2	0,7	1+, 2+			
Vzorek B		291			291	290	100
Všechny výsledky	CVP >>>	290	100	Negativní			
		1	0,3	1+, 2+			
(264) Celková bílkovina		291			291	284	98
Vzorek A		291			291	289	99
Všechny výsledky	CVP >>>	289	99	Negativní, < 0,3 g/L			
		2	0,7	0,3 - 0,5 g/L			
Vzorek B		291			291	286	98
Všechny výsledky	CVP >>>	128	44	Negativní, < 0,3 g/L			
	CVP >>>	158	54	0,3 - 0,5 g/L			
		5	1,7	0,51 - 2,5 g/L			
(261) Glukóza		292			292	265	91
Vzorek A		292			292	265	91
Všechny výsledky		5	1,7	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
	CVP >>>	118	40	2,81 - 11 mmol/L			
	CVP >>>	147	50	11,1 - 28 mmol/L			
		22	7,5	> 28 mmol/L			
Vzorek B		292			292	289	99
Všechny výsledky	CVP >>>	289	99	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/L			
		3	1	2,81 - 11 mmol/L			
(275) hCG		11			11	11	100
Vzorek A		11			11	11	100
Všechny výsledky	CVP >>>	11	100	Negativní			
Vzorek B		11			11	11	100
Všechny výsledky	CVP >>>	11	100	Pozitivní			
(263) Ketony		291			291	290	100
Vzorek A		291			291	290	100
Všechny výsledky	CVP >>>	290	100	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		1	0,3	1+, 2+			
Vzorek B		291			291	290	100
Všechny výsledky	CVP >>>	290	100	Negativní, <= 0,5 mmol/L			
		1	0,3	1+, 2+			
(272) Krev		292			292	280	96
Vzorek A		292			292	285	98
Všechny výsledky		7	2,4	5 - 12 ery/μL			
	>	37	13	13 - 50 ery/μL			
	CVP >>>	248	85	> 50 ery/μL			
Vzorek B		292			292	286	98
Všechny výsledky	CVP >>>	198	68	Negativní			
	>	88	30	5 - 12 ery/μL			
		4	1,4	13 - 50 ery/μL			
		2	0,7	> 50 ery/μL			
(270) Leukocyty		262			262	260	99
Vzorek A		262			262	261	100
Všechny výsledky		1	0,4	Neuvedeno			
	CVP >>>	261	100	Negativní			
Vzorek B		262			262	261	100
Všechny výsledky	CVP >>>	261	100	Negativní			
		1	0,4	10 - 50 leu/μL			
(274) Nitrity		263			263	262	100
Vzorek A		263			263	263	100
Všechny výsledky	CVP >>>	263	100	Negativní			
Vzorek B		263			263	262	100
Všechny výsledky		1	0,4	Neuvedeno			
	CVP >>>	262	100	Negativní			
(273) pH		292			292	282	97
Vzorek A		292			292	291	100
Všechny výsledky	>	49	17	5,0			
	CVP >>>	185	63	5,5			
	>	57	20	6,0			

Cyklus EHK: DGP1/24 - Analýza moče testovacími proužky

Stop termín: 16.2.2024

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
		1	0,3	8,5			
Vzorek B		292			292	282	97
Všechny výsledky		1	0,3	5,5			
		2	0,7	6,0			
		7	2,4	6,5			
	>	22	7,5	7,0			
	>	71	24	7,5			
CVP >>>	>	144	49	8,0			
	>	33	11	8,5			
	>	12	4,1	9,0			
(266) Urobilinogen		291			291	289	99
Vzorek A		291			291	289	99
Všechny výsledky	CVP >>>	289	99	Negativní, < 17 µmol/L			
		2	0,7	1+, 2+			
Vzorek B		291			291	290	100
Všechny výsledky	CVP >>>	290	100	Negativní, < 17 µmol/L			
		1	0,3	1+, 2+			