

## Cyklus EHK: DIF3/24 - Hodnocení nátěru periferní krve

Stop termín: 13.9.2024

Nastavení: Slovensko

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	D <sub>max</sub> = přijatelný rozdíl
SD = směrodatná odchylka	CVE = konsenzus expertů	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	UL = horní mez
N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků		N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
N <sub>out</sub> = počet výsledků vyloučených před výpočtem		N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
SD, CV, U <sub>AV</sub> , D <sub>max</sub> neuvádíme u zkoušek s binomickým rozdělením		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost

Vzorek Zkouška Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL			

**Vzorek A**

(901) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	18	100
<b>Blasty</b>															
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0			0	0,018		18	
(902) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	18	100
<b>Promyelocyty</b>															
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0			0	0,018		18	
(903) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	18	100
<b>Neutrofilní myelocyty</b>															
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0			0	0,018		18	
(904) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	18	100
<b>Neutrofilní metamyelocyty</b>															
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0			0	0,018		18	
(905) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	9	50
<b>Neutrofilní tyče</b>															
Všechny výsledky		0,009			18	0	CVE	0,01			0,001	0,036		18	
(906) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	16	89
<b>Neutrofilní segmenty</b>															
Všechny výsledky		0,374			18	0	CVE	0,401			0,332	0,471		18	
(907) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	18	100
<b>Eozinofily - mladší formy</b>															
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0			0	0,018		18	
(908) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	16	89
<b>Eozinofilní segmenty</b>															
Všechny výsledky		0,012			18	0	CVE	0,014			0,003	0,043		18	
(909) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	18	100
<b>Bazofilní granulocyty</b>															
Všechny výsledky		0,002			18	0	CVE	0,006			0	0,028		18	
(910) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	13	72
<b>Monocyty</b>															
Všechny výsledky		0,036			18	0	CVE	0,022			0,005	0,05		18	
(911) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	14	78
<b>Lymfocyty</b>															
Všechny výsledky		0,558			18	0	CVE	0,547			0,473	0,615		18	
(912) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	18	100
<b>Plazmatické buňky</b>															
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0			0	0,018		18	
(940) <b>Erytroblasty</b>	[na 100 difer. buněk]												18	18	100
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0			0	2		18	

**Vzorek B**

(901) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	17	94
<b>Blasty</b>															
Všechny výsledky		0,001			18	0	CVE	0			0	0,018		18	
(902) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	18	100
<b>Promyelocyty</b>															
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0			0	0,018		18	
(903) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	6	33
<b>Neutrofilní myelocyty</b>															
Všechny výsledky		0,002			18	0	CVE	0,01			0,001	0,036		18	
(904) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	10	56
<b>Neutrofilní metamyelocyty</b>															
Všechny výsledky		0,007			18	0	CVE	0,009			0,001	0,036		18	
(905) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	8	44
<b>Neutrofilní tyče</b>															
Všechny výsledky		0,005			18	0	CVE	0,009			0,001	0,036		18	
(906) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	16	89
<b>Neutrofilní segmenty</b>															
Všechny výsledky		0,831			18	0	CVE	0,847			0,787	0,892		18	
(907) <b>Leukocyty - diferenciální rozpočet:</b>	[-]												18	18	100
<b>Eozinofily - mladší formy</b>															
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0			0	0,018		18	

## Cyklus EHK: DIF3/24 - Hodnocení nátěru periferní krve

Stop termín: 13.9.2024

Nastavení: Slovensko

Vzorek Zkouška Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	Srovnatelnost					N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
							AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL			
(908) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											18	17	94
<b>Eozinofilní segmenty</b>														
Všechny výsledky		0,006			18	0	CVE	0,003		0	0,028	18		
(909) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											18	18	100
<b>Bazofilní granulocyty</b>														
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0		0	0,018	18		
(910) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											18	16	89
<b>Monocyty</b>														
Všechny výsledky		0,037			18	0	CVE	0,037		0,014	0,071	18		
(911) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											18	14	78
<b>Lymfocyty</b>														
Všechny výsledky		0,098			18	0	CVE	0,081		0,046	0,127	18		
(912) Leukocyty - diferenciální rozpočet:	[-]											18	18	100
<b>Plazmatické buňky</b>														
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0		0	0,018	18		
(940) Erytroblasty	[na 100 difer. buněk]											18	18	100
Všechny výsledky		0			18	0	CVE	0		0	2	18		