

Cyklus EHK: HKG3/24 - Hemokoagulace

Stop termín: 13.9.2024

Nastavení: minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

SD = směrodatná odchylka

CV = variační koeficient

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtem

AV = vztažná hodnota

CVP = konsenzus všech účastníků

CVPG = konsenzus skupin účastníků

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)D_{max} = přijatelný rozdíl

LL = dolní mez

UL = horní mez

N_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL			
(177) Antitrombin	[%]				94							94	90	96
Vzorek A												94	94	100
Všechny výsledky		101	4,7	4,6	94	0	CVP	101	1,2	18%	82,8	120	94	
Vzorek B		33,6	5,5	16	94							94	90	96
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		35,8	2,8	7,9	72	0	CVP	35,8	0,82	25%	26,8	44,8	72	
(38) Werfen (IL)		24,2	4	17	22	0	CVPG	24,2	2,1	21%	19,1	29,3	22	
(170) APTT - poměr	[-]				163							158	156	99
Vzorek A		0,989	0,055	5,6	163							158	158	100
(240) Siemens (Dade) Actin FS		0,96	0,033	3,4	44	0	CVPG	0,96	0,012	20%	0,768	1,16	44	
(241) Siemens (Dade) Actin FSL		0,952	0,034	3,6	13	0	CVPG	0,952	0,023	20%	0,761	1,15	13	
(242) Siemens (Dade) Pathromtin SL		1,03	0,039	3,8	52	0	CVPG	1,03	0,013	20%	0,824	1,24	52	
(246) Mindray APTT Reagent		0,995	0,037	3,7	7	0	CVPG	0,995	0,036	20%	0,796	1,2	7	
(253) IL APTT-SP		0,979	0,04	4,1	19	0	CVPG	0,979	0,022	20%	0,783	1,18	19	
(256) IL SynthASil		0,926	0,009	0,96	8	0	CVPG	0,926	0,007	20%	0,74	1,12	8	
(260) Stago PTT Automate		1	0,033	3,3	15	0	CVPG	1	0,021	20%	0,8	1,2	15	
Ostatní					5	0							0	
														2x 257, 1x 259, 1x 269, 1x 999
Vzorek B		1,74	0,4	23	163							158	156	99
(240) Siemens (Dade) Actin FS		1,53	0,069	4,5	44	0	CVPG	1,53	0,026	20%	1,22	1,84	44	
(241) Siemens (Dade) Actin FSL		1,36	0,081	5,9	13	0	CVPG	1,36	0,055	20%	1,08	1,64	13	
(242) Siemens (Dade) Pathromtin SL		2,22	0,12	5,4	52	1	CVPG	2,22	0,041	20%	1,77	2,67	52	
(246) Mindray APTT Reagent		1,84	0,19	10	7	0	CVPG	1,84	0,19	20%	1,47	2,21	7	
(253) IL APTT-SP		1,44	0,07	4,9	19	0	CVPG	1,44	0,039	20%	1,15	1,73	19	
(256) IL SynthASil		1,37	0,089	6,5	8	0	CVPG	1,37	0,068	20%	1,09	1,65	8	
(260) Stago PTT Automate		1,53	0,063	4,1	15	0	CVPG	1,53	0,04	20%	1,22	1,84	15	
Ostatní					5	0							0	
														2x 257, 1x 259, 1x 269, 1x 999
(171) Fibrinogen	[g/L]				135							135	131	97
Vzorek A												135	135	100
Všechny výsledky		2,83	0,19	6,7	135	0	CVP	2,83	0,04	25%	2,12	3,54	135	
Vzorek B												135	131	97
Všechny výsledky		2,16	0,25	12	135	0	CVP	2,16	0,053	25%	1,62	2,7	135	
(172) Protrombinový test (INR)	[-]				168							168	168	100
Vzorek A												168	168	100
Všechny výsledky		0,987	0,035	3,5	168	0	CVP	0,987	0,007	20%	0,789	1,19	168	
Vzorek B		2,06	0,11	5,4	168							168	168	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		2,06	0,1	5	161	0	CVP	2,06	0,02	20%	1,64	2,48	161	
(177) Mindray		1,63	0,045	2,7	7	0	CVPG	1,63	0,043	12%	1,43	1,83	7	
(179) Protrombinový test (ratio)	[-]				165							165	164	99
Vzorek A												165	164	99
Všechny výsledky		0,986	0,037	3,7	165	0	CVP	0,986	0,007	20%	0,788	1,19	165	
Vzorek B		1,97	0,1	5,2	165							165	165	100
Všechny výsledky (bez samostatných skupin)		1,98	0,095	4,8	158	0	CVP	1,98	0,018	20%	1,58	2,38	158	
(177) Mindray		1,68	0,11	6,6	7	0	CVPG	1,68	0,11	12%	1,47	1,89	7	
(173) Trombinový čas (čas)	[s]				88							80	67	84
Vzorek A												80	77	96
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		15,1	1,3	8,4	88							80	77	96
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		15,6	0,37	2,4	5	0	CVPG	15,6	1	15%	13,2	18	5	
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		17,9	0,3	1,7	5	0	CVPG	17,9	0,84	15%	15,2	20,6	5	
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		14,5	0,84	5,8	51	0	CVPG	14,5	0,29	15%	12,3	16,7	51	
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) Werfen (IL)		15,7	0,63	4	14	0	CVPG	15,7	0,41	15%	13,3	18,1	14	
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		14,8	1	7	5	0	CVPG	14,8	2,9	15%	12,5	17,1	5	
Ostatní					8	0							0	
														1x 1/149, 1x 1/175, 1x 1/179, 2x 2/193, 1x 6/46, 1x 7/38, 1x 7/175
Vzorek B		17	2,4	14	88							80	68	85
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		17,1	0,074	0,43	5	0	CVPG	17,1	0,21	15%	14,5	19,7	5	
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		21,4	1,6	7,6	5	0	CVPG	21,4	4,6	15%	18,1	24,7	5	

Cyklus EHK: HKG3/24 - Hemokoagulace

Stop termín: 13.9.2024

Nastavení: minimální četnost skupin n = 5

Zkouška Vzorek Skupina	[jednotka]	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	Srovnatelnost					N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
							AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL				
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		16,3	2,2	14	51	0	CVPG	16,3	0,75	15%	13,8	18,8	51		
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) Werfen (IL)		17,9	0,7	3,9	14	0	CVPG	17,9	0,46	15%	15,2	20,6	14		
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		15,9	0,89	5,6	5	0	CVPG	15,9	2,5	15%	13,5	18,3	5		
Ostatní					8	0							0		
															1x 1/149, 1x 1/175, 1x 1/179, 2x 2/193, 1x 6/46, 1x 7/38, 1x 7/175
(174) Trombinový čas (ratio)	[-]				75								67	61	91
Vzorek A		0,909	0,099	11	75								67	66	99
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		0,895	0,037	4,1	5	0	CVPG	0,895	0,1	20%	0,716	1,08	5		
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,985	0,096	9,8	5	0	CVPG	0,985	0,27	20%	0,788	1,19	5		
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,848	0,047	5,6	39	0	CVPG	0,848	0,019	20%	0,678	1,02	39		
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) Werfen (IL)		1,02	0,052	5,1	13	0	CVPG	1,02	0,036	20%	0,816	1,23	13		
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		0,975	0,037	3,8	5	0	CVPG	0,975	0,1	20%	0,78	1,17	5		
Ostatní					8	0							0		
															1x 1/175, 1x 1/179, 2x 2/193, 1x 6/46, 1x 6/51, 1x 7/38, 1x 7/175
Vzorek B		1,03	0,15	15	75								67	61	91
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (94) Stago		0,975	0,037	3,8	5	0	CVPG	0,975	0,1	20%	0,78	1,17	5		
(3) Počet trombin. jednotek: 1,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		1,18	0,096	8,2	5	0	CVPG	1,18	0,27	20%	0,944	1,42	5		
(5) Počet trombin. jednotek: 2,5 IU/mL (NIH); (149) Siemens (Dade, BN, Dimension)		0,97	0,15	15	39	0	CVPG	0,97	0,059	20%	0,776	1,17	39		
(6) Počet trombin. jednotek: 3 IU/mL (NIH); (38) Werfen (IL)		1,16	0,043	3,7	13	0	CVPG	1,16	0,029	20%	0,928	1,4	13		
(8) Počet trombin. jednotek: 8 IU/mL (NIH); (177) Mindray		1,05	0,045	4,2	5	0	CVPG	1,05	0,13	20%	0,84	1,26	5		
Ostatní					8	0							0		
															1x 1/175, 1x 1/179, 2x 2/193, 1x 6/46, 1x 6/51, 1x 7/38, 1x 7/175