

Cyklus EHK: HR2/24 - Hormonální receptory

Stop termín: 6.9.2024

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1076) ER pozice 1		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1077) ER pozice 2		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
(1078) ER pozice 3		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
(1079) ER pozice 4		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1080) ER pozice 5		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1081) ER pozice 6		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
(1082) ER pozice 7		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
(1083) ER pozice 8		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1084) ER pozice 9		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1085) ER pozice 10		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1096) PgR pozice 1		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
(1097) PgR pozice 2		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1098) PgR pozice 3		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1099) PgR pozice 4		13			0		
Skla EHK		13			0		
Všechny výsledky	±	10	77	Negativní			
	±	3	23	Pozitivní			
(1100) PgR pozice 5		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1101) PgR pozice 6		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1102) PgR pozice 7		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Negativní			
(1103) PgR pozice 8		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1104) PgR pozice 9		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			
(1105) PgR pozice 10		13			13	13	100
Skla EHK		13			13	13	100
Všechny výsledky	CVP >>>	13	100	Pozitivní			