

Cyklus EHK: HS1/24 - Hemokoagulace speciální

Stop termín: 14.6.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVP = konsenzus všech účastníků

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(488) APC - rezistence		58			58	58	100
Vzorek A3		58			58	58	100
(38) Werfen (IL)	CVP >>>	17	29	Negativní			
(51) Technoclone	CVP >>>	1	1,7	Negativní			
(94) Stago	CVP >>>	3	5,2	Negativní			
(149) Siemens (Dade, BN, Dimension)	CVP >>>	7	12	Negativní			
(179) Siemens	CVP >>>	3	5,2	Negativní			
(192) Pentapharm	CVP >>>	26	45	Negativní			
(193) HYPHEN BioMed	CVP >>>	1	1,7	Negativní			