

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota CVE = konsenzus expertů >>> ... očekávaný výsledek > ... akceptovatelný výsledek ± ... nehodnocený výsledek	N _{tot} = celkový počet výsledků N _{rel} = relativní počet výsledků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků N _{suc} = počet úspěšných výsledků S _{rel} = relativní úspěšnost
--	--	--

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(601) A1 exprese HER-2/neu		47			47	47	100
Sklo		47			47	47	100
Všechny výsledky	CVE >>>	47	100	Silně pozitivní (3+)			
(602) A2 exprese HER-2/neu		47			47	46	98
Sklo		47			47	46	98
Všechny výsledky	CVE >>>	38	81	Negativní (0)			
	>	8	17	Negativní (1+)			
		1	2,1	Slabě pozitivní (2+)			
(603) A3 exprese HER-2/neu		47			0		
Sklo		47			0		
Všechny výsledky	±	11	23	Negativní (1+)			
	±	33	70	Slabě pozitivní (2+)			
	±	3	6,4	Silně pozitivní (3+)			
(606) B1 exprese HER-2/neu		47			47	35	74
Sklo		47			47	35	74
Všechny výsledky		1	2,1	Negativní (0)			
		11	23	Negativní (1+)			
	CVE >>>	35	74	Slabě pozitivní (2+)			
(607) B2 exprese HER-2/neu		47			47	47	100
Sklo		47			47	47	100
Všechny výsledky	CVE >>>	43	91	Slabě pozitivní (2+)			
	>	4	8,5	Silně pozitivní (3+)			
(608) B3 exprese HER-2/neu		47			0		
Sklo		47			0		
Všechny výsledky	±	1	2,1	Negativní (0)			
	±	20	43	Negativní (1+)			
	±	26	55	Slabě pozitivní (2+)			
(611) C1 exprese HER-2/neu		47			47	43	91
Sklo		47			47	43	91
Všechny výsledky		4	8,5	Negativní (1+)			
	CVE >>>	40	85	Slabě pozitivní (2+)			
	>	3	6,4	Silně pozitivní (3+)			
(612) C2 exprese HER-2/neu		47			47	46	98
Sklo		47			47	46	98
Všechny výsledky	CVE >>>	29	62	Negativní (0)			
	CVE >>>	17	36	Negativní (1+)			
		1	2,1	Slabě pozitivní (2+)			
(613) C3 exprese HER-2/neu		47			47	47	100
Sklo		47			47	47	100
Všechny výsledky	CVE >>>	43	91	Slabě pozitivní (2+)			
	>	4	8,5	Silně pozitivní (3+)			
(616) D1 exprese HER-2/neu		47			47	47	100
Sklo		47			47	47	100
Všechny výsledky	CVE >>>	29	62	Negativní (0)			
	CVE >>>	18	38	Negativní (1+)			
(617) D2 exprese HER-2/neu		47			0		
Sklo		47			0		
Všechny výsledky	±	16	34	Negativní (1+)			
	±	30	64	Slabě pozitivní (2+)			
	±	1	2,1	Silně pozitivní (3+)			
(618) D3 exprese HER-2/neu		47			47	43	91
Sklo		47			47	43	91
Všechny výsledky	>	22	47	Negativní (0)			
	CVE >>>	21	45	Negativní (1+)			
		4	8,5	Slabě pozitivní (2+)			
(621) E1 exprese HER-2/neu		47			47	46	98
Sklo		47			47	46	98
Všechny výsledky	CVE >>>	40	85	Negativní (0)			
	>	6	13	Negativní (1+)			
		1	2,1	Slabě pozitivní (2+)			
(622) E2 exprese HER-2/neu		47			47	47	100
Sklo		47			47	47	100
Všechny výsledky	CVE >>>	42	89	Negativní (0)			
	>	5	11	Negativní (1+)			

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(623) E3 exprese HER-2/neu		46			46	46	100
Sklo		46			46	46	100
Všechny výsledky	CVE >>>	44	96	Negativní (0)			
	>	2	4.3	Negativní (1+)			