

## Cyklus EHK: IHC2/24 - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu

Stop termín: 6.9.2024

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota	N <sub>tot</sub> = celkový počet výsledků	N <sub>eva</sub> = počet hodnocených výsledků
CVE = konsenzus expertů	N <sub>rel</sub> = relativní počet výsledků	N <sub>suc</sub> = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S <sub>rel</sub> = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(601) <b>A1 exprese HER-2/neu</b>		44			44	44	100
<b>Sklo</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	44	100	Silně pozitivní (3+)			
(602) <b>A2 exprese HER-2/neu</b>		44			44	44	100
<b>Sklo</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	35	80	Negativní (0)			
	>	9	20	Negativní (1+)			
(603) <b>A3 exprese HER-2/neu</b>		40			40	34	85
<b>Sklo</b>		40			40	34	85
Všechny výsledky		6	15	Negativní (1+)			
	CVE >>>	30	75	Slabě pozitivní (2+)			
	>	4	10	Silně pozitivní (3+)			
(606) <b>B1 exprese HER-2/neu</b>		44			44	39	89
<b>Sklo</b>		44			44	39	89
Všechny výsledky		5	11	Negativní (1+)			
	CVE >>>	37	84	Slabě pozitivní (2+)			
	>	2	4,5	Silně pozitivní (3+)			
(607) <b>B2 exprese HER-2/neu</b>		44			44	44	100
<b>Sklo</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	14	32	Slabě pozitivní (2+)			
	CVE >>>	30	68	Silně pozitivní (3+)			
(608) <b>B3 exprese HER-2/neu</b>		44			0		
<b>Sklo</b>		44			0		
Všechny výsledky	±	16	36	Negativní (1+)			
	±	28	64	Slabě pozitivní (2+)			
(611) <b>C1 exprese HER-2/neu</b>		44			44	40	91
<b>Sklo</b>		44			44	40	91
Všechny výsledky		4	9,1	Negativní (1+)			
	CVE >>>	37	84	Slabě pozitivní (2+)			
	>	3	6,8	Silně pozitivní (3+)			
(612) <b>C2 exprese HER-2/neu</b>		44			44	44	100
<b>Sklo</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	20	45	Negativní (0)			
	CVE >>>	24	55	Negativní (1+)			
(613) <b>C3 exprese HER-2/neu</b>		44			44	43	98
<b>Sklo</b>		44			44	43	98
Všechny výsledky		1	2,3	Negativní (1+)			
	CVE >>>	28	64	Slabě pozitivní (2+)			
	CVE >>>	15	34	Silně pozitivní (3+)			
(616) <b>D1 exprese HER-2/neu</b>		44			44	44	100
<b>Sklo</b>		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	30	68	Negativní (0)			
	CVE >>>	14	32	Negativní (1+)			
(617) <b>D2 exprese HER-2/neu</b>		44			0		
<b>Sklo</b>		44			0		
Všechny výsledky	±	20	45	Negativní (1+)			
	±	24	55	Slabě pozitivní (2+)			
(618) <b>D3 exprese HER-2/neu</b>		44			44	38	86
<b>Sklo</b>		44			44	38	86
Všechny výsledky		6	14	Negativní (1+)			
	CVE >>>	34	77	Slabě pozitivní (2+)			
	>	4	9,1	Silně pozitivní (3+)			
(621) <b>E1 exprese HER-2/neu</b>		44			44	43	98
<b>Sklo</b>		44			44	43	98
Všechny výsledky	CVE >>>	31	70	Negativní (0)			
	CVE >>>	12	27	Negativní (1+)			
		1	2,3	Slabě pozitivní (2+)			
(622) <b>E2 exprese HER-2/neu</b>		44			44	41	93
<b>Sklo</b>		44			44	41	93
Všechny výsledky	CVE >>>	17	39	Negativní (0)			
	CVE >>>	24	55	Negativní (1+)			
		3	6,8	Slabě pozitivní (2+)			

## Cyklus EHK: IHC2/24 - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu

Stop termín: 6.9.2024

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N <sub>tot</sub>	N <sub>rel</sub> [%]	Výsledek	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub> [%]
(623) E3 exprese HER-2/neu		44			44	44	100
Sklo		44			44	44	100
Všechny výsledky	CVE >>>	44	100	Negativní (0)			