

Cyklus EHK: IHC2/24 - Imunohistochemie - detekce HER-2/neu

Stop termín: 6.9.2024

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

CVE = konsenzus expertů

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(601) A1 exprese HER-2/neu		15			15	15	100
Sklo		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVE >>>	15	100	Silně pozitivní (3+)			
(602) A2 exprese HER-2/neu		15			15	15	100
Sklo		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVE >>>	12	80	Negativní (0)			
	>	3	20	Negativní (1+)			
(603) A3 exprese HER-2/neu		15			15	12	80
Sklo		15			15	12	80
Všechny výsledky	CVE >>>	3	20	Negativní (1+)			
	CVE >>>	12	80	Slabě pozitivní (2+)			
(606) B1 exprese HER-2/neu		15			15	12	80
Sklo		15			15	12	80
Všechny výsledky	CVE >>>	3	20	Negativní (1+)			
	CVE >>>	12	80	Slabě pozitivní (2+)			
(607) B2 exprese HER-2/neu		15			15	15	100
Sklo		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVE >>>	2	13	Slabě pozitivní (2+)			
	CVE >>>	13	87	Silně pozitivní (3+)			
(608) B3 exprese HER-2/neu		15			0		
Sklo		15			0		
Všechny výsledky	±	7	47	Negativní (1+)			
	±	8	53	Slabě pozitivní (2+)			
(611) C1 exprese HER-2/neu		15			15	14	93
Sklo		15			15	14	93
Všechny výsledky		1	6,7	Negativní (1+)			
	CVE >>>	13	87	Slabě pozitivní (2+)			
	>	1	6,7	Silně pozitivní (3+)			
(612) C2 exprese HER-2/neu		15			15	15	100
Sklo		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVE >>>	9	60	Negativní (0)			
	CVE >>>	6	40	Negativní (1+)			
(613) C3 exprese HER-2/neu		15			15	14	93
Sklo		15			15	14	93
Všechny výsledky		1	6,7	Negativní (1+)			
	CVE >>>	9	60	Slabě pozitivní (2+)			
	CVE >>>	5	33	Silně pozitivní (3+)			
(616) D1 exprese HER-2/neu		15			15	15	100
Sklo		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVE >>>	12	80	Negativní (0)			
	CVE >>>	3	20	Negativní (1+)			
(617) D2 exprese HER-2/neu		15			0		
Sklo		15			0		
Všechny výsledky	±	10	67	Negativní (1+)			
	±	5	33	Slabě pozitivní (2+)			
(618) D3 exprese HER-2/neu		15			15	14	93
Sklo		15			15	14	93
Všechny výsledky		1	6,7	Negativní (1+)			
	CVE >>>	13	87	Slabě pozitivní (2+)			
	>	1	6,7	Silně pozitivní (3+)			
(621) E1 exprese HER-2/neu		15			15	14	93
Sklo		15			15	14	93
Všechny výsledky	CVE >>>	12	80	Negativní (0)			
	CVE >>>	2	13	Negativní (1+)			
		1	6,7	Slabě pozitivní (2+)			
(622) E2 exprese HER-2/neu		15			15	14	93
Sklo		15			15	14	93
Všechny výsledky	CVE >>>	7	47	Negativní (0)			
	CVE >>>	7	47	Negativní (1+)			
		1	6,7	Slabě pozitivní (2+)			
(623) E3 exprese HER-2/neu		15			15	15	100
Sklo		15			15	15	100
Všechny výsledky	CVE >>>	15	100	Negativní (0)			