

Cyklus EHK: LMWH2/24 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 13.9.2024

Nastavení: skupiny - P (výrobce přístroje); minimální četnost skupin n = 5

RoM = robustní průměr

AV = vztažná hodnota

D_{max} = přijatelný rozdíl

SD = směrodatná odchylka

CVP = konsenzus všech účastníků

LL = dolní mez

CV = variační koeficient

U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)

UL = horní mez

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{out} = počet výsledků vyloučených před výpočtemN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

| Zkouška | | | | | | | Srovnatelnost | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|-------|-----|------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-----|-------|------------------|------------------|------------------|----|
| Vzorek | | RoM | SD | CV | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} | N _{suc} | S _{rel} | |
| Skupina | [jednotka] | | | [%] | | | | | | | | | | [%] | |
| (103) Nízkomolekulární heparin | [IU/mL] | | | | 143 | | | | | | | 143 | 142 | 99 | |
| Vzorek A | | 0,793 | 0,067 | 8,5 | 143 | | CVP | 0,793 | 0,014 | 25% | 0,594 | 0,992 | 143 | 142 | 99 |
| (38) Werfen (IL) | | 0,748 | 0,042 | 5,7 | 33 | 0 | | | | | | | 33 | | |
| (63) Sysmex | | 0,822 | 0,042 | 5,1 | 81 | 0 | | | | | | | 81 | | |
| (94) Stago | | 0,72 | 0,077 | 11 | 18 | 0 | | | | | | | 18 | | |
| (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) | | 0,875 | 0,11 | 13 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | | |
| Ostatní | | | | | 5 | 0 | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | | 1x 12, 1x 162, 1x 175, 2x 179 | | | | | | | | |
| Vzorek B | | 1,41 | 0,11 | 7,9 | 143 | | CVP | 1,41 | 0,023 | 25% | 1,05 | 1,77 | 143 | 142 | 99 |
| (38) Werfen (IL) | | 1,28 | 0,057 | 4,5 | 33 | 0 | | | | | | | 33 | | |
| (63) Sysmex | | 1,48 | 0,042 | 2,8 | 81 | 0 | | | | | | | 81 | | |
| (94) Stago | | 1,36 | 0,1 | 7,7 | 18 | 0 | | | | | | | 18 | | |
| (149) Siemens (Dade, BN, Dimension) | | 1,47 | 0,045 | 3 | 6 | 0 | | | | | | | 6 | | |
| Ostatní | | | | | 5 | 0 | | | | | | | 5 | | |
| | | | | | | | 1x 12, 1x 162, 1x 175, 2x 179 | | | | | | | | |