

Cyklus EHK: PAT1/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 31.5.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

AV = vztažná hodnota

RV = referenční hodnota

>>> ... očekávaný výsledek

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{rel} = relativní počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledkůS_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1001) PAT (přímý Coombsův test)		92			92	92	100
Vzorek 1		92			92	92	100
(14) Bio-Rad		>	1	1,1	Pozitivní (1+)		
	RV	>>>	33	36	Pozitivní (2+)		
		>	19	21	Pozitivní (3+)		
(40) Ortho Clinical Diagnostics		>	2	2,2	Pozitivní (3+)		
(80) DiaMed	RV	>>>	3	3,3	Pozitivní (2+)		
		>	4	4,3	Pozitivní (3+)		
(159) Grifols	RV	>>>	3	3,3	Pozitivní (2+)		
		>	26	28	Pozitivní (3+)		
(173) Sanguin		>	1	1,1	Pozitivní (1+)		
Vzorek 2		92			92	92	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	25	27	Pozitivní (3+)		
		>	28	30	Pozitivní (4+)		
(40) Ortho Clinical Diagnostics		>	2	2,2	Pozitivní (4+)		
(80) DiaMed	RV	>>>	3	3,3	Pozitivní (3+)		
		>	4	4,3	Pozitivní (4+)		
(159) Grifols	RV	>>>	3	3,3	Pozitivní (3+)		
		>	26	28	Pozitivní (4+)		
(173) Sanguin		>	1	1,1	Pozitivní (4+)		
(1002) Typ senzibilizace anti-IgG		41			41	41	100
Vzorek 1		41			41	41	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	29	Pozitivní (2+)		
		>	13	32	Pozitivní (3+)		
(80) DiaMed	RV	>>>	5	12	Pozitivní (2+)		
		>	4	9,8	Pozitivní (3+)		
(159) Grifols	RV	>>>	1	2,4	Pozitivní (2+)		
		>	6	15	Pozitivní (3+)		
Vzorek 2		41			41	41	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	12	29	Pozitivní (3+)		
		>	13	32	Pozitivní (4+)		
(80) DiaMed	RV	>>>	4	9,8	Pozitivní (3+)		
		>	5	12	Pozitivní (4+)		
(159) Grifols	RV	>>>	2	4,9	Pozitivní (3+)		
		>	5	12	Pozitivní (4+)		
(1003) Typ senzibilizace anti-IgA		32			32	32	100
Vzorek 1		32			32	32	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	23	72	Negativní		
(80) DiaMed	RV	>>>	8	25	Negativní		
(159) Grifols	RV	>>>	1	3,1	Negativní		
Vzorek 2		32			32	32	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	23	72	Negativní		
(80) DiaMed	RV	>>>	8	25	Negativní		
(159) Grifols	RV	>>>	1	3,1	Negativní		
(1004) Typ senzibilizace anti-IgM		32			32	32	100
Vzorek 1		32			32	32	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	23	72	Negativní		
(80) DiaMed	RV	>>>	8	25	Negativní		
(159) Grifols	RV	>>>	1	3,1	Negativní		
Vzorek 2		32			32	32	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	23	72	Negativní		
(80) DiaMed	RV	>>>	8	25	Negativní		
(159) Grifols	RV	>>>	1	3,1	Negativní		
(1005) Typ senzibilizace anti-C3c		32			32	30	94
Vzorek 1		32			32	30	94
(14) Bio-Rad	RV	>>>	22	69	Negativní		
			1	3,1	Pozitivní (1+)		
(80) DiaMed	RV	>>>	7	22	Negativní		
			1	3,1	Pozitivní (1+)		
(159) Grifols	RV	>>>	1	3,1	Negativní		
Vzorek 2		32			32	32	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	17	53	Negativní		
	RV	>>>	4	13	Pozitivní (1+)		
	RV	>>>	2	6,3	Pozitivní (2+)		

Cyklus EHK: PAT1/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 31.5.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensí)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(80) DiaMed	RV >>>	7	22	Negativní				
	RV >>>	1	3,1	Pozitivní (1+)				
(159) Grifols	RV >>>	1	3,1	Negativní				
(1006) Typ senzibilizace anti-C3d		39			39	39	100	
Vzorek 1		39			39	39	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	25	64	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	9	23	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	13	Negativní				
Vzorek 2		39			39	39	100	
(14) Bio-Rad	>	7	18	Pozitivní (2+)				
	RV >>>	18	46	Pozitivní (3+)				
(80) DiaMed	>	1	2,6	Pozitivní (1+)				
	>	3	7,7	Pozitivní (2+)				
	RV >>>	5	13	Pozitivní (3+)				
(159) Grifols	>	3	7,7	Pozitivní (2+)				
	RV >>>	2	5,1	Pozitivní (3+)				
(1008) SI. aglut: Kvantifikace IgG-PAT		23			23	23	100	
Vzorek 1		23			23	23	100	
(14) Bio-Rad	>	1	4,3	1:10				
	RV >>>	14	61	1:30				
(80) DiaMed	>	1	4,3	1:10				
	RV >>>	6	26	1:30				
(159) Grifols	RV >>>	1	4,3	1:30				
Vzorek 2		23			23	23	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	13	57	1:100				
	>	2	8,7	1:300				
(80) DiaMed	RV >>>	5	22	1:100				
	>	2	8,7	1:300				
(159) Grifols	>	1	4,3	1:300				
(1009) SI. aglut: Podtřída IgG1 1:1		23			23	23	100	
Vzorek 1		23			23	23	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	70	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	30	Negativní				
Vzorek 2		23			23	23	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	70	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	30	Negativní				
(1010) SI. aglut: Podtřída IgG1 1:100		23			23	23	100	
Vzorek 1		23			23	23	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	70	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	30	Negativní				
Vzorek 2		23			23	23	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	70	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	30	Negativní				
(1011) SI. aglut: Podtřída IgG3 1:1		23			23	23	100	
Vzorek 1		23			23	23	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	70	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	30	Negativní				
Vzorek 2		23			23	23	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	6	26	Pozitivní (3+)				
	>	10	43	Pozitivní (4+)				
(80) DiaMed	>	1	4,3	Pozitivní (2+)				
	RV >>>	1	4,3	Pozitivní (3+)				
	>	5	22	Pozitivní (4+)				
(1012) SI. aglut: Podtřída IgG3 1:100		23			23	23	100	
Vzorek 1		23			23	23	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	16	70	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	30	Negativní				
Vzorek 2		23			23	23	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	14	61	Pozitivní (2+)				
	>	2	8,7	Pozitivní (3+)				
(80) DiaMed	>	1	4,3	Pozitivní (1+)				
	RV >>>	4	17	Pozitivní (2+)				
	>	2	8,7	Pozitivní (3+)				
(1019) ABO skupina		61			61	61	100	
Vzorek 1		61			61	61	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	23	38	Krevní skupina: 0				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	2	3,3	Krevní skupina: 0				
(80) DiaMed	RV >>>	2	3,3	Krevní skupina: 0				
(159) Grifols	RV >>>	20	33	Krevní skupina: 0				

Cyklus EHK: PAT1/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 31.5.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(172) Immucor	RV	>>>	4	6,6	Krevní skupina: 0			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	9,8	Krevní skupina: 0			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	3	4,9	Krevní skupina: 0			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,6	Krevní skupina: 0			
Vzorek 2			61			61	61	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	23	38	Krevní skupina: B			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	2	3,3	Krevní skupina: B			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	3,3	Krevní skupina: B			
(159) Grifols	RV	>>>	20	33	Krevní skupina: B			
(172) Immucor	RV	>>>	4	6,6	Krevní skupina: B			
(173) Sanguin	RV	>>>	6	9,8	Krevní skupina: B			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	3	4,9	Krevní skupina: B			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,6	Krevní skupina: B			
(1020) Rh D antigen			61			61	60	98
Vzorek 1			61			61	60	98
(14) Bio-Rad	RV	>>>	27	44	Pozitivní (RhD+)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	2	3,3	Pozitivní (RhD+)			
(52) Dynex	RV	>>>	1	1,6	Pozitivní (RhD+)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,6	Pozitivní (RhD+)			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	3,3	Pozitivní (RhD+)			
(159) Grifols	RV	>>>	19	31	Pozitivní (RhD+)			
			1	1,6	w/v (RhD weak/variant)			
(172) Immucor	RV	>>>	4	6,6	Pozitivní (RhD+)			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	4,9	Pozitivní (RhD+)			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,6	Pozitivní (RhD+)			
Vzorek 2			61			61	60	98
(14) Bio-Rad	RV	>>>	27	44	Pozitivní (RhD+)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV	>>>	2	3,3	Pozitivní (RhD+)			
(52) Dynex	RV	>>>	1	1,6	Pozitivní (RhD+)			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	1,6	Pozitivní (RhD+)			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	3,3	Pozitivní (RhD+)			
(159) Grifols	RV	>>>	19	31	Pozitivní (RhD+)			
			1	1,6	w/v (RhD weak/variant)			
(172) Immucor	RV	>>>	4	6,6	Pozitivní (RhD+)			
(173) Sanguin	RV	>>>	3	4,9	Pozitivní (RhD+)			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,6	Pozitivní (RhD+)			
(1021) Antigen C			50			50	50	100
Vzorek 1			50			50	50	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	20	40	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	40	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	8	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	4	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
Vzorek 2			50			50	50	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	20	40	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	40	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	8	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	4	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
(1022) Antigen c			50			50	50	100
Vzorek 1			50			50	50	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	20	40	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	20	40	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	8	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	4	Pozitivní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
Vzorek 2			50			50	50	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	20	40	Pozitivní			
(50) Merck	RV	>>>	1	2	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	2	Pozitivní			

Cyklus EHK: PAT1/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 31.5.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensí)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(159) Grifols	RV >>>	20	40	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(1024) Antigen E		51			51	51	100	
Vzorek 1		51			51	51	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	21	41	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	20	39	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	7,8	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	3,9	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2	Negativní				
Vzorek 2		51			51	51	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	21	41	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	20	39	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	7,8	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	3,9	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2	Negativní				
(1025) Antigen e		50			50	50	100	
Vzorek 1		50			50	50	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	20	40	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	20	40	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2	Pozitivní				
Vzorek 2		50			50	50	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	20	40	Pozitivní				
(50) Merck	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	20	40	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2	Pozitivní				
(1023) Antigen C^w		43			43	43	100	
Vzorek 1		43			43	43	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	10	23	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	20	47	Negativní				
(170) Biotest	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	9,3	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	12	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,3	Negativní				
Vzorek 2		43			43	43	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	10	23	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	20	47	Negativní				
(170) Biotest	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	9,3	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	12	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,3	Negativní				
(1026) Antigen K		52			52	52	100	
Vzorek 1		52			52	52	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	20	38	Negativní				
(50) Merck	RV >>>	1	1,9	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	1,9	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	21	40	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	7,7	Negativní				

Cyklus EHK: PAT1/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 31.5.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(173) Sanguin	RV	>>>	2	3,8	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,9	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,9	Negativní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	1,9	Negativní			
Vzorek 2			52			52	52	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	20	38	Negativní			
(50) Merck	RV	>>>	1	1,9	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	1,9	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	21	40	Negativní			
(172) Immucor	RV	>>>	4	7,7	Negativní			
(173) Sanguin	RV	>>>	2	3,8	Negativní			
(174) IVT Imuno	RV	>>>	1	1,9	Negativní			
(183) Immunodiagnostic Systems	RV	>>>	1	1,9	Negativní			
(999) jiný výrobce	RV	>>>	1	1,9	Negativní			
(1027) Antigen k			27			27	27	100
Vzorek 1			27			27	27	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	5	19	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	11	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	7,4	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	2	7,4	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	14	52	Pozitivní			
Vzorek 2			27			27	27	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	5	19	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	3	11	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	2	7,4	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	1	3,7	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	2	7,4	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	14	52	Pozitivní			
(1039) Antigen Kp^a			7			7	2	29
Vzorek 1			7			7	4	57
(14) Bio-Rad	RV	>>>	1	14	Negativní			
			1	14	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	14	Negativní			
(159) Grifols	RV	>>>	1	14	Negativní			
			2	29	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	1	14	Negativní			
Vzorek 2			7			7	3	43
(14) Bio-Rad	RV	>>>	2	29	Negativní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	14	Negativní			
(159) Grifols			1	14	Neuvedeno			
			2	29	Pozitivní			
(172) Immucor			1	14	Pozitivní			
(1040) Antigen Kp^b			4			4	4	100
Vzorek 1			4			4	4	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	1	25	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	25	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	1	25	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	1	25	Pozitivní			
Vzorek 2			4			4	4	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	1	25	Pozitivní			
(80) DiaMed	RV	>>>	1	25	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	1	25	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	1	25	Pozitivní			
(1033) Antigen Jk^a			28			28	28	100
Vzorek 1			28			28	28	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	2	7,1	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	8	29	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	8	29	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	8	29	Pozitivní			
Vzorek 2			28			28	28	100
(14) Bio-Rad	RV	>>>	2	7,1	Pozitivní			
(52) Dynex	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(64) Exbio Olomouc	RV	>>>	1	3,6	Pozitivní			
(159) Grifols	RV	>>>	8	29	Pozitivní			
(172) Immucor	RV	>>>	8	29	Pozitivní			
(173) Sanguin	RV	>>>	8	29	Pozitivní			

Cyklus EHK: PAT1/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 31.5.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(1034) Antigen Jk^b		28				28	28	100
Vzorek 1		28				28	28	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	7,1	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	3,6	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	8	29	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	8	29	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	9	32	Pozitivní				
Vzorek 2		28				28	28	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	7,1	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	3,6	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	8	29	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	8	29	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	9	32	Pozitivní				
(1028) Antigen M		26				26	26	100
Vzorek 1		26				26	26	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	4	15	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	6	23	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	6	23	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	15	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	7,7	Pozitivní				
Vzorek 2		26				26	26	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	4	15	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	6	23	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	6	23	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	15	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	3,8	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	7,7	Pozitivní				
(1029) Antigen N		24				24	22	92
Vzorek 1		24				24	24	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	4	17	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	4,2	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	4,2	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	6	25	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	17	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	17	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	4,2	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	4,2	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	2	8,3	Pozitivní				
Vzorek 2		24				24	22	92
(14) Bio-Rad	RV >>>	4	17	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	4,2	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	4,2	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	6	25	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	3	13	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	1	4,2	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	4	17	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	4,2	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	4,2	Negativní				
(1030) Antigen S		24				24	24	100
Vzorek 1		24				24	24	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	8,3	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	8,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	21	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	10	42	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	17	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	4,2	Pozitivní				
Vzorek 2		24				24	24	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	8,3	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	8,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	21	Pozitivní				

Cyklus EHK: PAT1/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 31.5.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagensů)

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	Četnosti výsledků			Úspěšnost		
			N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(172) Immucor	RV >>>	10	42	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	17	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	4,2	Pozitivní				
(1031) Antigen s		18			18	18	100	
Vzorek 1		18			18	18	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5,6	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5,6	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	28	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	11	61	Pozitivní				
Vzorek 2		18			18	18	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5,6	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5,6	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	28	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	11	61	Pozitivní				
(1035) Antigen Le^a		20			20	17	85	
Vzorek 1		20			20	18	90	
(14) Bio-Rad		1	5	Neuvedeno				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	10	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	25	Negativní				
		1	5	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	7	35	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	15	Negativní				
Vzorek 2		20			20	18	90	
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5	Negativní				
		1	5	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	25	Negativní				
		1	5	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	7	35	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	15	Negativní				
(1036) Antigen Le^b		19			19	18	95	
Vzorek 1		19			19	18	95	
(14) Bio-Rad		1	5,3	Neuvedeno				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	26	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	7	37	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	11	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	2	11	Pozitivní				
Vzorek 2		19			19	19	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	26	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	7	37	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	11	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	2	11	Pozitivní				
(1032) Antigen P1		20			20	18	90	
Vzorek 1		20			20	18	90	
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	10	Negativní				
		2	10	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	3	15	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	6	30	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	25	Negativní				
Vzorek 2		20			20	20	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	4	20	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	3	15	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	6	30	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	25	Pozitivní				