

Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

AV = vztažná hodnota

N_{tot} = celkový počet výsledkůN_{eva} = počet hodnocených výsledků

RV = referenční hodnota

N_{rel} = relativní počet výsledkůN_{suc} = počet úspěšných výsledků

>>> ... očekávaný výsledek

S_{rel} = relativní úspěšnost

> ... akceptovatelný výsledek

± ... nehodnocený výsledek

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1001) Přímý antiglobulinový test		91			91	91	100
Vzorek 1		91			91	91	100
(14) Bio-Rad	>	5	5,5	Pozitivní (1+)			
	>	38	42	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	9	9,9	Pozitivní (3+)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	>	1	1,1	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	1	1,1	Pozitivní (3+)			
(80) DiaMed	>	5	5,5	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	2	2,2	Pozitivní (3+)			
(159) Grifols	>	1	1,1	Pozitivní (1+)			
	>	14	15	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	12	13	Pozitivní (3+)			
	>	2	2,2	Pozitivní (4+)			
(173) Sanguin	>	1	1,1	Pozitivní (1+)			
Vzorek 2		91			91	91	100
(14) Bio-Rad	>	3	3,3	Pozitivní (1+)			
	>	30	33	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	19	21	Pozitivní (3+)			
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	2	2,2	Pozitivní (3+)			
(80) DiaMed	>	4	4,4	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	2	2,2	Pozitivní (3+)			
	>	1	1,1	Pozitivní (4+)			
(159) Grifols	>	4	4,4	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	23	25	Pozitivní (3+)			
	>	2	2,2	Pozitivní (4+)			
(173) Sanguin	>	1	1,1	Pozitivní (2+)			
(1002) Typ senzibilizace anti-IgG		43			43	43	100
Vzorek 1		43			43	43	100
(14) Bio-Rad	>	2	4,7	Pozitivní (1+)			
	>	20	47	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	4	9,3	Pozitivní (3+)			
(80) DiaMed	>	7	16	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	2	4,7	Pozitivní (3+)			
(159) Grifols	>	1	2,3	Pozitivní (1+)			
	RV >>>	7	16	Pozitivní (3+)			
Vzorek 2		43			43	43	100
(14) Bio-Rad	>	11	26	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	15	35	Pozitivní (3+)			
(80) DiaMed	>	3	7	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	5	12	Pozitivní (3+)			
	>	1	2,3	Pozitivní (4+)			
(159) Grifols	>	1	2,3	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	7	16	Pozitivní (3+)			
(1003) Typ senzibilizace anti-IgA		31			31	31	100
Vzorek 1		31			31	31	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	22	71	Negativní			
(80) DiaMed	RV >>>	8	26	Negativní			
(159) Grifols	RV >>>	1	3,2	Negativní			
Vzorek 2		31			31	31	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	22	71	Negativní			
(80) DiaMed	RV >>>	8	26	Negativní			
(159) Grifols	RV >>>	1	3,2	Negativní			
(1004) Typ senzibilizace anti-IgM		31			31	31	100
Vzorek 1		31			31	31	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	22	71	Negativní			
(80) DiaMed	RV >>>	8	26	Negativní			
(159) Grifols	RV >>>	1	3,2	Negativní			
Vzorek 2		31			31	31	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	22	71	Negativní			
(80) DiaMed	RV >>>	8	26	Negativní			
(159) Grifols	RV >>>	1	3,2	Negativní			
(1005) Typ senzibilizace anti-C3c		31			31	31	100
Vzorek 1		31			31	31	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	22	71	Negativní			

Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(80) DiaMed	RV >>>	8	26	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	1	3,2	Negativní				
Vzorek 2		31			31	31	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	22	71	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	8	26	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	1	3,2	Negativní				
(1006) Typ senzibilizace anti-C3d		39			39	39	100	
Vzorek 1		39			39	39	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	25	64	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	9	23	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	13	Negativní				
Vzorek 2		39			39	39	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	25	64	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	9	23	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	13	Negativní				
(1008) SI. aglut: Kvantifikace IgG-PAT		23			23	22	96	
Vzorek 1		23			23	22	96	
(14) Bio-Rad	RV >>>	12	52	1:10				
	>	3	13	1:30				
(80) DiaMed	RV >>>	2	8,7	1:10				
	>	5	22	1:30				
(159) Grifols		1	4,3	Neuvedeno				
Vzorek 2		23			23	23	100	
(14) Bio-Rad	>	1	4,3	1:10				
	RV >>>	14	61	1:30				
(80) DiaMed	RV >>>	7	30	1:30				
(159) Grifols	>	1	4,3	1:100				
(1009) SI. aglut: Podtřída IgG1 1:1		24			24	24	100	
Vzorek 1		24			24	24	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	71	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	29	Negativní				
Vzorek 2		24			24	24	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	71	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	29	Negativní				
(1010) SI. aglut: Podtřída IgG1 1:100		24			24	24	100	
Vzorek 1		24			24	24	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	71	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	29	Negativní				
Vzorek 2		24			24	24	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	71	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	29	Negativní				
(1011) SI. aglut: Podtřída IgG3 1:1		24			24	24	100	
Vzorek 1		24			24	24	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	71	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	29	Negativní				
Vzorek 2		24			24	24	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	71	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	29	Negativní				
(1012) SI. aglut: Podtřída IgG3 1:100		24			24	24	100	
Vzorek 1		24			24	24	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	71	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	29	Negativní				
Vzorek 2		24			24	24	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	71	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	7	29	Negativní				
(1019) AB0 skupina		60			60	60	100	
Vzorek 1		60			60	60	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	22	37	Krevní skupina: A				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	2	3,3	Krevní skupina: A				
(80) DiaMed	RV >>>	2	3,3	Krevní skupina: A				
(159) Grifols	RV >>>	19	32	Krevní skupina: A				
(172) Immucor	RV >>>	5	8,3	Krevní skupina: A				
(173) Sanguin	RV >>>	6	10	Krevní skupina: A				
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	5	Krevní skupina: A				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1,7	Krevní skupina: A				
Vzorek 2		60			60	60	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	22	37	Krevní skupina: 0				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	2	3,3	Krevní skupina: 0				
(80) DiaMed	RV >>>	2	3,3	Krevní skupina: 0				

Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(159) Grifols	RV >>>	19	32	Krevní skupina: 0				
(172) Immucor	RV >>>	5	8,3	Krevní skupina: 0				
(173) Sanguin	RV >>>	6	10	Krevní skupina: 0				
(174) IVT Imuno	RV >>>	3	5	Krevní skupina: 0				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1,7	Krevní skupina: 0				
(1020) RhD antigen		60			60	57	95	
Vzorek 1		60			60	57	95	
(14) Bio-Rad	RV >>>	23	38	Negativní (RhD-)				
		3	5	w/v (RhD weak/variant)				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	2	3,3	Negativní (RhD-)				
(52) Dynex	RV >>>	1	1,7	Negativní (RhD-)				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	1,7	Negativní (RhD-)				
(80) DiaMed	RV >>>	2	3,3	Negativní (RhD-)				
(159) Grifols	RV >>>	19	32	Negativní (RhD-)				
(172) Immucor	RV >>>	5	8,3	Negativní (RhD-)				
(173) Sanguin	RV >>>	3	5	Negativní (RhD-)				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1,7	Negativní (RhD-)				
Vzorek 2		60			60	60	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	26	43	Pozitivní (RhD+)				
(40) Ortho Clinical Diagnostics	RV >>>	2	3,3	Pozitivní (RhD+)				
(52) Dynex	RV >>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)				
(80) DiaMed	RV >>>	2	3,3	Pozitivní (RhD+)				
(159) Grifols	RV >>>	19	32	Pozitivní (RhD+)				
(172) Immucor	RV >>>	5	8,3	Pozitivní (RhD+)				
(173) Sanguin	RV >>>	3	5	Pozitivní (RhD+)				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	1,7	Pozitivní (RhD+)				
(1021) Antigen C		47			47	47	100	
Vzorek 1		47			47	47	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	18	38	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	19	40	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,5	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,3	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,1	Negativní				
Vzorek 2		47			47	47	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	18	38	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	19	40	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,5	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(1022) Antigen c		47			47	47	100	
Vzorek 1		47			47	47	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	18	38	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	19	40	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,5	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
Vzorek 2		47			47	47	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	18	38	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	19	40	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,5	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,3	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(1024) Antigen E		48			48	46	96	
Vzorek 1		48			48	47	98	
(14) Bio-Rad	RV >>>	18	38	Negativní				
		1	2,1	Pozitivní				

Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	19	40	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,3	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,2	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,1	Negativní				
Vzorek 2		48			48	47	98	
(14) Bio-Rad		1	2,1	Neuvedeno				
	RV >>>	18	38	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	19	40	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,3	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,2	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,1	Negativní				
(1025) Antigen e		47			47	46	98	
Vzorek 1		47			47	47	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	18	38	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	19	40	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,5	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
Vzorek 2		47			47	46	98	
(14) Bio-Rad		1	2,1	Negativní				
	RV >>>	17	36	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	19	40	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,5	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,3	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,1	Pozitivní				
(1023) Antigen C^w		40			40	39	98	
Vzorek 1		40			40	40	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	9	23	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	19	48	Negativní				
(170) Biotest	RV >>>	1	2,5	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	3	7,5	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	13	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	5	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,5	Negativní				
Vzorek 2		40			40	39	98	
(14) Bio-Rad	RV >>>	9	23	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	18	45	Negativní				
		1	2,5	Pozitivní				
(170) Biotest	RV >>>	1	2,5	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	3	7,5	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	13	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	5	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2,5	Negativní				
(1026) Antigen K		49			49	47	96	
Vzorek 1		49			49	48	98	
(14) Bio-Rad	RV >>>	18	37	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	2	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	19	39	Negativní				
		1	2	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,2	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,1	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	4,1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2	Negativní				
Vzorek 2		49			49	48	98	
(14) Bio-Rad	RV >>>	17	35	Negativní				
		1	2	Pozitivní				

Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(80) DiaMed	RV >>>	1	2	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	20	41	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	8,2	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	4,1	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	2	4,1	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	2	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	1	2	Negativní				
(1027) Antigen k		27				27	100	
Vzorek 1		27				27	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	5	19	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	11	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	7,4	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	2	7,4	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	14	52	Pozitivní				
Vzorek 2		27				27	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	5	19	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	3	11	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	2	7,4	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	2	7,4	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	14	52	Pozitivní				
(1039) Antigen Kp^a		4				4	75	
Vzorek 1		4				4	75	
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	50	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	25	Negativní				
(159) Grifols		1	25	Pozitivní				
Vzorek 2		4				4	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	50	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	25	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	1	25	Pozitivní				
(1040) Antigen Kp^b		2				2	100	
Vzorek 1		2				2	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	50	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	50	Pozitivní				
Vzorek 2		2				2	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	50	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	50	Pozitivní				
(1033) Antigen Jk^a		29				29	100	
Vzorek 1		29				29	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	6,9	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	1	3,4	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	6,9	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,4	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	7	24	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	8	28	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	8	28	Pozitivní				
Vzorek 2		29				29	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	6,9	Pozitivní				
(52) Dynex	RV >>>	1	3,4	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	6,9	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,4	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	7	24	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	8	28	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	8	28	Pozitivní				
(1034) Antigen Jk^b		29				29	100	
Vzorek 1		29				29	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	6,9	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	6,9	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,4	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	7	24	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	8	28	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	9	31	Negativní				
Vzorek 2		29				29	100	
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	6,9	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	6,9	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,4	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	7	24	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	8	28	Pozitivní				

Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(173) Sanguin	RV >>>	9	31	Pozitivní				
(1028) Antigen M		27			27	27	100	
Vzorek 1		27			27	27	100	
(6) APR	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	5	19	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	6	22	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	6	22	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	15	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
Vzorek 2		27			27	27	100	
(6) APR	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	5	19	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	6	22	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	6	22	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	15	Pozitivní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	3,7	Pozitivní				
(1029) Antigen N		25			25	24	96	
Vzorek 1		25			25	24	96	
(6) APR	RV >>>	1	4	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	5	20	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	4	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	4	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	6	24	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	2	8	Negativní				
		1	4	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	20	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	4	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	4	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	4	Negativní				
Vzorek 2		25			25	24	96	
(6) APR	RV >>>	1	4	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	5	20	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	4	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	4	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	6	24	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	2	8	Negativní				
		1	4	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	20	Negativní				
(174) IVT Imuno	RV >>>	1	4	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	4	Negativní				
(203) ANTITOXIN	RV >>>	1	4	Negativní				
(1030) Antigen S		25			25	24	96	
Vzorek 1		25			25	24	96	
(6) APR	RV >>>	1	4	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	8	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	8	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	4	16	Negativní				
		1	4	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	10	40	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	16	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	4	Negativní				
Vzorek 2		25			25	24	96	
(6) APR	RV >>>	1	4	Negativní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	2	8	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	8	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	4	16	Negativní				
		1	4	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	10	40	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	4	16	Negativní				
(183) Immunodiagnostic Systems	RV >>>	1	4	Negativní				

Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: skupiny - R (výrobce reagentů)

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků					Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
(1031) Antigen s		19				19	19	100
Vzorek 1		19				19	19	100
(6) APR	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	26	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	11	58	Pozitivní				
Vzorek 2		19				19	19	100
(6) APR	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5,3	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	5	26	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	11	58	Pozitivní				
(1035) Antigen Le^a		20				20	19	95
Vzorek 1		20				20	20	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	10	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	6	30	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	7	35	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	15	Negativní				
Vzorek 2		20				20	19	95
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	10	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	5	25	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	7	35	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	3	15	Negativní				
(1036) Antigen Le^b		20				20	18	90
Vzorek 1		20				20	18	90
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	2	10	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	4	20	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	7	35	Pozitivní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	2	10	Pozitivní				
Vzorek 2		20				20	20	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	1	5	Negativní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	1	5	Negativní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	5	Negativní				
(159) Grifols	RV >>>	6	30	Negativní				
(172) Immucor	RV >>>	7	35	Negativní				
(173) Sanguin	RV >>>	2	10	Negativní				
(999) jiný výrobce	RV >>>	2	10	Negativní				
(1032) Antigen P1		21				21	21	100
Vzorek 1		21				21	21	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	4	19	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	9,5	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	4,8	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	3	14	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	6	29	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	24	Pozitivní				
Vzorek 2		21				21	21	100
(14) Bio-Rad	RV >>>	4	19	Pozitivní				
(64) Exbio Olomouc	RV >>>	2	9,5	Pozitivní				
(80) DiaMed	RV >>>	1	4,8	Pozitivní				
(159) Grifols	RV >>>	3	14	Pozitivní				
(172) Immucor	RV >>>	6	29	Pozitivní				
(173) Sanguin	RV >>>	5	24	Pozitivní				