

Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: Slovensko

AV = vztažná hodnota	N _{tot} = celkový počet výsledků	N _{eva} = počet hodnocených výsledků
RV = referenční hodnota	N _{rel} = relativní počet výsledků	N _{suc} = počet úspěšných výsledků
>>> ... očekávaný výsledek		S _{rel} = relativní úspěšnost
> ... akceptovatelný výsledek		
± ... nehodnocený výsledek		

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1001) Přímý antiglobulinový test		11			11	11	100
Vzorek 1		11			11	11	100
Všechny výsledky							
	>	3	27	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	8	73	Pozitivní (3+)			
Vzorek 2		11			11	11	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	10	91	Pozitivní (3+)			
	>	1	9,1	Pozitivní (4+)			
(1002) Typ senzibilizace anti-IgG		6			6	6	100
Vzorek 1		6			6	6	100
Všechny výsledky							
	>	2	33	Pozitivní (2+)			
	RV >>>	4	67	Pozitivní (3+)			
Vzorek 2		6			6	6	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	5	83	Pozitivní (3+)			
	>	1	17	Pozitivní (4+)			
(1003) Typ senzibilizace anti-IgA		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	4	100	Negativní			
(1004) Typ senzibilizace anti-IgM		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	4	100	Negativní			
(1005) Typ senzibilizace anti-C3c		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	4	100	Negativní			
(1006) Typ senzibilizace anti-C3d		5			5	5	100
Vzorek 1		5			5	5	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	5	100	Negativní			
Vzorek 2		5			5	5	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	5	100	Negativní			
(1008) Sl. aglut: Kvantifikace IgG-PAT		4			4	3	75
Vzorek 1		4			4	3	75
Všechny výsledky							
		1	25	Neuvedeno			
	RV >>>	1	25	1:10			
	>	2	50	1:30			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	3	75	1:30			
	>	1	25	1:100			
(1009) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:1		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	3	100	Negativní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	3	100	Negativní			
(1010) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:100		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	3	100	Negativní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	3	100	Negativní			
(1011) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:1		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	3	100	Negativní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	3	100	Negativní			
(1012) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:100		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	3	100	Negativní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky							
	RV >>>	3	100	Negativní			

Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1019) AB0 skupina		9			9	9	100
Vzorek 1		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Krevní skupina: A			
Vzorek 2		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Krevní skupina: 0			
(1020) RhD antigen		9			9	9	100
Vzorek 1		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Negativní (RhD-)			
Vzorek 2		9			9	9	100
Všechny výsledky	RV >>>	9	100	Pozitivní (RhD+)			
(1021) Antigen C		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
(1022) Antigen c		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(1024) Antigen E		5			5	5	100
Vzorek 1		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Negativní			
Vzorek 2		5			5	5	100
Všechny výsledky	RV >>>	5	100	Negativní			
(1025) Antigen e		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
(1023) Antigen C^w		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(1026) Antigen K		6			6	5	83
Vzorek 1		6			6	5	83
Všechny výsledky	RV >>>	5	83	Negativní 1 17 Pozitivní			
Vzorek 2		6			6	6	100
Všechny výsledky	RV >>>	6	100	Negativní			
(1027) Antigen k		3			3	3	100
Vzorek 1		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
Vzorek 2		3			3	3	100
Všechny výsledky	RV >>>	3	100	Pozitivní			
(1039) Antigen Kp^a		2			2	1	50
Vzorek 1		2			2	1	50
Všechny výsledky	RV >>>	1	50	Negativní 1 50 Pozitivní			
Vzorek 2		2			2	2	100
Všechny výsledky	RV >>>	2	100	Pozitivní			
(1040) Antigen Kp^b		1			1	1	100
Vzorek 1		1			1	1	100
Všechny výsledky	RV >>>	1	100	Pozitivní			
Vzorek 2		1			1	1	100
Všechny výsledky	RV >>>	1	100	Pozitivní			
(1033) Antigen Jk^a		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
(1034) Antigen Jk^b		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			

Cyklus EHK: PAT2/24 - Přímý antiglobulinový test

Stop termín: 15.11.2024

Nastavení: Slovensko

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N _{tot}	N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]
(1028) Antigen M		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
(1029) Antigen N		4			4	3	75
Vzorek 1		4			4	3	75
Všechny výsledky	RV >>>	3	75	Negativní			
		1	25	Pozitivní			
Vzorek 2		4			4	3	75
Všechny výsledky	RV >>>	3	75	Negativní			
		1	25	Pozitivní			
(1030) Antigen S		4			4	3	75
Vzorek 1		4			4	3	75
Všechny výsledky	RV >>>	3	75	Negativní			
		1	25	Pozitivní			
Vzorek 2		4			4	3	75
Všechny výsledky	RV >>>	3	75	Negativní			
		1	25	Pozitivní			
(1031) Antigen s		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
(1035) Antigen Le^a		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(1036) Antigen Le^b		4			4	3	75
Vzorek 1		4			4	3	75
Všechny výsledky	RV >>>	1	25	Negativní			
		3	75	Pozitivní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Negativní			
(1032) Antigen P1		4			4	4	100
Vzorek 1		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			
Vzorek 2		4			4	4	100
Všechny výsledky	RV >>>	4	100	Pozitivní			