

Cyklus EHK: PDL11/24 - Programmed Death Ligand 1

Stop termín: 11.6.2024

Nastavení: všechna data

AV = vztažná hodnota
 CVP = konsenzus všech účastníků
 >>> ... očekávaný výsledek
 > ... akceptovatelný výsledek
 ± ... nehodnocený výsledek

N_{tot} = celkový počet výsledků
 N_{rel} = relativní počet výsledků

N_{eva} = počet hodnocených výsledků
 N_{suc} = počet úspěšných výsledků
 S_{rel} = relativní úspěšnost

Zkouška Vzorek Skupina	Četnosti výsledků				Úspěšnost		
	AV	N_{tot}	N_{rel} [%]	Výsledek	N_{eva}	N_{suc}	S_{rel} [%]
1: TNBC							
(604) Fyzické sklo (TNBC SP142)		23			23	18	78
A1		23			23	21	91
Všechny výsledky	CVP >>>	21	91	Negativní			
		2	8,7	Pozitivní			
B1		23			23	23	100
Všechny výsledky	CVP >>>	23	100	Pozitivní			
C1		23			23	20	87
Všechny výsledky	CVP >>>	20	87	Negativní			
		3	13	Pozitivní			
D1		23			0		
Všechny výsledky	±	6	26	Negativní			
	±	17	74	Pozitivní			
(624) Fyzické sklo (TNBC 22C3)		20			20	18	90
A1		20			20	20	100
Všechny výsledky	CVP >>>	20	100	Negativní			
B1		20			20	18	90
Všechny výsledky		2	10	Negativní			
	CVP >>>	18	90	Pozitivní			
C1		20			20	17	85
Všechny výsledky	CVP >>>	17	85	Negativní			
		3	15	Pozitivní			
D1		20			20	17	85
Všechny výsledky	CVP >>>	17	85	Negativní			
		1	5	Neprůkazný výsledek			
		2	10	Pozitivní			
(605) Virtuální sklo (TNBC SP142)		39			39	38	97
E1		39			0		
Všechny výsledky	±	26	67	Negativní			
	±	13	33	Pozitivní			
F1		39			39	38	97
Všechny výsledky	CVP >>>	38	97	Negativní			
		1	2,6	Pozitivní			
G1		39			39	39	100
Všechny výsledky	CVP >>>	39	100	Negativní			
H1		39			39	38	97
Všechny výsledky		1	2,6	Negativní			
	CVP >>>	38	97	Pozitivní			
2: NSCLC							
(609) Fyzické sklo (NSCLC)		57			57	56	98
A2		57			0		
Všechny výsledky	±	45	79	Negativní (TPS < 1)			
	±	11	19	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	±	1	1,8	Pozitivní (TPS >= 50)			
B2		57			57	57	100
Všechny výsledky	CVP >>>	20	35	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	37	65	Pozitivní (TPS >= 50)			
C2		57			57	57	100
Všechny výsledky	CVP >>>	57	100	Pozitivní (TPS >= 50)			
D2		57			57	56	98
Všechny výsledky		1	1,8	Negativní (TPS < 1)			
	CVP >>>	24	42	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	CVP >>>	32	56	Pozitivní (TPS >= 50)			
(610) Virtuální sklo (NSCLC 22C3)		55			55	41	75
E2		55			0		
Všechny výsledky	±	12	22	Negativní (TPS < 1)			
	±	39	71	Pozitivní (TPS 1 - 49)			
	±	4	7,3	Pozitivní (TPS >= 50)			
F2		55			55	55	100
Všechny výsledky	CVP >>>	55	100	Pozitivní (TPS >= 50)			
G2		55			55	47	85
Všechny výsledky	CVP >>>	47	85	Negativní (TPS < 1)			
		8	15	Pozitivní (TPS 1 - 49)			

Cyklus EHK: PDL11/24 - Programmed Death Ligand 1

Stop termín: 11.6.2024

Nastavení: všechna data

Zkouška Vzorek Skupina	AV	N _{tot}	Četnosti výsledků		Úspěšnost			
			N _{rel} [%]	Výsledek	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel} [%]	
H2		55				55	48	87
Všechny výsledky	CVP >>>	48	87	Negativní (TPS < 1)				
		7	13	Pozitivní (TPS 1 - 49)				
3: UC								
(614) Fyzické sklo (UC)		42				42	39	93
A3		42				42	35	83
Všechny výsledky		7	17	Negativní				
	CVP >>>	35	83	Pozitivní				
B3		42				42	41	98
Všechny výsledky	CVP >>>	41	98	Negativní				
		1	2,4	Pozitivní				
C3		42				42	37	88
Všechny výsledky		5	12	Negativní				
	CVP >>>	37	88	Pozitivní				
D3		42				42	42	100
Všechny výsledky	CVP >>>	42	100	Pozitivní				
(615) Virtuální sklo (UC 22C3)		41				41	39	95
E3		41				41	41	100
Všechny výsledky	CVP >>>	41	100	Pozitivní				
F3		41				41	39	95
Všechny výsledky		2	4,9	Negativní				
	CVP >>>	39	95	Pozitivní				
G3		41				41	37	90
Všechny výsledky	CVP >>>	37	90	Negativní				
		4	9,8	Pozitivní				
H3		41				41	39	95
Všechny výsledky	CVP >>>	39	95	Negativní				
		2	4,9	Pozitivní				
4: HNSCC								
(619) Fyzické sklo (HNSCC)		44				44	37	84
A4		44				44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Pozitivní				
B4		44				44	37	84
Všechny výsledky		6	14	Negativní				
		1	2,3	Neprůkazný výsledek				
	CVP >>>	37	84	Pozitivní				
C4		44				0		
Všechny výsledky		± 30	68	Negativní				
		± 1	2,3	Neprůkazný výsledek				
		± 13	30	Pozitivní				
D4		44				44	44	100
Všechny výsledky	CVP >>>	44	100	Pozitivní				
(620) Virtuální sklo (HNSCC 22C3)		43				43	38	88
E4		43				43	42	98
Všechny výsledky		1	2,3	Negativní				
	CVP >>>	42	98	Pozitivní				
F4		43				43	39	91
Všechny výsledky		4	9,3	Negativní				
	CVP >>>	39	91	Pozitivní				
G4		43				0		
Všechny výsledky		± 19	44	Negativní				
		± 1	2,3	Neprůkazný výsledek				
		± 23	53	Pozitivní				
H4		43				43	41	95
Všechny výsledky		1	2,3	Negativní				
		1	2,3	Neprůkazný výsledek				
	CVP >>>	41	95	Pozitivní				